

计量授权证书附件

第 1 页 共 3 页

机构名称： 吉林省计量器具型式评价实验室

Name of organization

地址： 长春市高新区宜居路 2699 号

Address

法人代表： 樊宇

Legal representative

负责人： 樊宇

Person in charge

主管部门： 吉林省市场监督管理厅

Competent authority

授权区域： 吉林省行政区域

Authorized region

证书编号： （吉）法计（2024）013 号

Number of certificate

发证日期： 2024 年 3 月 6 日

Issued on

有效日期： 2029 年 3 月 5 日

Valid to

发证机关： 吉林省市场监督管理厅

Issued by

计量授权证书附件

第 2 页 共 3 页

发证机关提示：

- 一、被授权单位必须认真贯彻执行计量法律、法规。
- 二、被授权单位的相应计量标准，必须接受计量或者社会公用计量标准的检定。
- 三、被授权单位开展授权项目工作，必须接受授权单位的监督。
- 四、被授权单位必须按照授权范围开展工作，需要新增授权项目，应当向授权单位提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权后，方可开展新增授权项目的工作。
- 五、需要继续承担授权任务的被授权单位，在有效期满前六个月应当向授权单位提出申请；授权单位根据需要和被授权单位的申请进行复查，经复查合格的，延长有效期。
- 六、被授权单位需要终止所承担的授权项目工作，应当提前六个月向授权单位提出书面报告；未经批准不得擅自终止工作。



计量授权证书附件

第 3 页 共 3 页

序号	开展型式评价的 计量器具名称	测量范围	测量不确定度/准确度等 级/最大允许误差	依据文件名称 及编号
1	指示类压力表	(-0.1~250) MPa	1.0 级及以下	JJF 1415-2013《弹性 元件式一般压力表、 压力真空表和真空表 型式评价大纲》
2	无创非自动测量血压计	(0~40) kPa	MPE: ± 0.5 kPa	JJF1420-2013《血压 计和血压表型式评价 大纲》
3	显示类压力表	(-0.1~250) MPa	0.01 级及以下	JJF1416-2013《数字 压力计型式评价大 纲》
4	无创自动测量血压计	(0~40) kPa	MPE: ± 0.4 kPa	JJG 692-2010《无创 自动测量血压计检定 规程》
5	烘干法水分测定仪	1 mg~500 g	Ⅰ级、Ⅱ级	JJF 1367-2012《烘干 法水分测定仪型式评 价大纲》
6	可燃气体探测器	(0~100) % LEL	MPE: $\pm 5\%$ FS	JJF 1368-2012《可燃 气体检测报警器型式 评价大纲》
7	硫化氢气体检测仪	(0~100) $\mu\text{mol/mol}$	硫化氢气体分析仪 MPE: $\pm 10\%$; 硫化氢气体检测报警仪 MPE: $\pm 2 \mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$	JJF1363-2019《硫化 氢气体检测仪型式评 价大纲》
8	一氧化碳检测报警器	(0~2000) $\mu\text{mol/mol}$	MPE: $\pm 5 \mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$	JJF 1421-2013《一氧 化碳检测报警器型式 评价大纲》
9	大气采样器	(100~6000) mL/min	MPE: $\pm 5\%$	JJF 1404-2013《大气 采样器型式评价大 纲》

以下空白

国家质量监督检验检疫总局印制