名称：吉林省计量科学研究院

地址：吉林省长春市高新区宜居路 2699 号

注册号：CNAS L1423

中国合格评定国家认可委员会

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

认可证书附件

生效日期：2024 年 08 月 21 日　　截止日期：2030 年 03 月 11 日

附件 3　认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1、化学、分析仪器						
1	可见分光光度计	1	波长准确度及波长重复性	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.2		2024-08-21
		2	透射比准确度及透射比重复性	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.3		2024-08-21
		3	杂散光	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.4		2024-08-21
		4	波长边缘噪声	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.5		2024-08-21
		5	基线平直度	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.6		2024-08-21

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	基线暗噪声	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.7		2024-08-21
		7	光谱带宽	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.8		2024-08-21
		8	漂移	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.9		2024-08-21
		9	电源电压变化时引起的透射比变化	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.10		2024-08-21
		10	接触电流	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.3		2024-08-21
		11	保护接地	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.5.1		2024-08-21
		12	介电强度	可见分光光度计 GB/T26810-2011 5.11.3		2024-08-21
2	紫外可见分光光度计	1	波长准确度及波长重复性	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.2		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.2		2024-08-21
		2	透射比准确度及透射比重复性	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.4		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.4		2024-08-21
		3	杂散光	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.5		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.5		2024-08-21
		4	波长边缘噪声	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.6		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.10		2024-08-21
		5	基线平直度	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.8		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.7		2024-08-21
		6	基线暗噪声	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.9		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.8		2024-08-21
		7	光谱带宽	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.3		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.3		2024-08-21
		8	漂移	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.10		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.9		2024-08-21
		9	电源电压变化时引起的透射比变化	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.7		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.6		2024-08-21
		10	接触电流	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.3		2024-08-21
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.3		2024-08-21
		11	保护接地	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.5.1		2024-08-21
				测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.5.1		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	介电强度	单光束紫外可见分光光度计 GB/T26798-2011 5.11.3		2024-08-21
				双光束紫外可见分光光度计 GB/T26813-2011 5.11.3		2024-08-21
3	傅立叶变换红外光谱仪	1	波数准确度与波数重复性	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 4.7,4.8	只能测定分辨率低于 0.5 波数的仪器	2024-08-21
		2	透过率重复性	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 4.5		2024-08-21
		3	本底光谱能量分布	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 4.2		2024-08-21
		4	分辨率	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 4.6	只能用于分辨率低于 0.5 波数的仪器	2024-08-21
		5	100% τ 线噪声	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 4.4		2024-08-21
4	测汞仪	1	保护接地	测汞仪 JB 5228-2018 5.9.3		2024-08-21
		2	介电强度	测汞仪 JB 5228-2018 5.9.2		2024-08-21
		3	接触电流	测汞仪 JB 5228-2018 5.9.1		2024-08-21
		4	线性相关系数	测汞仪 JB 5228-2018 5.4		2024-08-21
		5	检出限	测汞仪 JB 5228-2018 5.5		2024-08-21
		6	重复性	测汞仪 JB 5228-2018 5.6		2024-08-21
		7	稳定性	测汞仪 JB 5228-2018 5.7		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	原子吸收分光光度计	1	波长准确度与波长重复性	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.2		2024-08-21
		2	分辨率	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.3		2024-08-21
		3	基线稳定性	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.4		2024-08-21
		4	灵敏度	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.5		2024-08-21
		5	检出限	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.6		2024-08-21
		6	重复性	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.7		2024-08-21
		7	吸光度误差	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.8		2024-08-21
		8	边缘波长噪声	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.9		2024-08-21
		9	背景校正能力	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.10		2024-08-21
		10	狭缝换挡定位误差	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.11		2024-08-21
		11	绝缘电阻	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.13.1.1		2024-08-21
		12	绝缘强度	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.13.1.2		2024-08-21
		13	泄漏电流	原子吸收分光光度计 GB/T21187-2007 4.13.1.3		2024-08-21
6	原子荧光光谱计	1	基线稳定性	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.2		2024-08-21
		2	检出限	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.3		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	重复性	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.4		2024-08-21
		4	校准曲线的线性	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.5		2024-08-21
		5	道间干扰	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.6		2024-08-21
		6	绝缘电阻	原子荧光光谱仪 GB/T21191-2007 5.8.1.1		2024-08-21
7	实验室 pH 计	1	电子单元基本误差试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.5		2024-08-21
		2	仪器基本误差试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.6		2024-08-21
		3	电子单元输入电流试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.7		2024-08-21
		4	电子单元温度补偿器误差试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.9		2024-08-21
		5	仪器的重复性试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.11		2024-08-21
		6	电子单元稳定性试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.12		2024-08-21
		7	电源电压变化对电子单元的影响试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.13		2024-08-21
		8	环境温度对电子单元的影响偏差试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.14		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	绝缘电阻试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.15.1		2024-08-21
		10	绝缘强度试验	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.15.2		2024-08-21
		11	电子单元输入阻抗	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.8		2024-08-21
		12	电子单元的重复性	实验室 pH 计 GB/T11165-2005 5.10		2024-08-21
8	实验室气相色谱仪	1	接触电流	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.3.1		2024-08-21
		2	介电强度	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.3.2		2024-08-21
		3	保护接地	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.3.3		2024-08-21
		4	气路系统密封性	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.4		2024-08-21
		5	柱箱温度控制系统	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.6.5		2024-08-21
		6	检测限	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.7.3.2、5.7.4.2、5.7.5.2、5.7.6.2		2024-08-21
		7	灵敏度	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.7.2.2		2024-08-21
		8	基线噪声	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.7.2.1、5.7.3.1、5.7.4.1、5.7.5.1、5.7.6.1		2024-08-21
		9	基线漂移	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.7.2.1、5.7.3.1、5.7.4.1、5.7.5.1、5.7.6.1		2024-08-21
		10	线性范围	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.7.2.3、5.7.3.3、5.7.4.3、5.7.5.3、5.7.6.3		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	仪器的定量重复性	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.11		2024-08-21
		12	仪器的定性重复性	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2020 5.10		2024-08-21
9	液相色谱仪	1	密封性	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.3.1		2024-08-21
		2	流量设定值误差及流量稳定性	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.3.2		2024-08-21
		3	梯度误差	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.3.3		2024-08-21
		4	温度设定值误差	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.4.2		2024-08-21
		5	控温稳定性	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.4.2		2024-08-21
		6	检测器	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.5		2024-08-21
		7	定量重复性	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.6.2		2024-08-21
		8	定性重复性	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2019 4.6.2		2024-08-21
10	半自动生化分析仪	1	波长准确度与重复性	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.2		2024-08-21
		2	杂光试验	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.3		2024-08-21
		3	线性误差	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.4		2024-08-21
		4	临床项目的批内精密度	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	仪器的重复性	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.5		2024-08-21
		6	仪器的稳定性	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.6		2024-08-21
		7	温度准确性与波动	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.7		2024-08-21
		8	交叉污染率（流动吸收池）	半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 5.8		2024-08-21
		9	安全	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.3、6.5.1、6.8		2024-08-21
11	干化学尿液分析仪	1	重复性	干化学尿液分析仪 YY/T0475-2011 5.3		2024-08-21
		2	与适配尿液分析试纸条的准确度	干化学尿液分析仪 YY/T0475-2011 5.4		2024-08-21
		3	稳定性	干化学尿液分析仪 YY/T0475-2011 5.5		2024-08-21
		4	携带污染	干化学尿液分析仪 YY/T0475-2011 5.6		2024-08-21
12	化学需氧量（COD）测定仪	1	重复性	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.8		2024-08-21
		2	零点漂移	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.5		2024-08-21
		3	量程漂移	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.6		2024-08-21
		4	温度示值误差和温场均匀性	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.2		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	消解时间示值误差	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.3		2024-08-21
		6	示值误差	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.4		2024-08-21
		7	稳定性	化学需氧量（COD）测定仪 GB/T 32208-2015 6.3.7		2024-08-21
13	烟气分析仪	1	气密性	烟气采样器技术条件 烟气分析仪 HJ/T47-1999 6.3.9		2024-08-21
		2	重复性	烟气采样器技术条件 烟气分析仪 HJ/T47-1999 6.3.8		2024-08-21
14	硫化氢气体检测仪	1	检测误差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.4.3		2024-08-21
		2	报警误差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.5.3		2024-08-21
		3	重复性	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.6.3		2024-08-21
		4	响应时间	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.9.3		2024-08-21
		5	长期稳定性	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.12.3		2024-08-21
		6	全量程指示偏差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.10.3		2024-08-21
		7	高速气流	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.11.3		2024-08-21
		8	绝缘电阻	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.13.3		2024-08-21
		9	辐射电磁场	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2006 6.15.3		
		10	静电放电	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.16.3		2024-08-21
		11	电瞬变脉冲	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.17.3		2024-08-21
		12	高温	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.18.3		2024-08-21
		13	低温	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.19.3		2024-08-21
		14	恒定湿热	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.20.3		2024-08-21
		15	振动	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.21.3		2024-08-21
		16	跌落	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.22.3		2024-08-21
15	二氧化硫气体检测仪	1	线性误差	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.3		2024-08-21
		2	重复性误差	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.4		2024-08-21
		3	零点漂移	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.5		2024-08-21
		4	量程漂移	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.5		2024-08-21
		5	干扰误差	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.8		2024-08-21
		6	电源电压影响误差	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	工作误差	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.11		2024-08-21
		8	绝缘电阻	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.12		2024-08-21
		9	绝缘强度	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.13		2024-08-21
		10	漏电流	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992 4.3.14		2024-08-21
16	可燃气体检测报警器	1	检测误差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.4.3		2024-08-21
		2	报警误差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.5.3		2024-08-21
		3	重复性	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.6.3		2024-08-21
		4	响应时间	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.9.3		2024-08-21
		5	长期稳定性	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.12.3		2024-08-21
		6	全量程指示偏差	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.10.3		2024-08-21
		7	高速气流	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.11.3		2024-08-21
		8	绝缘电阻	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.13.3		2024-08-21
		9	辐射电磁场	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.15.3		2024-08-21
		10	静电放电	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2006 6.16.3		
		11	电瞬变脉冲	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.17.3		2024-08-21
		12	高温	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.18.3		2024-08-21
		13	低温	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.19.3		2024-08-21
		14	恒定湿热	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.20.3		2024-08-21
		15	振动	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.21.3		2024-08-21
		16	跌落	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB 12358-2006 6.22.3		2024-08-21
17	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器	1	气路密封性	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.4		2024-08-21
		2	线性误差	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.5		2024-08-21
		3	零点漂移	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.6		2024-08-21
		4	量程漂移	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.6		2024-08-21
		5	重复性	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.8		2024-08-21
		6	环境温度变化对仪器示值的影响	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.10		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	大气压力变化对仪器指示值的影响	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.11		2024-08-21
		8	电源电压变化的影响	红外线气体分析器 试验方法 GB/T 25930-2010 4.12		2024-08-21
		9	电源频率变化的影响	红外线气体分析器实验方法 GB/T 25930-2010 4.13		2024-08-21
		10	仪器工作位置倾斜对输出信号的影响	红外线气体分析器实验方法 GB/T 25930-2010 4.14		2024-08-21
		11	干扰误差	红外线气体分析器实验方法 GB/T 25930-2010 4.15		2024-08-21
18	氧弹热量计	1	热容量标定的准确度与稳定性	氧弹热量计性能验收导则 GB/T 31423-2015 5.4.3		2024-08-21
		2	热容量的有效工作范围	氧弹热量计性能验收导则 GB/T 31423-2015 5.4.4		2024-08-21
		3	发热量测定的准确度	氧弹热量计性能验收导则 GB/T 31423-2015 5.4.5		2024-08-21
19	烟尘测试仪	1	气密性	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.2		2024-08-21
		2	绝缘电阻	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.3		2024-08-21
		3	记时误差	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.4		2024-08-21
		4	空载流量	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.6.1		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	负载流量	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.6.2		2024-08-21
		6	流量计量装置	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.8		2024-08-21
		7	等速跟踪响应时间	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.9		2024-08-21
		8	等速吸引误差	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999 9.3.10		2024-08-21
20	总有机碳分析仪	1	重复性误差	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.1		2024-08-21
		2	零点漂移	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.2		2024-08-21
		3	量程漂移	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.3		2024-08-21
		4	直线性	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.4		2024-08-21
		5	响应时间	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.5		2024-08-21
		6	实际水样比对试验	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.7		2024-08-21
		7	相对于电压波动的稳定性	总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T104-2003 9.4.8		2024-08-21
21	煤矿用电化学电极气体氧分析器	1	基本误差	煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 MT447-1995 4.3		2024-08-21
		2	负载能力	煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 MT447-1995 4.4		2024-08-21
		3	稳定性	煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 MT447-1995 4.5		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	响应时间	煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 MT447-1995 4.6		2024-08-21
		5	警报功能	煤矿用电化学式氧气传感器技术条件 MT447-1995 4.7		2024-08-21
22	浊度仪	1	重复性误差	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.1		2024-08-21
		2	零点漂移	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.2		2024-08-21
		3	量程漂移	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.3		2024-08-21
		4	线性误差	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.4		2024-08-21
		5	实际水样比对试验	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.6		2024-08-21
		6	相对于电压波动的稳定性	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.7		2024-08-21
		7	绝缘阻抗	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T98-2003 8.3.8		2024-08-21
23	火焰光度计	1	最小检测量	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.6		2024-08-21
		2	稳定性	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.7		2024-08-21
		3	重复性	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.8		2024-08-21
		4	线性误差	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 3.9		2024-08-21
		5	测量元素间的相互干扰	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.10		2024-08-21
		6	响应时间	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.11		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	绝缘电阻	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.3		2024-08-21
		8	绝缘强度	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.4		2024-08-21
		9	泄漏电流	火焰光度计 技术条件 JB/T10058-2000 4.5		2024-08-21
24	电导率仪	1	固有误差	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.4.3		2024-08-21
		2	重复性	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.4.4		2024-08-21
		3	稳定性	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.4.7		2024-08-21
		4	影响偏差	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.4.8		2024-08-21
		5	工作误差	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.4.9.2		2024-08-21
		6	绝缘电阻	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.5.1		2024-08-21
		7	绝缘强度	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.5.2		2024-08-21
		8	泄漏电流	电导率仪试验方法 GB/T11007-2008 5.5.3		2024-08-21
25	分析仪器	1	介电强度	分析仪器通用技术条件 GB/T12519-2021 6.6		2024-08-21
				分析仪器的安全要求 GB/T34065-2017 6.3		2024-08-21
		2	接触电流	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.3	只做：(0～10)mA	2024-08-21
		3	保护接地	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007 6.5.1	只做：(0～600)mΩ	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	电源频率与电压	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 3.3	只做:(154～275)V (40～64)Hz	2024-08-21
		5	低温	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 4.4	只做:-65℃~常温	2024-08-21
		6	高温	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 5.4	只做:常温~+85℃	2024-08-21
		7	温度变化	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 6.4	只做:温度范围（-65～+85）℃，	2024-08-21
		8	恒定湿热	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 7.4	只做:温度范围（+20～+85）℃，湿度范围（20～95）%RH	2024-08-21
		9	交变湿热	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 8.4	只做:（+20～+85）℃ （20～95）%RH	2024-08-21
		10	振动	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 9.4	只做:频率:(20～2000)Hz;加速度 ≤1000m/s^2;速度:≤1.8m/s;位移: ≤51mm ;重量:≤500kg	2024-08-21
		11	磁场	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 10.3	只做:(0～400)A/m	2024-08-21
		12	低温贮存	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 15.4	只做：-65℃~常温	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		13	高温贮存	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 16.4	只做:常温~+85℃	2024-08-21
		14	跌落	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 17.3	只做:≤200kg (0～100)cm	2024-08-21
		15	碰撞	分析仪器环境试验方法 GB/T11606-2007 18.3	只做:≤ 1000m/s²；半正弦波	2024-08-21
		16	噪声	噪声源声功率级的测定 GB3768-2017 8	只做:(30～ 120)dB 半消声室法只做:≤(500×350×350)mm	2024-08-21
26	洁净厂房	1	洁净度	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 3.0.1		2024-08-21
		2	噪声	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 4.4.1		2024-08-21
		3	温湿度	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 6.1.4		2024-08-21
		4	静压差	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 6.2.2		2024-08-21
		5	风量或风速	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 6.3.3		2024-08-21
		6	照度	洁净厂房设计规范 GB50073-2013 9.2.3		2024-08-21
27	洁净室	1	检漏	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 D2,D3		2024-08-21
		2	风量、风速、换气次数	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E1		2024-08-21
		3	静压差	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.2		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	洁净度	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.4		2024-08-21
		5	温湿度	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.5		2024-08-21
		6	噪声	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.6		2024-08-21
		7	照度	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.7		2024-08-21
		8	浮游菌	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.8		2024-08-21
		9	沉降菌	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.8		2024-08-21
		10	自净时间	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.11		2024-08-21
		11	气流流型	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.12		2024-08-21
		12	甲醛浓度	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 E.13		2024-08-21
28	医药工业洁净室(区)	1	悬浮粒子	医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 4,5		2024-08-21
		2	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 4,5		2024-08-21
		3	沉降菌	医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T16294-2010 4,5		2024-08-21
29	医院洁净手术部	1	风速	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.7		2024-08-21
		2	换气次数	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.7		2024-08-21
		3	过滤器检漏	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.8		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	静压差	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.10		2024-08-21
		5	洁净度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.11		2024-08-21
		6	温湿度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.12		2024-08-21
		7	噪声	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.13		2024-08-21
		8	照度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.14		2024-08-21
		9	甲醛浓度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013 13.3.16		2024-08-21
30	煤	1	煤中全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017 7.1.1;7.1.3;7.2.2	只测方法 A2、方法 B2	2024-08-21
		2	水分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 3.2	不做 3.1 方法 A	2024-08-21
		3	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 4	不做 4.2.1 方法 A	2024-08-21
		4	挥发分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 5		2024-08-21
		5	固定碳	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 6		2024-08-21
		6	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007 4	只用库仑滴定法	2024-08-21
				煤中全硫测定 红外光谱法 GB/T 25214-2010		2024-08-21
		7	煤的发热量	煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008 8.4	只测 8.4 自动氧弹量热计法	2024-08-21
31	生物安全柜	1	人员保护	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.6.3.3	只做碘化钾法	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	噪声	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.3.3		2024-08-21
		3	下降气流流速	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.7.3		2024-08-21
		4	流入气流流速	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.8.4	只做风速仪法	2024-08-21
		5	照度	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.4.3		2024-08-21
		6	振动	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.5.3		2024-08-21
		7	温升	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.12.2		2024-08-21
		8	紫外灯	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.14.3		2024-08-21
		9	高效过滤器完整性	Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.2.4		2024-08-21
32	洁净工作台	1	扫描检漏	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.1		2024-08-21
		2	引射作用	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.2		2024-08-21
		3	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.3		2024-08-21
		4	风量	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.5		2024-08-21
		5	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.6		2024-08-21
		6	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.8		2024-08-21
		7	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	振动幅值	洁净工作台 JG/T 292-2010 7.4.4.10		2024-08-21
2、节能检测						
1	工业锅炉	1	热效率	工业锅炉热工性能试验规程 GB/T10180-2017 8.1		2024-08-21
		2	排烟温度	燃煤工业锅炉节能监测 GB/T15317-2009 8.1		2024-08-21
		3	空气系数	燃煤工业锅炉节能监测 GB/T15317-2009 8.1		2024-08-21
		4	炉渣含碳量	燃煤工业锅炉节能监测 GB/T15317-2009 8.1		2024-08-21
		5	炉表面温度	燃煤工业锅炉节能监测 GB/T15317-2009 8.1		2024-08-21
2	火焰加热炉	1	排烟温度	火焰加热炉节能监测方法 GB/T15319-1994 4.4		2024-08-21
		2	空气系数	火焰加热炉节能监测方法 GB/T15319-1994 4.5		2024-08-21
		3	炉渣含碳量	火焰加热炉节能监测方法 GB/T15319-1994 4.6		2024-08-21
		4	炉表面温度	火焰加热炉节能监测方法 GB/T15319-1994 4.7		2024-08-21
		5	可比单位燃耗	火焰加热炉节能监测方法 GB/T15319-1994 4.8		2024-08-21
3	热力输送系统	1	保温结构表面温升	热力输送系统节能监测 GB/T15910-2009 5.4		2024-08-21
		2	疏水阀漏汽率	热力输送系统节能监测 GB/T15910-2009 5.5		2024-08-21
4	工业电热设备	1	电能利用率	工业电热设备节能监测方法 GB/T15911-2021 6.1		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	空炉损失比	工业电热设备节能监测方法 GB/T15911-2021 6.2.1		2024-08-21
		3	表面温升	工业电热设备节能监测方法 GB/T15911-2021 6.2.2		2024-08-21
5	三相异步电动机	1	输入有功功率	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 7		2024-08-21
		2	功率因数	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 7		2024-08-21
		3	电压	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 7		2024-08-21
		4	电流	三相异步电动机经济运行 GB/T12497-2006 7		2024-08-21
6	风机机组及供风系统	1	风机机组电能利用率	风机机组与管网系统节能监测方法 GB/T15913-2022 5		2024-08-21
		2	电动机负载率	风机机组与管网系统节能监测方法 GB/T15913-2022 5		2024-08-21
7	空气压缩机组及供气系统	1	温度	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T16665-2017 5.6		2024-08-21
		2	压力	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T16665-2017 5.6		2024-08-21
		3	耗电量	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T16665-2017 5.6		2024-08-21
		4	流量	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T16665-2017 5.6		2024-08-21
		5	露点	空气压缩机组及供气系统节能监测 GB/T16665-2017 5.6		2024-08-21
8	泵类液体输送系统	1	电动机运行效率	泵类液体输送系统节能监测 GB/T16666-2012 6		2024-08-21
		2	泵类效率	泵类液体输送系统节能监测 GB/T16666-2012 6		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	吨·百米耗电量	泵类液体输送系统节能监测 GB/T16666-2012 6		2024-08-21
9	企业供配电系统	1	日负荷率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.3		2024-08-21
		2	变压器负载系数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.4		2024-08-21
		3	线损率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.5		2024-08-21
		4	企业用电体系功率因数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996 4.6		2024-08-21
10	建筑照明	1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1		2024-08-21
		2	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.1		2024-08-21
		3	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008 6.6		2024-08-21
3、测量仪器（检测设备）						
1	液压万能试验机	1	同轴度	液压式万能试验机 GB/T 3159-2008 6.3.3		2024-08-21
		2	力值	液压式万能试验机 GB/T 3159-2008 6.3		2024-08-21
		3	硬度	液压式万能试验机 GB/T 3159-2008 6.3.5		2024-08-21
		4	表面粗糙度	液压式万能试验机 GB/T 3159-2008 6.3.7		2024-08-21
		5	噪声	液压式万能试验机 GB/T 3159-2008 6.9		2024-08-21
2	地震计	1	灵敏度	地震观测仪器进网技术要求 地震仪 DB/T 22-2020 A.6		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	幅频特性	地震观测仪器进网技术要求 地震仪 DB/T 22-2020 A.8		2024-08-21
		3	线性度	地震观测仪器进网技术要求 地震仪 DB/T 22-2020 A.9		2024-08-21
3	高温蠕变、持久强度试验机	1	力值	静力单轴试验机的检验 第2部分：拉力蠕变试验机施加力的检验 GB/T 16825.2-2018/ISO 7500-2:2006 5		2024-08-21
4	驾驶人考试系统	1	考试场地桩杆或标杆尺寸、回位及摆动	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		2	考试场地道路边缘线宽度	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		3	考试场地库位线宽度	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		4	考试场地考试项目图形尺寸	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		5	考试场地坡度	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		6	考试场地附着系数	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.1		2024-08-21
		7	场考系统车身（车轮）到边线距离	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		8	场考系统汽车前保险杠到桩杆线距离	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		9	场考系统摩托车前轴到桩杆	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分）T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			线距离			
		10	场考系统车辆后溜距离	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分） T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		11	场考系统项目完成时间	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分） T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		12	场考系统中途停车时间	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分） T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		13	场考系统车辆起步时间	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分） T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
		14	场考系统车辆行驶速度	驾驶人考试检测项目和方法（场地驾驶技能考试部分） T/CMA JD023—2020 4.2		2024-08-21
5	电子式试验机	1	同轴度	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.3.3		2024-08-21
		2	表面粗糙度	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.3.6		2024-08-21
		3	力值	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.4		2024-08-21
		4	变形	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.5		2024-08-21
		5	硬度	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.3.7		2024-08-21
		6	噪声	电子式万能试验机 GB/T 16491-2008 6.11		2024-08-21
6	一般压力表	1	外观	一般压力表 GB/T1226-2017 6.13		2024-08-21
		2	基本误差	一般压力表 GB/T1226-2017 6.5		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	回差	一般压力表 GB/T1226-2017 6.6		2024-08-21
		4	指针偏转的平稳性	一般压力表 GB/T1226-2017 6.7		2024-08-21
		5	轻敲位移	一般压力表 GB/T1226-2017 6.8		2024-08-21
		6	超压	一般压力表 GB/T1226-2017 6.10		2024-08-21
		7	温度影响	一般压力表 GB/T1226-2017 6.9		2024-08-21
		8	交变压力	一般压力表 GB/T1226-2017 6.11		2024-08-21
		9	耐工作环境振动	一般压力表 GB/T1226-2017 6.14		2024-08-21
		10	抗运输环境性能	一般压力表 GB/T1226-2017 6.15		2024-08-21
7	工业铂热电阻及铂感温元件	1	护套完整性	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.3.2		2024-08-21
		2	允差	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.3.4		2024-08-21
		3	振动	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.6.4		2024-08-21
		4	跌落	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.6.5		2024-08-21
		5	室温绝缘电阻	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.3.1		2024-08-21
		6	高温绝缘电阻	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.1		2024-08-21
		7	热响应时间	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.2		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	热电影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.4		2024-08-21
		9	自热	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.7		2024-08-21
		10	最小置入深度	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.8		2024-08-21
		11	温度循环影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T 30121-2013 6.5.5		2024-08-21
8	工业热电偶	1	外观	工业热电偶 GB/T30429-2013 6.1		2024-08-21
		2	允差	工业热电偶 GB/T30429-2013 6.2		2024-08-21
		3	绝缘电阻	工业热电偶 GB/T30429-2013 6.3		2024-08-21
		4	热响应时间	工业热电偶 GB/T30429-2013 6.5		2024-08-21
		5	运输环境影响	工业热电偶 GB/T30429-2013 6.6		2024-08-21
9	噪声源	1	声功率级	声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法 GB/T 6881-2023 8		2024-08-21
				声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 9		2024-08-21
10	声学材料	1	吸声系数	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 7		2024-08-21
		2	吸声量	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 7		2024-08-21
11	建筑和建筑构件	1	隔声量	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005 6		2024-08-21
12	呼吸器用复合气瓶	1	水压试验	呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 GB/T 24161-2009 9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	瓶阀检验	呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 GB/T 24161-2009 11.1		2024-08-21
		3	气密性试验	呼吸器用复合气瓶定期检验与评定 GB /T24161-2009 12		2024-08-21
13	安全阀	1	整定压力	安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006 附件 E3.2		2024-08-21
		2	密封性	安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006 附件 E3.3		2024-08-21
14	湿热试验设备	1	温度偏差	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.1		2024-08-21
		2	温度波动度	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.2		2024-08-21
		3	温度均匀度	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.4		2024-08-21
		4	温度过冲量	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.9		2024-08-21
		5	温度过冲恢复时间	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.10		2024-08-21
		6	相对湿度偏差	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.1		2024-08-21
		7	相对湿度波动度	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.3		2024-08-21
		8	相对湿度均匀度	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.5		2024-08-21
		9	相对湿度过冲量	电工电子产品环境试验设备检验方法 第 5 部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		10	相对湿度过冲恢复时间	电工电子产品环境试验设备检验方法 第5部分：湿热试验设备 GB/T5170.5-2016 8.10		2024-08-21
15	压力容器密封性	1	压力容器密封性	压力容器密封性检测方法 ZB/JLY（院）29—2022 7.2		2024-08-21
16	温度试验设备	1	温度偏差	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.1		2024-08-21
		2	温度波动度	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.2		2024-08-21
		3	温度均匀度	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.3		2024-08-21
		4	温度变化率	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.5		2024-08-21
		5	5min温度平均变化率	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.6		2024-08-21
		6	温度过冲量	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.8		2024-08-21
		7	温度过冲恢复时间	环境试验设备检验方法第2部分：温度试验设备 GB/T 5170.2-2017 8.9		2024-08-21
17	医药产品冷链用温控车辆	1	温度分布测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.1、4.3.1		2024-08-21
		2	温度自动监测系统测点终端的准确度确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.2、4.3.3		2024-08-21
		3	测试系统在极端温度条件下的运行情况	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.3		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	温控设施设备运行参数及使用状况测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.4、4.3.10		2024-08-21
		5	温度监测系统配置的温度监测点位置确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.5、4.3.6		2024-08-21
		6	开门作业对车厢内温度分布的影响	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.6、4.3.4		2024-08-21
		7	确定设备故障或外部供电中断的状况下车厢保温性能及变化趋势	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 4.1.7、4.3.5		2024-08-21
18	医药产品冷链用冷藏箱或保温箱	1	温度分布测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.1、5.3.1.5		2024-08-21
		2	蓄冷剂配备使用的条件测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.2、5.3.1.3		2024-08-21
		3	温度自动监测系统测点终端或温度记录仪放置位置确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.3		2024-08-21
		4	开箱作业对箱内温度分布及变化的影响	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.4、5.3.1.7		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	极端外部环境条件下的保温效果评估	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.5		2024-08-21
		6	运输最长时间验证	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 5.1.6、5.3.1.6		2024-08-21
19	医药产品冷链用温度监测系统	1	温度数据的采集、传送、存储以及报警功能确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.1、6.2.1		2024-08-21
		2	监测设备的测量范围和准确度确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.2		2024-08-21
		3	测点终端安装数量及位置确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.3、6.2.6		2024-08-21
		4	系统与温度调控设施无联动状态的确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.4		2024-08-21
		5	系统在断电、计算机关机状态下可保证实时数据监测、记录、报警、传送功能确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.5、6.2.8		2024-08-21
		6	可防止用户篡改、删除、反	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 6.1.6		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
			向导入数据功能确认			
20	医药产品冷链用温控仓库	1	温度分布测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.1、3.3.1		2024-08-21
		2	温度自动监测系统测点终端的准确度测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.2		2024-08-21
		3	极端环境条件下的温度保障能力确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.3		2024-08-21
		4	温控设施设备运行参数及使用状况测试	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.4		2024-08-21
		5	温度监测系统配置的测点终端安装位置确认	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.5、3.3.3		2024-08-21
		6	开门作业对库房温度分布的影响	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.6、3.3.4		2024-08-21
		7	确定设备故障或外部供电中断的状况下库房保温性能及变化趋势	医药产品冷链物流温控设施 设备验证 性能确认技术规范 GB/T 34399-2017 3.1.7、3.3.5		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
4、电磁兼容						
1	电子、电器产品	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023	只做：场强不大于10V/m	2024-08-21
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018		2024-08-21
		4	浪涌	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击) 抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019		2024-08-21
		5	传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017 8		2024-08-21
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006		2024-08-21
		7	电压暂降、短时中断和电压变化	电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等于16 A设备的电压暂降、短时中断和电压 GB/T 17626.11-2023		2024-08-21
		8	振铃波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验 GB/T 17626.12-2023		2024-08-21
2	家用和类似用途电动电热器具，电动工具以及类似电器	1	骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		2024-08-21
		2	骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018		2024-08-21
		3	静电放电	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第	只做：空气放电	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020	不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	
		4	电快速瞬变	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		2024-08-21
		5	注入电流(传导抗扰度)	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		2024-08-21
		6	射频电磁场	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		2024-08-21
		7	浪涌	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		2024-08-21
		8	电压暂降和短时中断	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度 GB/T 4343.2-2020		2024-08-21
3	信息技术设备	1	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021	只做：信息技术设备	2024-08-21
		2	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第 1 部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021	只做：信息技术设备	2024-08-21
4	工业，科学和医疗（ISM）射频设备	1	电源端传导骚扰电压	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		2024-08-21
		2	辐射骚扰	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019		2024-08-21
5	电气照明和类似设备	1	传导骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021	只做：EUT 小于 2m	2024-08-21
		2	辐射骚扰	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021	只做：EUT 小于 2m	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	静电放电	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		4	射频电磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
		5	工频磁场	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
		6	快速瞬变	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
		7	注入电流	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
		8	浪涌	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
		9	电压跌落与短时中断	一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014		2024-08-21
6	汽车内电子零部件（电磁兼容）	1	射频场辐射干扰（电波暗室法）	道路车辆 - 零部件窄带辐射电磁能量的电干扰试验方法 - 第 2 部分：电波暗室 ISO 11452-2:2004		2024-08-21
		2	射频场辐射干扰（大电流注入法）	道路车辆 - 零部件窄带辐射电磁能量的电干扰试验方法 - 第 4 部分：大电流注入 (BCI) ISO 11452-4:2020		2024-08-21
		3	射频场辐射干扰（磁场抗扰度）	道路车辆 - 零部件窄带辐射电磁能量的电干扰试验方法 - 第 8 部分：磁场抗扰度 ISO 11452-8:2015		2024-08-21
		4	瞬态传导抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	非电源线瞬态传导抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T 21437.3-2021		2024-08-21
		6	车载接收机的无线电骚扰	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018		2024-08-21
		7	静电放电抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019		2024-08-21
7	居住、商业和轻工业环境中产品	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		2	辐射骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		3	电快速瞬变/脉冲群抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度 GB/T 17799.1-2017 8		2024-08-21
		8	传导发射	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	辐射发射	电磁兼容 通用标准 第3部分：居住环境中设备的发射 GB 17799.3-2023		2024-08-21
8	工业环境中的产品	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分:工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		2	射频电磁场	电磁兼容 通用标准 第2部分:工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023	只做：场强不大于10V/m	2024-08-21
		3	快速瞬变	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023		2024-08-21
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023		2024-08-21
		5	射频共模	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023		2024-08-21
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分:工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023		2024-08-21
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	电磁兼容 通用标准 第2部分：工业环境中的抗扰度标准 GB/T 17799.2-2023		2024-08-21
		8	传导发射	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022		2024-08-21
		9	辐射发射	电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射 GB 17799.4-2022		2024-08-21
9	测量、控制和实验室用的电设备	1	电源端传导骚扰电压	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		2	辐射骚扰	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	静电放电抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		4	电磁场抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		5	脉冲群抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		6	浪涌抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		7	传导射频抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		8	工频磁场抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
		9	电压跌落，短时中断抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 GB/T 18268.1-2010		2024-08-21
10	医用电气设备	1	辐射发射	医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		2	静电放电	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	只做：空气放电不大于±10kV；接触放电不大于±16.5kV	2024-08-21
		3	射频电磁场辐射	医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021	只做：场强不大于10V/m	2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	电快速瞬变脉冲群	医用电气设备 第 1-2 部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		5	浪涌	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		6	传导发射	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		7	在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		8	工频磁场	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
		9	射频场感应的传导骚扰	医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 9706.102-2021		2024-08-21
5、机械						
1	*机床	1	重复定位精度	机床检验通则 第 2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T17421.2-2016 4.3		2024-08-21
		2	定位精度	机床检验通则 第 2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T17421.2-2016 4.3		2024-08-21
2	机械零部件	1	长度尺寸	产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验 GB/T3177-2009 5.1		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	角度	一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.2		2024-08-21
		3	形状误差	产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C.2，C3，C.5，C.6，C.7		2024-08-21
		4	位置误差	产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C.8，C9，C10，C.11，C.12，C.13		2024-08-21
		5	表面粗糙度	产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T10610-2009 6.2		2024-08-21
		6	圆度	产品几何技术规范(GPS) 几何公差检测与验证 GB/T1958-2017 附录 C.4		2024-08-21
3	工业机器人	1	距离准确度和重复性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.3		2024-08-21
		2	位姿准确度和位姿重复性	工业机器人性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.2		2024-08-21
		3	位置稳定时间	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.4		2024-08-21
		4	位置超调量	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.5		2024-08-21
		5	位姿特性漂移	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.6		2024-08-21
		6	互换性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 7.7		2024-08-21
		7	轨迹特性	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 8		2024-08-21
		8	最小定位时间	工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T12642-2013 9		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
6、其它						
1	崩解仪	1	吊篮上下移动距离	崩解仪 JB/T 20077-2013 5.3.2		2024-08-21
		2	晒网距烧杯底部的距离	崩解仪 JB/T 20077-2013 5.3.3		2024-08-21
		3	吊篮上下往返频率	崩解仪 JB/T 20077-2013 5.3.4		2024-08-21
		4	崩解液温度	崩解仪 JB/T 20077-2013 5.3.5		2024-08-21
		5	定时器定时误差	崩解仪 JB/T 20077-2013 5.3.6		2024-08-21
2	公安物证称重	1	质量	公安物证称重检测计量规范 ZB/JLY（院） 26		2024-08-21
3	OBD 诊断仪	1	外观	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.1		2024-08-21
		2	车辆及 OBD 信息检查功能	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.2		2024-08-21
		3	故障代码读取功能	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.3		2024-08-21
		4	就绪状态描述功能	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.4		2024-08-21
		5	IUPR 相关数据记录功能	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.5		2024-08-21
		6	实时数据流读取功能	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.6		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	支持多协议模拟；	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.7		2024-08-21
		8	数据采集时间	机动车排放检验用 OBD 诊断仪检验项目和方法 T/CMA JD 042-2021 6.8		2024-08-21

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证