

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	环境试验设备	温度：（-80～300）℃ 相对湿度：（5～95）%	温度： $U=0.5^{\circ}\text{C}$ （ $k=2$ ） 相对湿度： $U=1.5\%$ （ $k=2$ ）	JJF 1101
2	环境室	（-80～300）℃	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ （ $k=2$ ）	JJF 1101
3	箱式电阻炉	（300～1100）℃	$U=2.0^{\circ}\text{C}$ （ $k=2$ ）	JJF 1376

发证日期:2025-06-26(能力提升)

-----以下空白-----