名称：吉林省计量科学研究院

地址：吉林省长春市高新区宜居路 2699 号

注册号：CNAS L1423

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 08 月 11 日　　截止日期：2030 年 03 月 11 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1、几何量							
1	量块	长度	量块检定规程 JJG 146	(0.5～1000)mm	U=0.08 μm+1×10^{-6}l_n		2026-08-11
2	千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG 21	(0～250)mm	U=1 μm		2026-08-11
				(250～500)mm	U=2 μm		2026-08-11
				千分尺校对用量杆:(0～500)mm）	U=0.5 μm+5×10^{-6}L		2026-08-11
3	大尺寸外径千分尺	长度	大尺寸外径千分尺校准规范 JJF 1088	(500～3000)mm	U=3.5μm+5.2×10^{-6}L		2026-08-11

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	(0～1000)mm	U=0.02 mm		2026-08-11
5	指示表	长度	指示表检定规程 JJG 34	指针式 0.01mm:(0～100)mm	U=(4～9) μm		2026-08-11
				指针式 0.001mm:(0～5)mm	U=1.7 μm		2026-08-11
				数显式 0.01mm:(0～100)mm	U=9 μm		2026-08-11
				数显式 0.001mm:(0～30)mm	U=3.6 μm		2026-08-11
				数显式 0.005mm:(0～50)mm	U=4.8 μm		2026-08-11
6	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG 4	(0～5)m	U=0.2mm		2026-08-11
				(5～20)m	U=0.4mm		2026-08-11
				(20～30)m	U=0.5mm		2026-08-11
				(30～50)m	U=0.6mm		2026-08-11
				(50～100)m	U=0.8mm		2026-08-11
7	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG 1	(0～2000)mm	U=0.04mm+0.03×$10^{-3}L$		2026-08-11
8	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF 1066	分米标尺:(100～3000)mm	U=0.7 μm+$10^{-6}L$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				毫米标尺:(0～100)mm	U=0.08 μm+1.2×$10^{-6}L$		2026-08-11
				微米标尺:(-100～100) μm	U=0.07 μm		2026-08-11
9	*工具显微镜	长度	工具显微镜检定规程 JJG 56	(200×100)mm	U=0.2 μm+0.4×$10^{-6}L$		2026-08-11
10	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG 45	(-100～+100) μm	U=0.07 μm		2026-08-11
11	*接触式干涉仪	长度	接触式干涉仪检定规程 JJG 101	(-10～10) μm	U=0.01 μm		2026-08-11
12	*指示类量具检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG 201	光栅式指示表检定仪:(0～10)mm	U=0.3 μm		2026-08-11
				光栅式指示表检定仪:(10～100)mm	U=0.2μm+18×$10^{-6}L$		2026-08-11
				千分表检定仪:(0～5)mm	U=0.2 μm		2026-08-11
				百分表检定仪:(0～25)mm	U=0.3 μm		2026-08-11
13	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF 1126	(0～15)mm	U=0.02mm		2026-08-11
				(15～75)mm	U=0.03mm		2026-08-11
				(75～200) mm	U=0.06 mm		2026-08-11
14	*坐标测量机	长度	坐标测量机校准规范 JJF 1064	(0～2)m	U=0.2 μm+0.4×$10^{-6}L$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(2～40)m	U=0.2μm+2×$10^{-6}L$		2026-08-11
				探测误差:Φ(25～30)mm	U=0.10μm		2026-08-11
15	*水平仪检定器	角度	水平仪检定器检定规程 JJG 191	(0.002～1.5)mm/m	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
16	电子水平仪和合像水平仪	角度	电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG 103	电子水平仪:(-0.5～+0.5)mm/m	U=0.001mm/m		2026-08-11
				电子水平仪:(-0.5～-5)mm/m，(0.5～+5)mm/m	U=0.01mm/m		2026-08-11
				合像水平仪:(-1～+1)mm/m	U=0.002mm/m		2026-08-11
				合像水平仪:(-1～-5)mm/m，(+1～+5)mm/m	U=0.003mm/m		2026-08-11
17	*触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度	触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF 1105	Ra(2.0～10.0)μm	U=0.09μm		2026-08-11
				Ra(0.1～2.0)μm	U=0.01μm		2026-08-11
				Ra(0.01～0.1)μm	U=0.005μm		2026-08-11
18	表面粗糙度比较样块	粗糙度	表面粗糙度比较样块校准规范 JJF 1099	Ra:(0.012～25)μm	U_{rel}=6%		2026-08-11
19	*平板	平面度	平板检定规程 JJG 117	(160×100)mm～(2500×4000)mm	U=0.8μm+1×$10^{-6}L$		2026-08-11
20	内径千分尺	长度	内径千分尺检定规程 JJG 22	(50～1000)mm	U=1.0μm+3.4×$10^{-6}L$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	测量内尺寸千分尺	长度	测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411	(5～300)mm	U=1.0μm+5×10^{-6}L	三点内径千分尺不测Φ50mm以上	2026-08-11
22	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG 62	(0.02～0.10)mm	U=1.4μm		2026-08-11
				(0.10～3.00)mm	U=3.0μm		2026-08-11
23	通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	0° ～360°	U=1.1′		2026-08-11
24	框式水平仪和条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF 1084	(0.02～0.10)mm/m	U_{rel}=5.8%		2026-08-11
25	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF 1093	(0～500)mm	U=0.8μm +7×10$^{-6}L_n$		2026-08-11
26	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF 1189	(0～1000)mm	U=0.08μm+1.2×10^{-6}L		2026-08-11
27	*数显测高仪	长度	数显测高仪校准规范 JJF 1254	(0～1000)mm	U=0.3μm+1.5×10^{-6}L		2026-08-11
28	电感测微仪	长度	电感测微仪校准规范 JJF 1331	(-1～+1)mm	U=0.07μm		2026-08-11
29	*生物显微镜	长度	生物显微镜校准规范 JJF 1402	(0.01～1)mm	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
30	面差尺	长度	面差尺校准规范 JJF(吉)83	(-10～+40)mm	U=0.01mm		2026-08-11
31	针规、三针	长度	针规、三针校准规范 JJF 1207	Φ(0.1～25)mm	U=0.4μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
32	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG 343	塞规:Φ(1～300)mm	U=0.22μm+4×10^{-6}L		2026-08-11
				环规:Φ(2～200)mm	U=0.6μm+1×10^{-6}L		2026-08-11
33	*厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	千分表式:(0～1)mm	U=1.7μm		2026-08-11
				千分表式:(1～10)mm	U=3μm		2026-08-11
				百分表式:(0～30)mm	U=5μm		2026-08-11
34	线位移传感器	长度	线位移传感器校准规范 JJF 1305	(0.1～2000)mm	U_{rel}=0.08%		2026-08-11
35	角位移传感器	角度	角位移传感器校准规范 JJF 1352	(0.01～360)°	U_{rel}=0.08%		2026-08-11
36	圆柱螺纹量规	长度	圆柱螺纹量规校准规范 JJF 1345	螺纹塞规:(3～160)mm	U=2.9μm+5×10^{-6}L		2026-08-11
				螺纹环规:(3～160)mm	U=3.4μm+5×10^{-6}L		2026-08-11
37	标准环规	长度	标准环规检定规程 JJG 894	Φ(2～200)mm	U=0.6μm +1×10^{-6}L		2026-08-11
38	倾角仪	角度	倾角仪校准规范 JJF 1915	光学倾斜仪:-180° ～+180°	U=4″		2026-08-11
				数显倾角仪:0° ～360°	U=0.004°		2026-08-11
39	引伸计标定器	长度	引伸计标定器校准规范 JJF 1096	(0～1/3)mm	U=0.10μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1/3～25)mm	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
40	缝隙、段差测量仪	长度	缝隙、段差测量仪校准规范 JJF 2162	(0～25)mm	U=0.02mm		2026-08-11
41	坐标测量球	粗糙度	坐标测量球校准规范 JJF 1422	Ra:(0.012～10)μm	U_{rel}=6.0%		2026-08-11
		长度		Φ(10～50)mm	U=0.29μm		2026-08-11
		圆度		(0～10)μm	U=0.02μm		2026-08-11
42	激光标线仪	角度	激光标线仪校准规范 JJF 2002	(-5～5)mm/m	U=0.2mm/m		2026-08-11
43	石油螺纹工作量规	长度	石油螺纹工作量规校准规范 JJF 1108	中径:Φ(56.642～242.741)mm	U=2.5μm+L/200		2026-08-11
				紧密距:(7.620～15.875)mm	U=8μm		2026-08-11
44	石油螺纹单项参数检查仪	长度	石油螺纹单项参数检查仪校准规范 JJF 1063	千分鼓轮:(0～25)mm	U=0.7μm		2026-08-11
				螺距样板牙间距:(0.5～100)mm	U=0.8μm		2026-08-11
				螺纹牙高样板:(0.5～3)mm	U=0.7μm		2026-08-11
				单项参数量规:（0～25)mm	U=6μm		2026-08-11
45	*金相显微镜	长度	金相显微镜校准规范 JJF 1914	(0～10)mm	U=0.5μm+0.8%L		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		放大倍率		4×～100×	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
46	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	(0.03～0.3)mm	U=0.5 μm		2026-08-11
				(0.3～25)mm	U_{rel}=0.18%		2026-08-11
47	读数、测量显微镜	长度	读数、测量显微镜检定规程 JJG 571	读数显微镜:(0～8)mm	U=0.24 μm		2026-08-11
				测量显微镜:(0～50)mm	U=1.5 μm		2026-08-11
48	光栅式测微仪	长度	光栅式测微仪校准规范 JJF 1682	(0～100)mm	U=0.11 μm +1.2×10^{-6}L		2026-08-11
49	*激光跟踪三维坐标测量系统	长度	激光跟踪三维坐标测量系统校准规范 JJF 1242	(0～1)m	U=0.1 μm +0.3×10^{-6}L		2026-08-11
				(1～50)m	U=3.3 μm +0.7×10^{-6}L		2026-08-11
50	*基于结构光扫描的光学三维测量系统	长度	基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范 JJF 1951	球心距:(16～320)mm	U=8 μm		2026-08-11
				长度测量:(0～2)m	U=5 μm		2026-08-11
51	*气动量仪	长度	气动测量仪检定规程 JJG 356	电子柱式/分度值 0.2 μm:(-10～+10) μm	U=0.1 μm		2026-08-11
				电子柱式/分度值 0.5 μm:(-25～+25) μm	U=0.2 μm		2026-08-11
				电子柱式/分度值 1 μm:(-50～+50) μm	U=1.0 μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				浮标式/分度值 0.5μm:(-8～+8) μm	U=0.12 μm		2026-08-11
				浮标式/分度值 1μm:(-15～+15) μm	U=0.4 μm		2026-08-11
				浮标式/分度值 2μm:(-40～+40) μm	U=0.6 μm		2026-08-11
				浮标式/分度值 5μm:(-80～+80) μm	U=1.4 μm		2026-08-11
52	显微标尺	长度	显微标尺校准规范 JJF 1917	(0～10)mm	U=0.3 μm		2026-08-11
				(10～100)mm	U=0.5 μm		2026-08-11
				(100～200)mm	U=2 μm		2026-08-11
53	*关节臂式坐标测量机	长度	关节臂式坐标测量机校准规范 JJF 1408	(0～3)m	U=0.013mm		2026-08-11
54	高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG 31	(0～300)mm	U=0.01mm		2026-08-11
				(300～500)mm	U=0.02mm		2026-08-11
				(500～1000)mm	U=0.03mm		2026-08-11
55	水平尺	角度	水平尺校准规范 JJF 1085	(0.5～10)mm/m	U_{rel}=8%		2026-08-11
56	标准球棒	长度	标准球棒校准规范 JJF 1859	(0～1200)mm	U=0.6 μm+1.3L/1000		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1200～2000)mm	U=2.8μm+3.2L/1000		2026-08-11
57	*同轴度测试仪	长度	同轴度测试仪校准规范 JJF（吉）116	引伸计:(0.1～2)mm	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				同轴度:(0.1～2)mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
58	*光电轴角编码器	角度	光电轴角编码器校准规范 JJF 1115	(0～360)°	U=0.4″		2026-08-11
59	*影像测量仪	长度	影像测量仪校准规范 JJF 1318	X、Y:(0～500)mm	U=1.2μm		2026-08-11
				Z:(0～200)mm	U=1.6μm		2026-08-11
60	*深度指示表	长度	深度指示表检定规程 JJG 830	(0～300)mm	U=0.13μm +1.4×$10^{-6}L$		2026-08-11
61	角度块	角度	角度块检定规程 JJG 70	(0～360)°	U=0.7′		2026-08-11
62	*带表卡规	长度	带表卡规校准规范 JJF 1253	(5～100)mm	U=0.0052mm		2026-08-11
63	三等金属线纹尺	长度	三等标准金属线纹尺检定规程 JJG 71	(0～1000)mm	U=7μm		2026-08-11
64	*跳动检查仪	长度	跳动检查仪校准规范 JJF 1109	(20～30) μm	U=1.5μm		2026-08-11
65	平晶	平面度	平晶检定规程 JJG 28	Φ(0～150)mm	U=0.01μm		2026-08-11
		平行度		Φ(0～150)mm	U=0.01μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
66	刮板细度计	长度	刮板细度计检定规程 JJG 905	(0～150)μm	U=0.48 μm		2026-08-11
67	刀口形直尺	直线度	刀口形直尺检定规程 JJG 63	(75～175)mm	U=0.3 μm		2026-08-11
				(225～300)mm	U=0.5 μm		2026-08-11
68	*扭簧比较仪	长度	扭簧比较仪检定规程 JJG 118	分度值 0.1 μm:(-100～+100) μm	U=0.02 μm		2026-08-11
				分度值 0.5 μm:(-30～+30) μm	U=0.2 μm		2026-08-11
				分度值 1 μm:(-100～+100) μm	U=0.2 μm		2026-08-11
				分度值 2 μm:(-60～+60) μm	U=0.5 μm		2026-08-11
69	*机械式比较仪	长度	机械式比较仪检定规程 JJG 39	分度值 1 μm:(-100～+100) μm	U=0.2 μm		2026-08-11
				分度值 2 μm:(-100～+100) μm	U=0.5 μm		2026-08-11
				分度值 5 μm:(-120～+120) μm	U=1 μm		2026-08-11
				分度值 10 μm:(-0.6～+0.6)mm	U=2 μm		2026-08-11
70	*量块比较仪	长度	量块比较仪校准规范 JJF 1304	(-200～200) μm	U=0.01 μm		2026-08-11
71	焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF 2161	(0～60)mm	U=4.8 μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		角度		(0～90)°	U=7.4′		2026-08-11
72	光学经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG 414	0° ～360°	U=0.2″		2026-08-11
73	电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG 100	0° ～360°	U=0.2″		2026-08-11
74	水准仪	角度	水准仪检定规程 JJG 425	-25″ ～+25″	U=1.8″		2026-08-11
75	工业测量型全站仪	角度	工业测量型全站仪检定规程 JJG 1152	0° ～360°	U=0.2″		2026-08-11
		长度		(0～208)m	U=0.11mm+0.4×$10^{-3}L$		2026-08-11
76	手持式激光测距仪	长度	手持激光测距仪检定规程 JJG 966	(0～50)m	U=0.4mm		2026-08-11
				(50～200)m	U=0.5mm+1×$10^{-5}L$		2026-08-11
77	超声波测距仪	长度	超声波测距仪检定规程 JJG 928	(0～50)m	U=0.5mm×$10^{-3}L$		2026-08-11
78	水准标尺	长度	水准标尺检定规程 JJG 8	(0～5)m	U=0.2mm		2026-08-11
79	纤维卷尺、测绳	长度	纤维卷尺、测绳检定规程 JJG 5	纤维卷尺(0～100)m	U=0.2mm+0.2×$10^{-6}L$		2026-08-11
				测绳(0～200)m	U=0.3mm+1×$10^{-4}L$		2026-08-11
80	π尺	长度	π尺校准规范 JJF 1423	D(9～1100)mm	U=0.02mm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				D(1100～2100)mm	U=0.03mm		2026-08-11
				D(2100～3000)mm	U=0.04mm		2026-08-11
				D(3000～3750)mm	U=0.05mm		2026-08-11
				D(3750～5000)mm	U=0.06mm		2026-08-11
81	*杠杆千分尺、杠杆卡规	长度	杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG 26	分度值 0.001mm:(0～100)mm	U=0.2μm		2026-08-11
				分度值 0.002mm:(0～200)mm	U=0.5μm		2026-08-11
				分度值 0.005mm:(0～200)mm	U=1.0μm		2026-08-11
82	*带表千分尺	长度	带表千分尺检定规程 JJG 427	(0～50)mm	U=0.8μm		2026-08-11
				(50～75)mm	U=0.9μm		2026-08-11
				(75～100)mm	U=1.0μm		2026-08-11
83	*公法线千分尺	长度	公法线千分尺检定规程 JJG 82	(0～50)mm	U=1.2μm		2026-08-11
				(50～100)mm	U=1.4μm		2026-08-11
				(100～150)mm	U=1.6μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(150～200)mm	U=2μm		2026-08-11
84	*螺纹千分尺	长度	螺纹千分尺检定规程 JJG 25	(0～25)mm	U=2μm		2026-08-11
				(25～200)mm	U=4μm		2026-08-11
85	深度千分尺	长度	深度千分尺检定规程 JJG 24	(0～25)mm	U=1.1μm		2026-08-11
				(25～100)mm	U=1.6μm		2026-08-11
				(100～200)mm	U=1.8μm		2026-08-11
				(200～300)mm	U=2.0μm		2026-08-11
86	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818	(0～10000)μm	U=0.2μm+4×10^{-3}H		2026-08-11
				厚度片:(5～50)μm	U=0.2μm		2026-08-11
				厚度片:(50～10000)μm	U=0.4%H		2026-08-11
87	半径样板	长度	半径样板校准规范 JJF 2187	(0.1～100)mm	U=6μm+0.3×10^{-2}R		2026-08-11
88	*圆度、圆柱度测量仪	长度	圆度圆柱度测量仪检定规程 JJG 429	(1.20～51.5)μm	U_{rel}=3%		2026-08-11
				径向:(0～200)mm	U=0.03μm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
89	*光学、数显分度台	角度	光学、数显分度台校准规范 JJF 1114	0° ～360°	U=0.8″		2026-08-11
90	*光学、数显分度头	角度	光学、数显分度头检定规程 JJG 57	0° ～360°	U=0.8″		2026-08-11
91	自准直仪	角度	自准直仪检定规程 JJG 202	0′～10′	U=0.2″		2026-08-11
92	超声波测厚仪厚度标准器	长度	超声波测厚仪厚度标准器校准规范 JJF（吉）146	(0.5～200)mm	U=3μm		2026-08-11
93	激光测微仪	长度	激光测微仪校准规范 JJF 1663	(0～0.5)mm	U=0.5%FS		2026-08-11
				(0.5～1)mm	U=0.05%FS		2026-08-11
				(1～3)mm	U=0.02%FS		2026-08-11
				(3～30)mm	U=0.01%FS		2026-08-11
				(30～300)mm	U=0.005%FS		2026-08-11
94	*激光测径仪	长度	激光测径仪校准规范 JJF 1250	(0～25)mm	U=0.5μm		2026-08-11
95	缝隙、面差标准块	长度	缝隙、段差测量仪校准规范 JJF 2162	(0～20)mm	U=0.004mm		2026-08-11
96	*直角尺检查仪	角度	直角尺检查仪校准规范 JJF 1140	(0～1000)mm	U=0.4μm		2026-08-11
97	标准钢卷尺	长度	标准钢卷尺检定规程 JJG 741	(0～50)m	U=6μm+5×$10^{-6}$$L$($k$=3)		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2、热学							
1	双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF 1908	(-80～300)℃	U=0.3℃		2026-08-11
				(300～500)℃	U=0.6℃		2026-08-11
2	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF 1909	(-80～300)℃	U=0.3℃		2026-08-11
				(300～500)℃	U=0.6℃		2026-08-11
3	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	(-80～100)℃	U=0.05℃		2026-08-11
				(100～500)℃	U=0.06℃		2026-08-11
4	*带传感器温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	带传感器：(-80～300)℃	U=0.05℃	现场只校准（-40~660）℃	2026-08-11
				带传感器：(300～1100)℃	U=1.0℃		2026-08-11
5	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	(300～500)℃	U=1.8℃		2026-08-11
				(500～900)℃	U=2.0℃		2026-08-11
				(900～1100)℃	U=2.2℃		2026-08-11
6	工作用贵金属热电偶	温度	工作用贵金属热电偶检定规程 JJG 141	419.527℃	U=0.6℃	不测 B 分度热电偶	2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				660.323℃	U=0.7℃		2026-08-11
				1084.62℃	U=0.6℃		2026-08-11
7	工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG 856	(-80～30)℃	U=1.0℃		2026-08-11
				(30～400)℃	U=(0.9～1.3)℃		2026-08-11
				(400～1600)℃	U=(1.2～1.9)℃		2026-08-11
8	工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	0℃	U=0.03℃		2026-08-11
				100℃	U=0.04℃		2026-08-11
9	标准铂电阻温度计	温度	标准铂电阻温度计检定规程 JJG 160	0.01℃	U=0.0020℃		2026-08-11
				231.928℃	U=0.0044℃		2026-08-11
				419.527℃	U=0.0060℃		2026-08-11
10	标准铂铑 10-铂热电偶	温度	标准铂铑 10-铂热电偶检定规程 JJG 75	419.527℃	U=0.6℃		2026-08-11
				660.323℃	U=0.7℃		2026-08-11
				1084.62℃	U=0.8℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
11	标准水银温度计	温度	标准水银温度计检定规程 JJG 161	(-60～100)℃	U=0.03℃		2026-08-11
				(100～300)℃	U=0.04℃		2026-08-11
12	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	(300～1100)℃	U=0.8℃		2026-08-11
13	*高温灭菌器	温度	高温灭菌器灭菌参数校准规范 JJF(吉)29	蒸汽灭菌：(30～150)℃	U=0.28℃		2026-08-11
				干热灭菌：(100～400)℃	U=0.62℃		2026-08-11
14	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	(-80～0)℃	U=0.6℃		2026-08-11
				(0～100)℃	U=0.4℃		2026-08-11
				(100～300)℃	U=0.6℃		2026-08-11
		相对湿度		10%～95%	U=1.3%		2026-08-11
15	温湿度巡回检测仪	温度	温湿度巡回检测仪校准规范 JJF 1171	(-80～300)℃	U=0.04℃		2026-08-11
				(300～ 1200)℃	U=1.1℃		2026-08-11
		相对湿度		5% ～95%（20° C）	U=0.8%		2026-08-11
16	*干体式温度校准器	温度	干体式温度校准器校准方法 JJF 1257	(-80～300)℃	U=0.04℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(300～600)℃	U=1.2℃		2026-08-11
				(600～1100)℃	U=1.6℃		2026-08-11
17	温度数据采集仪	温度	温度数据采集仪校准规范 JJF1366	外置传感器：(-60～500)℃	U=0.05℃		2026-08-11
18	*温度校准用恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF 1030	(-80～300)℃	U=0.004℃		2026-08-11
19	*热电偶检定炉	温度	热电偶检定炉温场测试技术规范 JJF 1184	(300～1100)℃	U=0.25℃		2026-08-11
20	*盐雾试验设备	盐雾沉降率	盐雾试验箱校准规范 JJF 2168	(1.0～2.0)mL/（h•80cm^2）	U=0.06mL/（h•80cm^2）		2026-08-11
		温度		(10～50)℃	U=0.4℃		2026-08-11
21	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF 1076	(5～50)℃	U=0.2℃		2026-08-11
		相对湿度		(20～90)%(20℃)	U=1.5%		2026-08-11
22	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	(-40～300)℃	U=0.4℃		2026-08-11
				(300～1100)℃	U=0.8℃		2026-08-11
23	*热电偶、热电阻自动测量系统	温度	热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 JJF 1098	热电阻系统：(0～300)℃	U=0.1℃		2026-08-11
				热电偶系统：(300～1100)℃	U=0.5℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	*辐射测温用-10℃～200℃黑体辐射源	温度	辐射测温用-10℃～200℃黑体辐射源校准规范 JJF 1552	(-10～20)℃	U=0.9℃		2026-08-11
				(20～50)℃	U=0.4℃		2026-08-11
				(50～200)℃	U=0.7℃		2026-08-11
25	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF 1664	配热电阻：(-200～400)℃	U=0.4℃		2026-08-11
				配热电偶：(0～1900)℃	U=0.8℃		2026-08-11
26	温度校准仪	温度	温度校准仪校准规范 JJF 1309	热电阻:(-200～800)℃	U=0.01℃		2026-08-11
				热电偶：(0～1300)℃	U=0.12℃		2026-08-11
27	*温湿度标准箱	温度	温湿度标准箱校准规范 JJF 1564	(5～50)℃	U=0.02℃		2026-08-11
		相对湿度		10%～90%	U=0.8%		2026-08-11
28	*微波消解仪	温度	微波消解仪温度参数校准规范 JJF 2143	(50～170)℃	U=0.3℃		2026-08-11
29	红外耳温计	温度	红外耳温计检定规程 JJG 1164	(35～42)℃	U=0.2℃		2026-08-11
30	热像仪	温度	热像仪校准规范 JJF 1187	(-80～30)℃	U=1.3℃		2026-08-11
				(30～600)℃	U=1.4℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(600～1600)℃	U=2.4℃		2026-08-11
31	*八篮烘箱	温度	八篮烘箱校准规范 JJF(纺织) 011	(30～300)℃	U=0.3℃		2026-08-11
32	医用电子体温计	温度	医用电子体温计检定规程 JJG 1162	(35～41)℃	U=0.02℃		2026-08-11
33	*(-50～1300)℃辐射测温用参考黑体辐射源	温度	（-50～1300）℃辐射测温用参考黑体辐射源校准规范 ZB/JLY（院） 27	(-50～-10)℃	U=0.9℃		2026-08-11
				(200～400)℃	U=1.2℃		2026-08-11
				(400～1000)℃	U=2.0℃		2026-08-11
				(1000～1300)℃	U=2.8℃		2026-08-11
34	精密露点仪	露点温度	精密露点仪检定规程 JJG 499	(-70～20)℃	U=0.42℃		2026-08-11
35	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG 205	(5～50)℃	U=0.4℃		2026-08-11
		相对湿度		40%～90%	U=1.6%		2026-08-11
36	阻容法露点湿度计	露点温度	阻容法露点湿度计校准规范 JJF 1272	(-70～20)℃	U=0.6℃		2026-08-11
37	*医用低温保存箱	温度	医用低温保存箱校准规范 JJF(辽) 499	（-164～ -25）℃	U=0.6℃		2026-08-11
38	数字温度计	温度	数字温度计校准规范 JJF(苏)95	(-196～300)℃	U=0.04℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(300～1200)℃	U=0.8℃		2026-08-11
39	*800℃～3000℃辐射测温用参考黑体辐射源	温度	800℃～3000℃辐射测温用参考黑体辐射源校准规范 ZB/JLY（院）43	(800～2700)℃	U=（2.6～11）℃		2026-08-11
40	聚合酶链反应分析仪温度校准装置	温度	聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范 JJF1821	(0～120)℃	U=0.04℃		2026-08-11
41	*砂尘试验设备	温度	砂尘试验设备校准规范 JJF（吉）121	23℃，60℃	U=0.2℃		2026-08-11
		相对湿度		10%～30%	U=1.3%		2026-08-11
		浓度		10.6g/m^3	U=1.2g/m^3		2026-08-11
		风速		(1.5～8.9)m/s	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
42	*红外人体表面温度快速筛查仪	温度	测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF 1107	(35～42)℃	U=0.2℃		2026-08-11
43	*表面温度源	温度	表面温度源校准规范 JJF（吉）120	(50～400)℃	U=0.4℃		2026-08-11
44	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范 JJF(苏) 96	(70～140)℃	U=0.40℃		2026-08-11
		压力		(90～400)kPa abs	U=0.7kPa		2026-08-11
45	*热变形、维卡软化点温度测定仪	温度	热变形/维卡软化温度测定仪校准规范 JJF(津) 3043	(20～300)℃	U=0.3℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		升温速率		(50～150)℃/h	U=0.2℃/h		2026-08-11
		长度		(0.3～1)mm	U=0.02mm		2026-08-11
		质量		(50～5000)g	U=0.3g		2026-08-11
46	*摇摆式生物反应器性能参数	温度	摇摆式生物反应器性能参数校准规范 JJF　2260	(10～80)℃	U=0.1℃		2026-08-11
		流量		气体：(0.05～10)L/min	U=2%FS		2026-08-11
				液体：(0～0.1)L/min	U=0.6%FS		2026-08-11
		转速		(10～80)r/min	U=0.4r/min		2026-08-11
		角度		(0～100)°	U=5′		2026-08-11
47	*食具消毒柜	温度	食具消毒柜校准规范 JJF（吉）157	(100～120)℃	U=0.3℃		2026-08-11
		臭氧浓度		(100～400) μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-08-11
		紫外辐射照度示值		峰值波长：(252～256)nm；　测量范围：(70～200)　μW/cm^2	U_{rel}=16%		2026-08-11
48	*臭氧老化试验箱	臭氧浓度	臭氧老化试验箱校准规范 JJF 2051	(100～400) μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-08-11
		温度		(10～100)℃	U=0.3℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		10%～60%	U=1.6%		2026-08-11
49	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	(-80～300)℃	U=0.5℃		2026-08-11
50	*多参数培养箱	温度	多参数培养箱校准规范 JJF（吉）135	(10～95)℃	U=0.2℃		2026-08-11
		光照度		(30～6000)lx	U_{rel}=5%		2026-08-11
		臭氧浓度		(100～400) μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-08-11
		紫外辐射照度		(50～200) μW/cm²	U_{rel}=16%		2026-08-11
		二氧化碳浓度		2%～20%	U=2.6%FS		2026-08-11
		相对湿度		10%～95%	U=1.2%		2026-08-11
51	*恒温金属浴	温度	恒温金属浴校准规范 JJF 2333	(-30～150)℃	U=0.6℃		2026-08-11
52	*冷冻干燥机	温度	冷冻干燥机校准规范 JJF 2303	(-195～0)℃	U=0.2℃		2026-08-11
		真空		(0.01～10)kPa abs	U_{rel}=15%		2026-08-11
53	*红外热成像监控系统	温度	红外热成像监控系统校准规范 JJF（吉）155	(20～50)℃	U=0.2℃		2026-08-11
54	*生物程序降温仪	温度	生物程序降温仪校准规范 JJF（吉）158	(-195～50)℃	U=0.3℃		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
55	*用于标准铂电阻温度计的固定点装置	温度	用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范 JJF 1178	-189.3442℃	U=1.7mK		2026-08-11
				-38.8344℃	U=0.8mK		2026-08-11
				0.01℃	U=1.0mK		2026-08-11
				231.928℃	U=1.6mK		2026-08-11
				419.527℃	U=2.0mK		2026-08-11
56	*光湿热老化试验箱	辐射照度	光湿热老化试验箱校准规范 JJF 2317	波长（300～1650）nm：(100～1200)W/m^2	U_{rel}=3.7%		2026-08-11
		温度		(-80～300)℃	U=0.28℃		2026-08-11
		相对湿度		10%～95%	U=1.3%		2026-08-11
57	热能表	温度	热能表检定规程 JJG 225	(4～96)℃	U=0.02℃		2026-08-11
		流量		(0.012～30)m^3/h	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
3、力学							
1	*砝码	质量	砝码检定规程 JJG 99	E_2等级：(1～500)mg	U=(0.0014～0.004)mg	现场只测M_1等级及以下	2026-08-11
				E_2等级:(1～500)g	U=(0.004～0.09)mg		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				E_2 等级:(1～20)kg	U=(0.2～7)mg		2026-08-11
				F_1 等级:(1～500)mg	U=(0.003～0.009)mg		2026-08-11
				F_1 等级:(1～500)g	U=(0.01～0.4)mg		2026-08-11
				F_1 等级:(1～20)kg	U=(0.8～26)mg		2026-08-11
				F_2 等级:(1～500)mg	U=(0.007～0.03)mg		2026-08-11
				F_2 等级:(1～500)g	U=(0.03～0.9)mg		2026-08-11
				F_2 等级:(1～20)kg	U=(3～42)mg		2026-08-11
				M_1 等级:(1～500)mg	U=(0.007～0.03)mg		2026-08-11
				M_1 等级:(1～500)g	U=(0.03～0.9)mg		2026-08-11
				M_1 等级:(1～20)kg	U=5mg～0.1g		2026-08-11
2	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG 539	(2～200)g	U=(0.02～0.10)g		2026-08-11
				(0.2～20)kg	U=(0.1～2.0)g		2026-08-11
				(20 ～1000)kg	U=(2.0～60)g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～30)t	U=(0.06～3.8)kg		2026-08-11
3	*机械天平	质量	机械天平检定规程 JJG 98	(1～100)g	U=(0.008～0.07) mg		2026-08-11
				(0.1～1)kg	U=(0.07～1.0) mg		2026-08-11
				(1～20)kg	U=(1.0～6.5) mg		2026-08-11
4	*电子天平	质量	电子天平校准规范 JJF 1847	(1～100)mg	U=(0.01～0.05)mg		2026-08-11
				(0.1～10)g	U=(0.05～0.2)mg		2026-08-11
				(0.01～1)kg	U=(0.2～15)mg		2026-08-11
				(1～40)kg	U=15mg～1.2g		2026-08-11
5	*扭力天平	质量	扭力天平检定规程 JJG 46	(1～100)mg	U=(0.002～0.005)mg		2026-08-11
				(100～2500)mg	U=(0.005～0.02)mg		2026-08-11
6	*液体相对密度天平	相对密度	液体相对密度天平检定规程 JJG 171	(0.0001～2.0000)	U=0.0002		2026-08-11
7	*托盘扭力天平	质量	托盘扭力天平检定规程 JJG 1130	100g	U=2mg		2026-08-11
8	*架盘天平	质量	架盘天平检定规程 JJG 156	(0.05～5)kg	U=(0.02～1.2)g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(5～20)kg	U=(1.2～3.0)g		2026-08-11
9	*模拟指示秤	质量	模拟指示秤检定规程 JJG 13	10g～1kg	U=(0.1～0.3)g		2026-08-11
				1kg～30kg	U=(0.3～20)g		2026-08-11
10	*非自行指示秤	质量	非自行指示秤检定规程 JJG 14	20g～2kg	U=(0.1～0.3)g		2026-08-11
				2kg～200kg	U=(0.3～8)g		2026-08-11
				200kg～3t	U=8g～1.1kg		2026-08-11
11	*重力式自动装料衡器	质量	重力式自动装料衡器检定规程 JJG 564	(0.1～1000)kg	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
12	*动态公路车辆自动衡器	质量	动态公路车辆自动衡器检定规程 JJG 907	(1～60)t	U_{rel}=0.18%		2026-08-11
13	*便携式动态轴重仪	质量	便携式动态轴重仪校准规范 JJF 1212	(0.1～10)t	U=(0.1～20)kg		2026-08-11
				(10～60)t	U=20g～0.1kg		2026-08-11
14	*采血电子秤	质量	采血电子秤检定规程 JJG 815	20g～2kg	U=0.02g～0.2g		2026-08-11
15	*连续累计自动衡器（皮带秤）	质量	连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程 JJG 195	(0.05～5000)t/h	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
16	*混凝土配料秤	质量	混凝土配料秤检定规程 JJG 1171	400g～30t	U_{rel}=0.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*电子计价秤	质量	电子计价秤检定规程（试行）JJG 1204	2g～200g	U=0.2g～0.5g		2026-08-11
				200g～20kg	U=0.5g～2g		2026-08-11
				20kg～100kg	U=2g～6g		2026-08-11
18	*体重秤	质量	体重秤校准规范 JJF 2256	(1～100)kg	U=3g~20g		2026-08-11
				(100～500)kg	U=20g~50g		2026-08-11
19	*动车组动态称重台	质量	动车组动态称重台校准规范 JJF(CR) 037	(1～10)t	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		长度		(1430～1440)mm	U=0.7mm		2026-08-11
				(1～5)mm	U=0.3mm		2026-08-11
20	质量比较仪	质量	质量比较仪校准规范 JJF1326	1mg～100mg	U=0.0010mg ～0.0016mg		2026-08-11
				100mg～10g	U=0.0016mg～0.0031mg		2026-08-11
				10g～1000g	U=0.0031mg ～0.071mg		2026-08-11
				1kg～100kg	U=0.071mg ～ 0.058g		2026-08-11
				100kg～2000kg	U=0.058g ～0.58g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	标准玻璃浮计	密度	标准玻璃浮计检定规程 JJG 86	二等标准密度计:(650～1000)kg/m³	U=0.18 kg/m³	只使用比较法	2026-08-11
				二等标准密度计:(1000～1500)kg/m³	U=0.20 kg/m³		2026-08-11
				二等标准石油密度计:(650～900)kg/m³	U=0.16 kg/m³		2026-08-11
				二等标准石油密度计:(900～1100)kg/m³	U=0.19 kg/m³		2026-08-11
		酒精度		q:(0～100)%	U=0.1%		2026-08-11
22	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG 42	密度计:(650～1000)kg/m³	U=0.3 kg/m³	只使用比较法	2026-08-11
				密度计:(1000～1800)kg/m³	U=0.4 kg/m³		2026-08-11
				石油密度计:(650～950)kg/m³	U=0.22 kg/m³		2026-08-11
				石油密度计:(950～1100)kg/m³	U=0.3 kg/m³		2026-08-11
		酒精度		q:(0～100)%	U=0.5%		2026-08-11
23	*实验室振动式液体密度仪	密度	实验室振动式液体密度仪校准规范 JJF 2165	(650～1000)kg/m³	U=0.030kg/m³		2026-08-11
				(1000～2000)kg/m³	U=0.044kg/m³		2026-08-11
24	*谷物容重器	质量	谷物容重器检定规程 JJG 264	20g～1kg	U=(0.1～0.3)g	只使用几何测量法	2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1kg～3kg	U=(0.3～0.5)g		2026-08-11
		容量		(980～1020)mL	U=0.8mL		2026-08-11
25	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG 196	(0.1～0.5)mL	U=0.001 mL		2026-08-11
				(0.5～2)mL	U=0.002 mL		2026-08-11
				(2～10)mL	U=0.004 mL		2026-08-11
				(10～25)mL	U=0.006 mL		2026-08-11
				(25～50)mL	U=0.010 mL		2026-08-11
				(50～100)mL	U=0.020 mL		2026-08-11
				(100～250)mL	U=0.04mL		2026-08-11
				(250～500)mL	U=0.14mL		2026-08-11
				(500～1000)mL	U=0.18 mL		2026-08-11
				(1000～2000)mL	U=0.30mL		2026-08-11
26	移液器	容量	移液器检定规程 JJG 646	(1～2) μL	U_{rel}=4.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(2～10) μL	U_{rel}=2.8%		2026-08-11
				(10～25) μL	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
				(25～40) μL	U_{rel}=1.1%		2026-08-11
				(40～50) μL	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				(50～100) μL	U_{rel}=0.70%		2026-08-11
				(100～200) μL	U_{rel}=0.49%		2026-08-11
				(200～300) μL	U_{rel}=0.39%		2026-08-11
				(300～500) μL	U_{rel}=0.32%		2026-08-11
				(500～1000) μL	U_{rel}=0.26%		2026-08-11
				(1000～10000) μL	U_{rel}=0.19%		2026-08-11
27	微量进样器	容量	微量进样器校准规范 JJF(吉) 59	(0.25～0.5) μL	U_{rel}=6.6%		2026-08-11
				(0.5～2) μL	U_{rel}=4.7%		2026-08-11
				(2～10) μL	U_{rel}=2.6%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(10～25) μL	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
				(25～50) μL	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				(50～100) μL	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
				(100～250) μL	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
				(250～1000) μL	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
28	标准金属量器	容量	标准金属量器检定规程 JJG259	(10～1000)L	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
				(1000～5000)L	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
29	*汽车油罐车	容量	汽车油罐车容量检定规程 JJG133	(1～100)m^3	U_{rel}=0.1%	只用容量比较法	2026-08-11
30	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG 10	(0.01～1)mL	U=(0.0003～0.002)mL		2026-08-11
				(1～10)mL	U=(0.002～0.02)mL		2026-08-11
				(10～25)mL	U=(0.02～0.04)mL		2026-08-11
				(25～50)mL	U=(0.04～0.08)mL		2026-08-11
				(50～100)mL	U=(0.08～0.16)mL		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	比重瓶	容量	比重瓶校准规范 JJF(吉) 107	(1～100)mL	U=0.04mL		2026-08-11
32	水分接收器	容量	水分接收器校准规范 JJF(吉) 106	(0.2～25)mL	U=0.02mL		2026-08-11
33	塑料量器	容量	塑料量器校准规范 JJF(吉) 108	(0.1～0.5)mL	U=0.001mL		2026-08-11
				(0.5～2)mL	U=0.003mL		2026-08-11
				(2～10)mL	U=0.006mL		2026-08-11
				(10～25)mL	U=0.01mL		2026-08-11
				(25～100)mL	U=0.03mL		2026-08-11
				(100～250)mL	U=0.05mL		2026-08-11
				(250～500)mL	U=0.08mL		2026-08-11
				(500～1000)mL	U=0.13mL		2026-08-11
				(1000～5000)mL	U=0.20mL		2026-08-11
34	*液态物料灌装机	容量	液态物料灌装机检定规程 JJG 687	5ml～500mL	U_{rel}=0.19%		2026-08-11
				500ml～50L	U_{rel}=0.10%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		(0.1～10)kg	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
				(10～60)kg	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
35	*科里奥利质量流量计	质量	科里奥利质量流量计检定规程 JJG1038	液体:(100～2000)kg/min	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
		流量		液体(质量法):(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				气体:(标准表法)(0.06～15000)m³/h；DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
36	*超声波流量计	流量	标准表法液体流量测量系统在线校准规范 ZB/JLY（院） 38，超声流量计检定规程 JJG1030	液体(质量法):(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				液体，DN25～DN3000:(1～30000)m³/h；(标准表法)	U_{rel}=0.66%		2026-08-11
				气体：(标准表法)(0.06～15000)m³/h；DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
37	*电磁流量计	流量	标准表法液体流量测量系统在线校准规范 ZB/JLY（院） 38，电磁流量计检定规程 JJG1033	(质量法):(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				液体，DN20～DN3000:(1～30000)m³/h；(标准表法)	U_{rel}=0.66%		2026-08-11
38	*浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG257	气体，(0.003～9.0)m³/h;DN1～DN15	U_{rel}=0.3%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				气体：(0.06～15000)m³/h;DN25～DN150	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
				液体(质量法):(0.03～1800)t/h;DN25～DN150	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				液体：(0.01～60)m³/h;DN1～DN80	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
39	*液体容积式流量计	流量	液体容积式流量计检定规程 JJG667	(0.01～60)m³/h;DN1～DN100	U_{rel}=0.07%	仅使用容积法，现场仅测成品油专用液体容积式流量计；	2026-08-11
40	气体容积式流量计	流量	气体容积式流量计检定规程 JJG633	气体：(0.06～15000)m³/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
41	涡街流量计	流量	涡街流量计检定规程 JJG1029	气体：(0.06～15000)m³/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
				液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
42	冷水水表	流量	饮用冷水水表检定规程 JJG162	(0.004～32)m³/h;DN15～DN50	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
				液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN6～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
43	*燃油加油机	容量	燃油加油机(试行)检定规程 JJG443	50L	U_{rel}=0.1%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100L	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
44	*水表检定装置	流量	水表检定装置检定规程 JJG1113	DN(15～400)，(0.004～1800)m^3/h	U_{rel}=0.09%		2026-08-11
45	*钟罩式气体流量标准装置	容量	钟罩式气体流量标准装置检定规程 JJG165	(10～2000)L	U_{rel}=0.05%	仅使用静态容积法	2026-08-11
46	*流量积算仪	温度	流量积算仪检定规程 JJG 1003	(-80～300)℃	U=0.05℃		2026-08-11
		压力		(0.001～10)MPa	U_{rel}=0.23%		2026-08-11
		流量		(0.01～10^5)m^3/h	U_{rel}=0.14%		2026-08-11
47	*差压式流量计	流量	差压式流量计检定规程 JJG 640	(1.5～ 75)L/min	U=1.5L/min	现场校准只测发动机测试系统中差压式流量计	2026-08-11
				气体：(0.06～15000)m^3/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
				液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
48	涡轮流量计	流量	涡轮流量计检定规程 JJG 1037	气体：(0.06～15000)m^3/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
				液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
49	旋进旋涡流量计	流量	旋进旋涡流量计检定规程 JJG 1121	气体：(0.06～15000)m^3/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.36%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
50	膜式燃气表	流量	膜式燃气表检定规程 JJG 577	气体：(0.06～200)m^3/h;G6～G100	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
51	*明渠堰槽流量计	流量	明渠堰槽流量计检定规程 JJG711	(0.001～93)m^3/s	U_{rel}=1%		2026-08-11
52	热式气体质量流量计	流量	热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132	气体：(0.06～15000)m^3/h;DN1～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
53	靶式流量计	流量	靶式流量计检定规程 JJG 461	气体：(0.06～15000)m^3/h;DN15～DN600	U_{rel}=0.35%		2026-08-11
		流量		液体(质量法)：(0.03～1800)t/h;DN1～DN1000	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
54	皂膜流量计	流量	皂膜流量计检定规程 JJG586	50mL/min～9.0m^3/h	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
55	湿式气体流量计	流量	湿式气体流量计校准规范 JJF1357	50mL/min～9.0m^3/h	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
56	*液化天然气加气机	流量	液化天然气加气机检定规程 JJG1114	(1～80)kg/min	U_{rel}=0.29%		2026-08-11
57	*车用尿素加注机	容量	车用尿素加注机检定规程 JJG1191	(5～ 50)L/min	U_{rel}=0.16%		2026-08-11
58	*径流泥沙自动监测仪	含沙量	径流泥沙自动监测仪校准规范 JJF（吉）110	(15～300)kg/m^3	U_{rel}=3.3%		2026-08-11
		径流量		(10～50)L	U_{rel}=0.48%		2026-08-11
59	*油气回收检测仪	流量	油气回收检测仪校准规范 JJF 1948	累积流量(10～100)L/min	U_{rel}=0.83%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				瞬时流量(10～100)L/min	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
		压力		(-5.0～5.0)kPa	U=3.5Pa		2026-08-11
60	*倾斜式微压计	压力	倾斜式微压计检定规程 JJG 172	(-2000～-1500)Pa	U=3Pa		2026-08-11
				(-1500～-500)Pa	U=2Pa		2026-08-11
				(-500～500)Pa	U=1Pa		2026-08-11
				(500～1500)Pa	U=2Pa		2026-08-11
				(1500～2000)Pa	U=3Pa		2026-08-11
61	*弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	弹性元件式精密压力表和真空表:(-0.1～250)MPa	U=0.07%FS		2026-08-11
				血压计标准器：(0～50)kPa	U=0.03kPa		2026-08-11
62	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.1～250)MPa	U=0.5%FS		2026-08-11
63	*压力传感器（静态）	压力	压力传感器（静态）检定规程 JJG860	(-0.1～250)MPa	U=0.02%FS		2026-08-11
64	液体活塞式压力计	压力	液体活塞式压力计检定规程 JJG 59	(0.04～250)MPa	U_{rel}=0.017%		2026-08-11
65	活塞式压力真空计	压力	活塞式压力真空计检定规程 JJG 236	(-0.1～-0.01)MPa	U_{rel}=0.017%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.01～0.6)MPa	U_{rel}=0.017%		2026-08-11
66	补偿式微压计	压力	补偿式微压计检定规程 JJG 158	(-2500～2500)Pa	U=0.6Pa		2026-08-11
67	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.095～0)MPa	U=0.01kPa		2026-08-11
				(0.002～250)MPa	U_{rel}=0.007%		2026-08-11
68	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG 882	(-0.1～250)MPa	U=0.012%FS		2026-08-11
69	*自给开路式压缩空气呼吸器	压力	自给开路式压缩空气呼吸器检测技术规范 JJF 2141	(-2～2)kPa	U=10Pa		2026-08-11
				(0.1～3)MPa	U=0.018 MPa		2026-08-11
				(3～30)MPa	U=0.2MPa		2026-08-11
70	空盒气压表(计)	压力	空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG 272	(80～106)kPa	U=0.06 kPa		2026-08-11
71	*线性增压内压力试验机	压力	线性增压内压力试验机校准规范 JJF(吉) 75	(0～6)MPa	U=0.0015MPa		2026-08-11
72	电子式井下压力计	压力	电子式井下压力计检定规程 JJG 1173	(0.1～30)MPa	U=0.007MPa		2026-08-11
				(30～60)MPa	U=0.015MPa		2026-08-11
73	*带弹簧管压力表的气体减压器	压力	带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328	(0～15)MPa	U=0.8%FS		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
74	*压力控制器	压力	压力控制器检定规程 JJG 544	(-0.1～60)MPa	U=0.023%FS		2026-08-11
75	*记录式压力表	压力	记录式压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 926	(-0.1～60)MPa	U=0.3%FS		2026-08-11
76	数字式气压计	压力	数字式气压计检定规程 JJG 1084	(10～1200)hPa	U=0.6hPa		2026-08-11
77	旁路式数字压差计	压力	旁路式数字压差计校准规范 JJF(吉) 104	（-2500～2500）Pa	U=1.3Pa		2026-08-11
78	压力数据采集仪	压力	压力数据采集仪校准规范 JJF 2095	(0.01～0.7)MPa	U=0.17kPa		2026-08-11
				(0.7～1)MPa	U=0.37kPa		2026-08-11
79	*过滤器完整性测试仪	压力	过滤器完整性测试仪校准规范 JJF 2142	(0～1)MPa	U=0.3kPa		2026-08-11
		流量		(0.1～100)mL/min	U=0.8mL/min		2026-08-11
80	*汽车发动机测试系统	压力	汽车发动机测试系统校准规范 ZB/JLY（院）53	(0～2.5)MPa	U=0.001MPa		2026-08-11
		温度		(0～300)℃	U=0.3℃		2026-08-11
				(300～500)℃	U=1.4℃		2026-08-11
		流量		(5～120)L/min	U=0.8L/min		2026-08-11
81	数字轮胎压力表	压力	数字轮胎压力表检定规范 JJG 1201	(0～2.5)MPa	U=0.03MPa		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
82	*差压式气密检漏仪	压力	差压式气密检漏仪校准规范 JJF 1986	(0～100)kPa	U=0.03kPa		2026-08-11
		漏率		(1.5～50)mL/min	U_{rel}=3.5%		2026-08-11
83	正压漏孔	漏率	(1×10^{-4}～1.6×10^{-1})Pa·m^3/s 正压漏孔校准规范 ZB/JLY（院）40	(1×10^{-4}～1.6×10^{-1})Pa·m^3/s	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
84	工业用热传导真空计	真空	工业用热传导真空计校准规范 JJF 1050	(5.0×10^{-2}～1×10^5)Pa	U_{rel}=2.7%～2.4%		2026-08-11
85	电阻真空变送器	真空	电阻真空变送器校准规范 JJF 2167	(1×10^{-1}～1×10^5)Pa	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
86	标准漏孔	漏率	皂膜流量计法标准漏孔校准规范 JJF 1627	2mL/min～5L/min	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
87	标准测力仪	力值	标准测力仪检定规程 JJG 144	0.2N～2MN	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				2MN～10MN	U_{rel}=0.12%		2026-08-11
88	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139	(0.1～100)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
				(0.1～20)MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		同轴度		0%～25%	U=2.0%		2026-08-11
		位移		（1～10）mm	U=0.02mm		2026-08-11
				（10～1000）mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
89	*作动器	力值	作动器校准规范 JJF(吉) 102	20N～5MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		长度		1mm～3m	U=0.02mm		2026-08-11
90	*压合机	力值	压合机校准规范 JJF(吉) 103	(0.02～600)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		长度		（1～400）mm	U=0.024mm		2026-08-11
91	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	20N～3MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
92	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	20N～2MN	U_{rel}=0.15%		2026-08-11
		同轴度		0%～25%	U=2.0%		2026-08-11
		长度		(0.1～0.3）mm	U=0.6μm		2026-08-11
				(0.3～25）mm	U_{rel}=0.18%		2026-08-11
				(25～1000)mm	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		速度		（1～10）mm/min	U=0.02mm/min		2026-08-11
				（10～500）mm/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
93	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	(0.5～10)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		速度		50N/s	U=1.0N/s		2026-08-11
94	*专用工作测力机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF 1134	20N～5MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
95	*高温蠕变、持久强度试验机	力值	高温蠕变、持久强度试验机检定规程 JJG 276	20N～300kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		温度		（30～300）℃	U=0.7℃		2026-08-11
				（300～1200）℃	U=1.8℃		2026-08-11
		同轴度		0%～25%	U=2.0%		2026-08-11
		时间		(30～60)min	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
96	*液压式力标准机	力值	液压式力标准机检定规程 JJG 1117	10N～1MN	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				1MN～20MN	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
97	*叠加式力标准机	力值	叠加式力标准机检定规程 JJG 1116	10N～1MN	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				1MN～20MN	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
98	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG 455	0.1N～5MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
99	安全带力传感器	力值	安全带力传感器校准规范 ZB/JLY JLY（院） 47	20N～50kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
100	*轴向加力疲劳试验机	力值	轴向加力疲劳试验机检定规程 JJG 556	(5～1000)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		同轴度		0%～25%	U=2.0%		2026-08-11
101	液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG 621	1kN～10MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
102	*静力单轴试验机	力值	静力单轴试验机校准规范 第 1 部分:力值部分 JJF 2328.1	20N～5MN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
103	*石油钻井指重表	力值	石油钻井指重表校准规范 JJF(吉) 88	(1～2000)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
104	*力标准机	力值	力标准机检定规程 JJG 734	10N～1MN	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				1MN～2MN	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
105	力传感器	力值	力传感器检定规程 JJG 391	0.2N～2MN	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				2MN～10MN	U_{rel}=0.12%		2026-08-11
106	*摆锤式冲击试验机	能量	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145	(0.1～750)J	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		长度		(4～40)mm	U=0.04mm		2026-08-11
				(200～1000)mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		角度		10° ～90°	U=0.2°		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
107	*悬臂梁式冲击试验机	能量	悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG 608	(0.1～100)J	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		长度		(200～500)mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		角度		90°	U=0.2°		2026-08-11
108	*扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG 707	(0.01～3000)Nm	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
109	*电动、气动扭矩扳子	扭矩	电动、气动扭矩扳子校准规范 JJF 1610	(0.2～ 2000)N·m	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
110	*液压扭矩扳手	扭矩	液压扭矩扳手校准规范 JJF(湘) 71	(40～ 20000)N·m	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
111	*工作扭矩仪	扭矩	工作扭矩仪检定规程 JJG 1146	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
112	*扭转试验机	扭矩	扭转试验机检定规程 JJG 269	10N·m～5kN·m	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		角度		（0.1～360）°	U=0.03°		2026-08-11
113	标准扭矩仪	扭矩	标准扭矩仪检定规程 JJG 557	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
114	*扭矩扳子检定仪	扭矩	扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
115	静态扭矩测量仪	扭矩	静态扭矩测量仪检定规程 JJG 995	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
116	转矩转速测量装置	扭矩	转矩转速测量装置检定规程 JJG 924	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.03%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		转速		（30～30000）r/min	U=0.7r/min		2026-08-11
117	标准扭矩扳子	扭矩	标准扭矩扳子检定规程 JJG 1103	(2～ 5000)N·m	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
118	*测功装置	转矩	测功装置检定规程 JJG 653	(100～10000)Nm	U_{rel}=0.06%		2026-08-11
		转速		(30～30000)r/min	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
119	*高强螺栓检测仪	力值	高强螺栓检测仪校准规范 JJF 1478	（5～500）kN	U_{rel}=0.4%	只使用部件法	2026-08-11
		扭矩		（2～2000）Nm	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
120	*汽车排气污染物检测用底盘测功机	力值	汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 JJF 1221	(0.5～9.8)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		基本惯量		(100～2000)kg	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
		速度		(5～90)km/h	U=0.1km/h		2026-08-11
		时间		(1～150)s	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		直径		(200～500)mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
121	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG150	≤125HBW	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
				(125～225)HBW	U_{rel}=1.5%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
122	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)检定规程 JJG112	(20～30)HRC	U=0.79HRC		2026-08-11
				(35～55)HRC	U=0.62HRC		2026-08-11
				(60～70)HRC	U=0.52HRC		2026-08-11
				(20～88)HRA	U=0.52HRA		2026-08-11
				(20～100)HRBW	U=0.86HRBW		2026-08-11
				(20～91)HRN	U=0.79HRN		2026-08-11
				(12～93)HRTW	U=0.79HRTW		2026-08-11
123	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG151	≤225HV (HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100)	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				＞225HV (HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100)	U_{rel}=2.1%		2026-08-11
				≤225HV (HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1)	U_{rel}=5.3%		2026-08-11
				＞225HV (HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1)	U_{rel}=4.2%		2026-08-11
				≤225HV0.1	U_{rel}=5.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				＞225HV0.1	U_{rel}=5.1%		2026-08-11
124	*塑料洛氏硬度计	硬度	塑料洛氏硬度计检定规程 JJG884	(70～94)HRE	U=1.2HRE		2026-08-11
				(100～120)HRL	U=0.72HRL		2026-08-11
				(85～100)HRM	U=0.92HRM		2026-08-11
				(114～125)HRR	U=0.72HRR		2026-08-11
125	*塑料球压痕硬度计	试验力	塑料球压痕硬度计检定规程 JJG369	(49～961)N	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
126	*微型橡胶国际硬度计	硬度	微型橡胶国际硬度计检定规程 JJG898	(35～85)IRHD	U=1.0 IRHD		2026-08-11
127	*橡胶国际硬度计(N、H、L 标尺)	硬度	橡胶国际硬度计(N、H、L 标尺)校准规范 JJF 2075	(10～100)IRHD	U=0.8IRHD		2026-08-11
		力值		(0.3～10)N	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		长度		(6～22)mm	U=0.04mm		2026-08-11
128	里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(490～830) HLD	U=5HLD		2026-08-11
				(460～630) HLG	U=5HLG		2026-08-11
		质量		(3～20) g	U=0.01g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(3～5) mm	U=1 μm		2026-08-11
129	D 型邵氏硬度计	力值	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039	(5～50)N	U=82mN		2026-08-11
		长度		(1～3)mm	U=6 μm		2026-08-11
		角度		29° ～31°	U=0.1°		2026-08-11
130	A0 型邵氏硬度计	力值	A0 型邵氏硬度计校准规范 JJF 1312	(550～8050)mN	U=24mN		2026-08-11
		长度		(2.5～5.4)mm	U=6 μm		2026-08-11
131	A 型邵氏硬度计	力值	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG 304	(550～8050)mN	U=24mN		2026-08-11
		长度		(0.7～3)mm	U=6 μm		2026-08-11
		角度		34° ～36°	U=0.2°		2026-08-11
132	铅笔硬度计	质量	铅笔硬度计校准规范 JJF(石化) 007	(490～1050)g	U=0.3g		2026-08-11
		角度		44° ～46°	U=0.3°		2026-08-11
133	压电加速度计	加速度	压电加速度计检定规程 JJG 233	16Hz/160Hz(参考点): (1～300)m/s^2	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				(0.02～5000)Hz: (0.01～300)m/s^2	U_{rel}=2.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(5000～10000)Hz：(1～300)m/s^2	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				(10000～20000)Hz：(1～300)m/s^2	U_{rel}=5.0%		2026-08-11
134	动弹仪	共振频率	动弹仪校准规范 JJF1373	10Hz～10kHz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		发射频率		10Hz～10kHz	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
135	电容式加速度传感器	加速度	电容式加速度传感器校准规范 JJF1918	16Hz/160Hz：(1～300)m/s^2	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				(0.1～5000)Hz：(0.01～300)m/s^2	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
				(5000～10000)Hz：(1～300)m/s^2	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		静态灵敏度		(0.01～1)g	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
136	振动校准器	加速度	便携式振动校准器检定规程 JJG1062	10 m/s^2 160 Hz	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				(1～100)m/s^2 (20～2000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		频率		(20～2000)Hz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
137	环境振动分析仪	加速度	环境振动分析仪检定规程 JJG921	(1～100)m/s^2 (1～80)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
138	人体振动计	加速度	人体振动计检定规程 JJG1178	(0.1～ 100)m/s² (0.1～1000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
139	动态信号分析仪	频率	动态信号分析仪检定规程 JJG834	1Hz～200kHz	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		频谱幅值		(0.01～10)V，（1Hz～200kHz ）	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
140	冲击测量仪	加速度	冲击测量仪校准规范 JJF 1943	(300～20000)m/s²，（0.2～10）ms	U_{rel}=4.0%		2026-08-11
				（20000～100000）m/s²，（0.1～0.2）ms	U_{rel}=4.8%		2026-08-11
141	测振仪	加速度	测振仪检定规程 JJG 676	(0.01～300)m/s²；(0.1～10000)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		频率		(0.1～10000)Hz	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
142	*冲击、碰撞试验台	冲击加速度	冲击、碰撞试验台检定规程 JJG 1174	(5～100000) m/s²	U_{rel}=5.1%		2026-08-11
		脉冲持续时间		(0.2～2)ms	U_{rel}=5.8%		2026-08-11
				(2.1～100)ms	U_{rel}=3.5%		2026-08-11
143	*电动振动试验系统	加速度	电动振动试验系统检定规程 JJG 948	(5～1000) m/s² （1～5000）Hz	U_{rel}=3.2%		2026-08-11
		频率		(1～5000)Hz	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=2.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		台面横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		动态范围		(0.01～100)dB (20Hz～2kHz)	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
		加速度均方根		(1～100)g	U_{rel}=1.6%		2026-08-11
		加速度谱密度		0.01g^2/Hz～2 g^2/Hz (5Hz～5kHz)	U_{rel}=4.5%		2026-08-11
		冲击加速度		(10～1000)m/s^2	U_{rel}=5.2%		2026-08-11
		冲击加速度脉宽		(1～200)ms	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
		冲击速度变化量		(0.1～5)m/s	U_{rel}=6.8%		2026-08-11
		扫频定振精度		(0.01～60)dB(1Hz～10kHz)	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		共振频率		(20~5000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
144	*电动水平振动试验台	加速度	电动水平振动试验台检定规程 JJG 1000	(5 ～1000) m/s^2 (1～5000)Hz	U_{rel}=3.2%		2026-08-11
		频率		(1～5000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=2.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		台面横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
145	*温度、湿度、振动综合环境试验系统	加速度	温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 JJF 1270	(5～1500) m/s^2，(1～5000)Hz	U_{rel}=3.2%		2026-08-11
		温度		（-80～0）℃	U=0.5℃		2026-08-11
				（0～300）℃	U=0.4℃		2026-08-11
		相对湿度		(20～90)%	U=1.2%		2026-08-11
146	*冲击响应谱试验机	冲击响应谱幅值	冲击响应谱试验机校准规范 JJF 1903	(100～100000) m/s^2	U_{rel}=5.1%		2026-08-11
		冲击有效持续时间		(0.2～200)ms	U_{rel}=5.8%		2026-08-11
147	*疲劳试验机振动参数	速度	疲劳试验机振动参数校准方法 ZB/JLY（院） 50	(0.01～10)m/s	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		位移		(0.1～1000)mm	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		加速度		(0.01～300) m/s^2	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		频率		(0.1～2000)Hz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=2.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
148	*落锤式冲击试验机	质量	落锤式冲击试验机校准规范 JJF 1445	(0～30)kg	U=2g		2026-08-11
		长度		(0～5)m	U=2mm		2026-08-11
		速度		(1～10)m/s	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
149	*液压式振动试验系统	加速度	液压式振动试验系统检定规程 JJG 638	(5～1000) m/s^2 （1～5000）Hz	U_{rel}=2.8%		2026-08-11
		频率		(1～5000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		加速度波形失真度		0.01%～100%	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		台面横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		幅值均匀度		0.5%～100%	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		加速度均方根		(1～100)g	U_{rel}=1.6%		2026-08-11
		加速度谱密度		0.01g^2/Hz～2 g^2/Hz	U_{rel}=4.5%		2026-08-11
150	*标准振动台	加速度	标准振动台检定规程 JJG 298	(5～1000) m/s^2 （1～5000）Hz	U_{rel}=1.7%		2026-08-11
		频率		(1～5000)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		失真度		0.01%～100%	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		横向振动比		0.5%～100%	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
151	磁电式速度传感器	速度	磁电式速度传感器检定规程 JJG 134	(1.0～200) mm/s，(0.1～2000)Hz	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
152	振动位移传感器	位移	振动位移传感器检定规程 JJG 644	动态：(0.01～2) mm，（5～500）Hz	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
				静态:(0.1～100) mm	U_{rel}=0.80%		2026-08-11
153	*公路运输模拟试验台	加速度	公路运输模拟试验台校准规范 JJF 1271	(1～100)m/s^2，（2-50）Hz	U_{rel}=1.6%		2026-08-11
		频率		(2～50)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
154	*颗粒碰撞噪声检测系统	振动加速度幅值	颗粒碰撞噪声检测系统校准规范 JJF 1220	(5～1000) m/s^2，（1～5000）Hz	U_{rel}=2.8%		2026-08-11
155	基桩动态测量仪	频率	基桩动态测量仪检定规程 JJG 930	(2～2000)Hz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		加速度		(2～200) m/s^2 ，（2～2000）Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
156	*电梯限速器测试仪	速度	电梯限速器测试仪校准规范 JJF 1374	（0.1～10）m/s	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
157	*脆碎度仪	转速	脆碎度仪校准规范 JJF(吉) 51	25 转/min	U=1 转/min		2026-08-11
		质量		(4～6.5)g	U_{rel}=0.3%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
158	转速表	转速	转速表检定规程 JJG 105	(10～40000)r/min	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
159	恒转速源	转速	恒转速源校准规范 JJF 2121	(100～250)r/min	U=0.1r/min		2026-08-11
160	磁电式转速传感器	转速	磁电式转速传感器校准规范 JJF 1871	(10～6000)r/min	U=0.1r/min		2026-08-11
161	转速测量仪	转速	转速测量仪检定规程 JJG 1134	(10～40000)r/min	U_{rel}=0.005%		2026-08-11
162	转速标准装置	转速	转速标准装置检定规程 JJG 326	(10～40000)r/min	U_{rel}=0.01%(k=3)		2026-08-11
163	机动车区间测速监测系统	速度	机动车区间测速监测系统检定规程 JJG（黑）06	(20～180)km/h	U=0.9km/h		2026-08-11
		时间		(0～24)h	U=1.0s		2026-08-11
		距离		(1～100)km	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
4、声学							
1	声校准器	声压级	声校准器检定规程 JJG176	(94～124)dB，(20～16000)Hz	U=0.13 dB		2026-08-11
		频率		(20～16000)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
2	超声探伤仪	频率响应	超声探伤仪检定规程 JJG 746	（0.001~30）MHz	U_{rel}=1.8%		2026-08-11
		等效输入噪声		（0.1~1000）μV	U_{rel}=2.6 %		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		衰减		0 dB ~101dB	U=0.2 dB/10 dB		2026-08-11
		幅值线性		0 ~100%	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
		时基线性		0 ~100%	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
3	测听设备 纯音听力计	基准等效听阈声压级	测听设备 纯音听力计检定规程 JJG388	(0～110)dB，125Hz	U=0.8dB		2026-08-11
				(0～110)dB，(250～4000）Hz	U=0.7dB		2026-08-11
				(0～110)dB，6000Hz	U=0.8dB		2026-08-11
				(0～110)dB，8000Hz	U=1.1dB		2026-08-11
		基准等效听阈力级		(0～70)dB，250Hz	U=1.5dB		2026-08-11
				(0～70)dB，500Hz	U=1.3dB		2026-08-11
				(0～70)dB，750Hz	U=1.5dB		2026-08-11
				(0～70)dB，1000Hz	U=1.4dB		2026-08-11
				(0～70)dB，1500Hz	U=1.5dB		2026-08-11
				(0～70)dB，2000Hz	U=1.5dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0～70)dB，3000Hz	U=1.5dB		2026-08-11
				(0～70)dB，4000Hz	U=1.4dB		2026-08-11
				(0～70)dB，6000Hz	U=2.5dB		2026-08-11
				(0～70)dB，8000Hz	U=2.5dB		2026-08-11
4	超声多普勒胎儿监护仪超声源	平均声强	超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 JJG394	（0.5～10）mW/cm^2	U_{rel}=12%		2026-08-11
5	声级计	声压级	声级计检定规程 JJG188	(80～130)dB；(10～4000)Hz	U=0.4 dB		2026-08-11
				(80～130)dB；(4～10)kHz	U=0.5 dB		2026-08-11
				(80～130)dB；(10～20)kHz	U=0.8 dB		2026-08-11
6	*医用超声诊断仪超声源	输出声强	医用超声诊断仪超声源检定规程 JJG 639	（0.5～10）mW/cm^2	U_{rel}=12%		2026-08-11
7	声波检测仪	声时	声波检测仪检定规程 JJG990	电信号：(1～9999.9)μs	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
				声信号：(1～1500)μs	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
8	标准声源	声功率级	标准声源检定规程 JJG 277	50Hz～20kHz：（10～140）dB	U=0.5dB		2026-08-11
9	*消声室/半消声室	声压级	消声室和半消声室声学特性校准规范 JJF 1147	(0～130)dB (50～20000)Hz	U=0.8dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		本底噪声		(-3～ 50)dB (20～20000)Hz	U=0.8dB		2026-08-11
10	*混响室	混响时间	混响室声学特性校准规范 JJF 1143	(0.1～30)s	U_{rel}=8.7%		2026-08-11
11	音波张力计	频率	音波式皮带张力计校准规范 JJF1216	(10～5000)Hz	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
		声压级		声信号灵敏度：(30～90)dB (10～5000)Hz	U=1.5dB		2026-08-11
12	多通道声分析仪	频率计权	多通道声分析仪校准规范 JJF1288	(20～140)dB 10Hz～20kHz	U=0.1dB		2026-08-11
		级线性		(20～140)dB 10Hz～20kHz	U=0.2dB		2026-08-11
		频率		10Hz～20kHz (20～140)dB	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		电压		1mV～10V 10Hz～20kHz	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		失真度		0.01%～10% 10Hz～20kHz	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
13	个人声暴露计	绝对声灵敏度	个人声暴露计检定规程 JJG980	(7.9 ～12.6) Pa²h,1kHz	U=0.8Pa²h		2026-08-11
		声压级		压力场：(80～130)dB，(63～400)Hz	U=（0.3～0.4）dB		2026-08-11
				自由场： (80～130)dB，(500～8000)Hz	U=（0.3～0.5）dB		2026-08-11
14	声学用头和躯干模拟器	耳灵敏度	声学用头和躯干模拟器校准规范 JJF1520	(-60～ 40)dB （250Hz 或 1000Hz）	U=0.6dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		耳自由场频率响应		(-20～30)dB （100Hz～10kHz）	U=0.8dB		2026-08-11
		耳指向性		(-20～ 20)dB （100Hz～10kHz）	U=0.8dB		2026-08-11
		嘴参考点处幅频特性		(-60～ 40)dB （100Hz～10kHz）	U=0.6dB		2026-08-11
		嘴参考点处失真		(0.01～100) % （100Hz～10kHz）	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		嘴自场幅频特性		(-40～ 40)dB （100Hz～10kHz）	U=0.8dB		2026-08-11
15	无指向性声源	指向性指数	无指向性声源校准规范 JJF1468	(-20～ 20)dB，（100Hz～5kHz）	U=0.4dB		2026-08-11
		声功率级		(40～ 130)dB，（100Hz～ 5kHz）	U=0.6dB		2026-08-11
16	工作标准传声器(耦合腔比较法)	声压级	工作标准传声器(耦合腔比较法)检定规程 JJG 1019	(20～140)dB，(20Hz～16kHz）	U=（0.20～0.24）dB		2026-08-11
				(20～140)dB，20kHz	U=0.39dB		2026-08-11
17	工作标准传声器(静电激励器法)	声压级	工作标准传声器(静电激励器法)检定规程 JJG175	(20～140)dB，(20Hz～12.5kHz)	U=（0.27～0.35）dB		2026-08-11
				(20～140)dB，(16kHz～20kHz)	U=（0.46～0.54）dB		2026-08-11
		动态范围上限		(114～172)dB	U=0.8dB		2026-08-11
18	工作标准传声器(自由场比较	自由场灵敏度级	工作标准传声器(自由场比较法)检定规程 JJG1172	(20～140)dB，(20～400)Hz	U=（0.27～0.35）dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
	法）			(20dB～140dB)，(500Hz～20kHz）	U=（0.22～0.50）dB		2026-08-11
19	声频功率放大器	增益	声频功率放大器校准规范 JJF1200	(-2～60)dB	U=0.1dB		2026-08-11
		频率响应		(-10～10)dB,(10Hz～20kHz)	U=0.08dB		2026-08-11
		失真度		0.001%～10%,(10Hz～20kHz)	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
20	*测听室	声压级	测听室声学特性校准规范 JJF1191	（-3～150）dB，（31.5Hz-12.5kHz）	U=1.0dB		2026-08-11
21	耳声发射测量仪	频率	测听设备 耳声发射测量仪校准规范 JJF1289	125 Hz～8 kHz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		声压级		(20～140) dB	U=1.0 dB		2026-08-11
22	*听觉诱发电位仪	声压级	测听设备 听觉诱发电位仪校准规范 JJF1579	125 Hz～8kHz,(20 dB～130 dB)	U=1.0 dB		2026-08-11
		振动力级		250 Hz～8 kHz,(20 dB～120 dB)	U=1.4 dB		2026-08-11
23	噪声剂量计	声压级	噪声剂量计检定规程 JJG655	压力场：(20～130)dB,(63～400)Hz	U=0.5dB		2026-08-11
				自由场：(20～130)dB,(500～12500)Hz	U=0.4dB		2026-08-11
				自由场：(20～130)dB,(1600～8000)Hz	U=0.6dB		2026-08-11
24	空气超声测量仪	最小检出信号	空气超声测量仪校准规范 JJF 1504	(20 ～90) dB 40kHz	U=(2～3) dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		声灵敏度级		(-100 ～100) dB (20～50) kHz	U=4.8dB		2026-08-11
25	相控阵超声探伤仪	长度	相控阵超声探伤仪校准规范 JJF 1338	(0.1～150) mm	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		角度		2.5°～175°	U=0.6°		2026-08-11
26	测试声源	声压级	测试声源校准规范 JJF 1970	(10～150)dB，(50Hz～125Hz)	U=0.5 dB		2026-08-11
				(10～150)dB，(125Hz～10kHz	U=0.4 dB		2026-08-11
				(10～150)dB，(10kHz～20kHz)	U=0.5dB		2026-08-11
		总失真		0.01%～30%	U_{rel}=2.7%		2026-08-11
27	体积声源	声功率级	体积声源校准规范 JJF 1954	(20～140)dB，(80Hz～630Hz)	U=0.6dB		2026-08-11
				(20～140)dB，(800Hz～5kHz)	U=1.1dB		2026-08-11
				(20～140)dB，(6.3kHz～8kHz)	U=1.8dB		2026-08-11
		体积加速度灵敏度		(-50～50)dB，(100Hz～2kHz)	U=0.6dB		2026-08-11
				(-50～50)dB，(2kHz～8kHz)	U=1.1dB		2026-08-11
				(-50～50)dB，(8kHz～10kHz)	U=1.3dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(-50～50)dB，(10kHz)	U=1.9dB		2026-08-11
28	隔声测量室	声压级	隔声测量室校准规范 JJF 1798	(20～130)dB，(100Hz～8kHz)	U=0.8dB		2026-08-11
		混响时间		(0.1～30)s	U_{rel}=8.7%		2026-08-11
		隔声量		(0～100)dB，(100Hz～125Hz)	U=2.0dB		2026-08-11
				(0～100)dB，(125Hz～630Hz)	U=1.2dB		2026-08-11
				(0～100)dB，(630Hz～1.25kHz)	U=0.8dB		2026-08-11
				(0～100)dB，(1.25kHz～5kHz)	U=1.0dB		2026-08-11
29	声强校准器	声压级	声强校准器校准规范 JJF1853	(30～130)dB	U=0.2dB		2026-08-11
		声强级		(30～130)dB	U=0.2dB		2026-08-11
		频率		10Hz～10kHz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		总谐波失真		0.01%～100%	U=0.4%		2026-08-11
		相位		-180°～180°	U=0.1°		2026-08-11
30	有源耦合腔	总失真	有源耦合腔校准规范 JJF1734	0.01%～100%	U=0.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		声压级		(10～140)dB ，(10Hz～20kHz)	U=0.2dB		2026-08-11
31	声源识别定位系统	分辨力	声源识别定位系统(波束形成法)校准规范 JJF 1496	横向空间分辨力:(0.01～2)m	U=0.11m		2026-08-11
		声压级		主旁瓣抑制比:(0～80)dB	U=1.0dB		2026-08-11
		长度		定位误差:(0.01～2)m	U=0.03m		2026-08-11
32	超声探伤仪换能器	脉冲宽度	超声探伤仪换能器校准规范 JJF 1294	0.1ns～1000ms	U_{rel}=4.5%		2026-08-11
		频率		10Hz～80MHz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		相对带宽		10Hz～80MHz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		相对脉冲回波灵敏度		(-140～+140)dB	U=0.5dB		2026-08-11
		斜探头入射点		(0.1～50)mm	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		斜探头声束角度		35°～85°	U_{rel}=1.1%		2026-08-11
33	高声强定向声源	声压级	高声强定向声源测试技术规范 JJF 2098	(20～140)dB,(100Hz～10kHz)	U=0.8dB		2026-08-11
34	传声器单元	声压级	传声器单元校准规范 JJF 2336	(20～140)dB，(20～16000)Hz	U=（0.27～0.46）dB		2026-08-11
				(20～140)dB，20kHz	U=0.54dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		动态范围上限		(114～172)dB	U=0.8dB		2026-08-11
35	表面传声器	声压级	表面传声器(静电激励器法)校准规范 JJF 2339	(20～140)dB，(20～10000)Hz	U=0.4dB		2026-08-11
				(20～140)dB，(12500～20000)Hz	U=1.3dB		2026-08-11
36	电容式工程测量传声器	灵敏度级	电容式工程测量传声器校准规范 JJF 1653	(10～140)dB，(20～16000)Hz	U=(0.4～0.6)dB		2026-08-11
				(20～140)dB，20kHz	U=0.8dB		2026-08-11
		动态范围上限		(114～172)dB	U=0.8dB		2026-08-11
37	传声器前置放大器	声压级	传声器前置放大器校准规范 JJF 1137	(-40～20)dB，(10～50000)Hz	U=0.3dB		2026-08-11
38	噪声统计分析仪	声压级	噪声统计分析仪检定规程 JJG 778	压力场：20dB～130dB，(10～400)Hz	U=0.5 dB		2026-08-11
				自由场：20dB～130dB，(500Hz-10kHz）	U=0.6dB		2026-08-11
				自由场：20dB～130dB（12.5kHz～20kHz）	U=0.8 dB		2026-08-11
39	滤波器	相对衰减	倍频程和分数倍频程滤波器检定规程 JJG 449	(-5～2)dB,(10Hz～25kHz)	U=0.1dB		2026-08-11
				(2～130)dB,(10Hz～25kHz)	U=0.2dB		2026-08-11
		级线性		(10～40)dB,(10Hz～25kHz)	U=0.2dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(40～130)dB(10Hz～25kHz)	U=0.3dB		2026-08-11
40	*环境噪声自动监测仪	声压级	环境噪声自动监测仪检定规程 JJG 1095	压力场：20dB～130dB ，(31.5～400)Hz	U=0.5 dB		2026-08-11
				自由场：20dB～130dB，（500Hz～10kHz）	U=0.6dB		2026-08-11
				自由场：20dB～130dB，（12.5kHz～20kHz）	U=0.9dB		2026-08-11
5、电磁学							
1	直流电阻箱	电阻	直流电阻箱检定规程 JJG982	(1～10)mΩ	U_{rel}=3%		2026-08-11
				(0.01～0.1) Ω	U_{rel}=1%		2026-08-11
				(0.1～1) Ω	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
				1Ω～10Ω	$U_{rel}=6\times10^{-4}$		2026-08-11
				(10～100) Ω	$U_{rel}=1\times10^{-4}$		2026-08-11
				100Ω～1MΩ	$U_{rel}=3\times10^{-5}$		2026-08-11
2	直流标准电阻器	电阻	直流标准电阻器检定规程 JJG166	1mΩ	$U_{rel}=1\times10^{-5}$		2026-08-11
				10mΩ	$U_{rel}=8\times10^{-6}$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				0.1Ω、10Ω	$U_{rel}=6\times10^{-6}$		2026-08-11
				1Ω	$U_{rel}=4\times10^{-6}$		2026-08-11
				100Ω、1kΩ、10kΩ	$U_{rel}=5\times10^{-6}$		2026-08-11
				100kΩ	$U_{rel}=8\times10^{-6}$		2026-08-11
3	高压静电电压表	直流电压	高压静电电压表检定规程 JJG494	(0.5～5)kV	$U_{rel}=0.6\%$		2026-08-11
4	直流电位差计	电压	直流电位差计检定规程 JJG123	(0.1～1)μV	$U_{rel}=4\%$		2026-08-11
				(1～10)μV	$U_{rel}=0.4\%$		2026-08-11
				10μV～10mV	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
				(10～100)mV	$U_{rel}=4\times10^{-5}$		2026-08-11
				(0.1～2)V	$U_{rel}=4\times10^{-6}$		2026-08-11
5	测量用电流互感器	比值差	测量用电流互感器检定规程 JJG313	(5～2000)A/5A，5%I_n	$U_{rel}=0.023\%$		2026-08-11
				(5～2000)A/5A，(20%～120%)I_n	$U_{rel}=0.012\%$		2026-08-11
		相位差		(0.01～999.9)′，5%I_n	U=0.75′		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(0.01～999.9)′,(20%～120%)I_n	U=0.36′		2026-08-11
6	测量用电压互感器	比值差	测量用电压互感器检定规程 JJG314	（3～10）kV/100V,20%U_n	U_{rel}=0.023%		2026-08-11
				(3～10) kV/100V,50%U_n	U_{rel}=0.017%		2026-08-11
				（3～10）kV/100V,(80%～120%)U_n	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
		相位差		(0.01～999.9) ′,20%U_n	U=0.7′		2026-08-11
				(0.01～999.9)′,50%U_n	U=0.55′		2026-08-11
				(0.01～999.9)′,(80%～120%)U_n	U=0.36′		2026-08-11
7	标准电能表	电能	标准电能表检定规程 JJG1085	单相:(0.1～100)A,220V,cos φ=1.0	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				单相:(0.1～100)A,220V,cos φ=0.5L	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				单相:(0.1～100)A,220V,cos φ=0.8C	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				单相:(0.1～100)A,220V,cos φ=0.5C	U_{rel}=0.018%		2026-08-11
				三相平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=1.0	U_{rel}=0.012%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三相平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=0.5L	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				三相平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=0.8C	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				三相平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=0.5C	U_{rel}=0.018%		2026-08-11
				三相不平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=1.0	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				三相不平衡负载:3×(0.1～100)A, 3×(57.7～380)V,cos φ=0.5L	U_{rel}=0.018%		2026-08-11
8	安装式交流电能表	电能	安装式交流电能表检定规程 JJG596	单相、平衡负载 cos φ=1，不平衡负载 cos θ=1:3×(57.7～380)V,0.01A≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cos φ=0.5L，不平衡负载 cos θ=0.5L:3×(57.7～380)V,0.01A≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cos φ=0.8c，不平衡负载 cos θ=0.8c:3×(57.7～380)V,0.01A≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.02%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				单相、平衡负载 cosΦ=1，不平衡负载 cosθ=1:3×(57.7～380)V,3mA≤I<0.01A	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cosΦ=0.5L，不平衡负载 cosθ=0.5L:3×(57.7～380)V,3mA≤I<0.01A	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cosΦ=0.8C，不平衡负载 cosθ=0.8C:3×(57.7～380)V,3mA≤I<0.01A	U_{rel}=0.05%		2026-08-11
		时间		50ns～99999s	U=1s		2026-08-11
		日计时		±30ns	U=0.01s/d		2026-08-11
9	*交流电能表检定装置	电能	交流电能表检定装置检定规程 JJG597	单相、平衡负载 cosΦ=1，不平衡负载 cosθ=1:3×(57.7～380)V,3mA≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cosΦ=0.5L，不平衡负载 cosθ=0.5L:3×(57.7～380)V,3mA≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.012%		2026-08-11
				单相、平衡负载 cosΦ=0.8C，不平衡负载 cosθ=0.8C:3×(57.7～380)V,3mA≤I≤I_{max}	U_{rel}=0.012%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				单相、平衡负载 cosΦ=1，不平衡负载 cos θ=1:3×(57.7～380)V,0.3mA≤I<3mA	U_{rel}=0.018%		2026-08-11
10	数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	(10～220)mV	U=0.0009%V_x+0.4μV		2026-08-11
				220mV～2.2V	U=0.0006%V_x+0.7μV		2026-08-11
				(2.2～22)V	U=0.0005%V_x+4μV		2026-08-11
				(22～220)V	U=0.0006%V_x+40μV		2026-08-11
				(220～1100)V	U=0.0008%V_x+ 0.4mV		2026-08-11
		直流电流		(50～220) μA	U=0.005%I_x+6nA		2026-08-11
				220 μA～2.2mA	U=0.005%I_x+7nA		2026-08-11
				(2.2～22)mA	U=0.005%I_x+40nA		2026-08-11
				(22～220)mA	U=0.006%I_x+0.7μA		2026-08-11
				220mA～2.2A	U=0.009%I_x+12μA		2026-08-11
				(2.2～10)A	U=0.05%I_x+ 0.48mA		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电阻		10Ω、19Ω	$U_{rel}=3\times10^{-5}$		2026-08-11
				100Ω、190Ω、1kΩ、1.9kΩ、10kΩ、19kΩ、100kΩ、190kΩ	$U_{rel}=1.3\times10^{-5}$		2026-08-11
				1MΩ、1.9MΩ	$U_{rel}=2.5\times 10^{-5}$		2026-08-11
				10MΩ	$U_{rel}=5\times10^{-5}$		2026-08-11
		交流电压		100mV～2.2V,(40Hz～20kHz)	U=0.010%V_x+8μV		2026-08-11
				(2.2～22)V,(40Hz～20kHz)	U=0.006%V_x+50μV		2026-08-11
				22V～220V,(40Hz～20kHz)	U=0.008%V_x+0.6mV		2026-08-11
				(220～1000)V,(50Hz～1kHz)	U=0.01%V_x+3.5mV		2026-08-11
				(220～1000)V,(1kHz～20kHz)	U=0.020%V_x+6mV		2026-08-11
		交流电流		(100～220)μA,(40Hz～1kHz)	U=0.025%I_x+8nA		2026-08-11
				220μA～2.2mA,(40Hz～1kHz)	U=0.02%I_x+35nA		2026-08-11
				(2.2～22)mA,(40Hz～1kHz)	U=0.02%I_x+0.35μA		2026-08-11
				(22～220)mA,(40Hz～1kHz)	U=0.02%I_x+2.5μA		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				220mA～2.2A,(40Hz～1kHz)	U=0.04%I_x+35μA		2026-08-11
				(2.2～10)A,(40Hz～1kHz)	U=0.06%I_x+0.17mA		2026-08-11
				(100～220)μA,(1kHz～5kHz)	U=0.04%I_x+12nA		2026-08-11
				220μA～2.2mA,(1kHz～5kHz)	U=0.03%I_x+0.11μA		2026-08-11
				(2.2～22)mA ,(1kHz～5kHz)	U=0.03%I_x+0.55μA		2026-08-11
				(22～220)mA,(1kHz～5kHz)	U=0.03%I_x+3.5μA		2026-08-11
				220mA～2.2A,(1kHz～5kHz)	U=0.06%I_x+80μA		2026-08-11
				(2.2～10)A,(1kHz～5kHz)	U=0.12%I_x+0.38mA		2026-08-11
11	过程仪表校验仪	直流电压	过程仪表校验仪校准规范 JJF1472	测量:(10～220)mV	U=0.008%V_x+0.4μV		2026-08-11
				测量:220mV～2.2V	U=0.005%V_x+0.7μV		2026-08-11
				测量:(2.2～22)V	U=0.004%V_x+4μV		2026-08-11
				测量:(22～220)V	U=0.0055%V_x+40μV		2026-08-11
				输出:(10～200)mV	U=0.009%V_x+0.1μV		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				输出:200mV～20V	U=0.0045%V_x+0.4μV		2026-08-11
				输出:(20～100)V	U=0.009%V_x+40μV		2026-08-11
		直流电流		测量:(100～220)μA	U=0.006%I_x+6nA		2026-08-11
				测量:220μA～2.2mA	U=0.005%I_x+7nA		2026-08-11
				测量:(2.2～22)mA	U=0.005%I_x+40nA		2026-08-11
				测量:(22～220)mA	U=0.006%I_x+0.7μA		2026-08-11
				输出:(2～20)mA	U=0.006%I_x+4nA		2026-08-11
				输出:(20～200)mA	U=0.006%I_x+1μA		2026-08-11
		直流电阻		测量:10Ω～100kΩ	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
				输出:(10～200)Ω	U=0.008%R_x+0.2mΩ		2026-08-11
				输出:200Ω～2kΩ	U=0.008%R_x+2mΩ		2026-08-11
				输出:(2～20)kΩ	U=0.008%R_x+20mΩ		2026-08-11
				输出:(20～200)kΩ	U=0.008%R_x+0.2Ω		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		温度		热电阻测量:(-200～0)℃	U=0.05℃		2026-08-11
				热电阻测量:(0～850)℃	U=0.05℃～0.1℃		2026-08-11
				热电阻输出:(-200～850)℃	U=0.03℃		2026-08-11
				热电偶输出:(300～1300)℃	U=0.1℃		2026-08-11
				热电偶测量:(300～1300)℃	U=0.03℃		2026-08-11
		频率		10Hz～100kHz	U_{rel}=0.002%		2026-08-11
12	电压表、电流表、功率表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124	75mV～750V	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
		交流电压		75mV～750V,(45Hz～400Hz)	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
				75mV～750V,(400Hz～1000Hz)	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		直流电流		1mA～50A	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
		交流电流		1mA～50A,(45Hz～400Hz)	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
				1mA～50A,(400Hz～1000Hz)	U=0.1%		2026-08-11
		直流功率		75mV～750V,1mA～50A	U_{rel}=0.05%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流功率		75mW～37500W,(45Hz～400Hz)	U_{rel}=0.06%		2026-08-11
				75mW～37500W,(400Hz～1000Hz)	U=0.15%		2026-08-11
13	接地电阻表	电阻	接地电阻表检定规程 JJG366	(0.01～0.1)Ω	U_{rel}=6%		2026-08-11
				(0.1～1)Ω	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
				1Ω～10kΩ	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
14	直流电桥	电阻	直流电桥检定规程 JJG125	(1～100)mΩ	$U_{rel}=6\times10^{-5}$		2026-08-11
				100mΩ～10kΩ	$U_{rel}=4\times10^{-5}$		2026-08-11
				10kΩ～1MΩ	$U_{rel}=5\times10^{-5}$		2026-08-11
15	耐电压测试仪	交流电流	耐电压测试仪检定规程 JJG795	(0.5～100)mA,50Hz	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
		交流电压		(1～15)kV,50Hz	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
		直流电流		(0.5～100)mA	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
		直流电压		(1～10)kV	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
		时间		(10～90)s	U_{rel}=0.7%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
16	直流高压高值电阻器	电阻	直流高压高值电阻器检定规程 JJG1072	100Ω～1MΩ	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				(1～100)MΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
				100MΩ～1GΩ	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
				(1～10)GΩ	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
				(10～100)GΩ	U_{rel}=1%		2026-08-11
				(100～1000)GΩ	U_{rel}=2%		2026-08-11
17	高绝缘电阻测量仪(高阻计)	电阻	高绝缘电阻测量仪（高阻计）校准规范 JJF2225	1kΩ～10MΩ	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
				(10～100)MΩ	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
				100MΩ～ 1GΩ	U_{rel}=2%		2026-08-11
				(1～10)GΩ	U_{rel}=3%		2026-08-11
				(10～250)GΩ	U_{rel}=6%		2026-08-11
		电压		(100～1000)V	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
18	电子式绝缘电阻表	电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG1005	1kΩ～100MΩ	U_{rel}=0.7%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100MΩ～ 1GΩ	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				(1～10)GΩ	U_{rel}=3%		2026-08-11
				(10～250)GΩ	U_{rel}=6%		2026-08-11
		电压		(100～5000)V	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
19	绝缘电阻表(兆欧表)	电阻	绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 JJG622	1kΩ～1MΩ	U_{rel}=4%		2026-08-11
				1MΩ～1GΩ	U_{rel}=3%		2026-08-11
				(1～10)GΩ	U_{rel}=4%		2026-08-11
		电压		(100～5000)V	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
20	直流电阻测试仪	电阻	直流电阻测试仪检定规程 JJG1205	0.001mΩ～60Ω	U_{rel}=0.15%		2026-08-11
				60Ω～100kΩ	U_{rel}=6×10^{-4}		2026-08-11
		电流		(1～600)A	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
21	回路电阻测试仪	电阻	回路电阻测试仪检定规程 JJG1052	0.001mΩ～60Ω	U_{rel}=0.15%		2026-08-11
		电流		(1～600)A	U_{rel}=0.3%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
22	接地导通电阻测试仪	直流电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG984	(0.01～0.1)mΩ	U_{rel}=6%		2026-08-11
				(0.1～1)mΩ	U_{rel}=3%		2026-08-11
				(1～1000)mΩ	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
		交流电阻		(0.01～0.1)mΩ,50Hz	U_{rel}=11%		2026-08-11
				(0.1～1)mΩ,50Hz	U_{rel}=5%		2026-08-11
				(1～1000)mΩ,50Hz	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
		直流电流		(2～60)A	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		交流电流		(2～60)A,50Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
23	直流稳定电源	直流电压	直流稳定电源校准规范 JJF 1597	100mV～650V	U_{rel}=3×10^{-5}		2026-08-11
		直流电流		(1～20)mA	U_{rel}=5×10^{-5}		2026-08-11
				20mA～20A	U_{rel}=1×10^{-4}		2026-08-11
				(20～200)A	U_{rel}=3×10^{-4}		2026-08-11
				(200～550)A	U_{rel}=1.5×10^{-4}		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
24	工频高压分压器	交流电压	工频高压分压器检定规程 JJG496	(10～200)kV,50Hz	U_{rel}=0.24%		2026-08-11
25	直流高压分压器	直流电压	直流高压分压器检定规程 JJG1007	(10～200)kV	U_{rel}=0.12%		2026-08-11
26	*功率分析仪	直流电压	功率分析仪校准规范 JJF2040	(0.2～1000)V	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		交流电压		(0.2～1000)V（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		直流电流		1mA～100A	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		交流电流		1mA～100A（45Hz～1kHz）	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
		直流功率		0.2mW～20kW	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
		交流功率		0.2mW～20kW（45Hz～65Hz）	U_{rel}=0.01%		2026-08-11
		相位		-180° ～180° （45Hz～65Hz）	U=0.003°		2026-08-11
				-180° ～180° （1kHz）	U=0.12°		2026-08-11
		频率		45Hz～1kHz	U_{rel}=0.002%		2026-08-11
27	*直流低电阻表	电阻	直流低电阻表检定规程 JJG837	1μΩ～10μΩ	U_{rel}=8×10^{-3}		2026-08-11
				10μΩ～1mΩ	U_{rel}=2×10^{-3}		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				1mΩ～10mΩ	$U_{rel}=6\times10^{-4}$		2026-08-11
				10mΩ～20kΩ	$U_{rel}=2\times10^{-4}$		2026-08-11
28	钳形接地电阻仪	电阻	钳形接地电阻仪检定规程 JJG1054	0.01Ω～0.1Ω	$U_{rel}=6\times10^{-2}$		2026-08-11
				0.1Ω～1Ω	$U_{rel}=8\times10^{-3}$		2026-08-11
				1Ω～1200Ω	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
29	非接触式静电电压测量仪	直流电压	非接触式静电电压测量仪校准规范 JJF1517	15kV～30kV	$U_{rel}=3\times10^{-2}$		2026-08-11
				6kV～15kV	$U_{rel}=1\times10^{-2}$		2026-08-11
				3kV～6kV	$U_{rel}=2\times10^{-2}$		2026-08-11
				1V～3kV	$U_{rel}=3\times10^{-2}$		2026-08-11
				-15kV～-30kV	$U_{rel}=3\times10^{-2}$		2026-08-11
				-6kV～-15kV	$U_{rel}=1\times10^{-2}$		2026-08-11
				-3kV～-6kV	$U_{rel}=2\times10^{-2}$		2026-08-11
				-1V～-3kV	$U_{rel}=3\times10^{-2}$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
30	*电池内阻测试仪	交流电阻	电池内阻测试仪校准规范 JJF1620	10Ω～3kΩ	$U_{rel}=9\times10^{-4}$		2026-08-11
				1mΩ～10Ω	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
		直流电压		(0.1～10)V	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
				(10～800)V	$U_{rel}=3\times10^{-4}$		2026-08-11
				(-0.1～-10)V	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
				(-10～-800)V	$U_{rel}=3\times10^{-4}$		2026-08-11
31	磁强计	磁感应强度	(1mT~2.5T)磁强计校准规范 JJF1832	1mT~100mT	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
				100mT~2.5T	$U_{rel}=9\times10^{-4}$		2026-08-11
				-1mT~-100mT	$U_{rel}=2\times10^{-3}$		2026-08-11
				-100mT~-2.5T	$U_{rel}=9\times10^{-4}$		2026-08-11
32	磁力式磁强计	磁感应强度	磁力式磁强计校准规范 JJF1656	0.1mT~10mT	$U_{rel}=2\times10^{-2}$		2026-08-11
				-0.1mT~-10mT	$U_{rel}=2\times10^{-2}$		2026-08-11
33	交直流模拟电阻器	直流电阻	交直流模拟电阻器校准规范 JJF1723	1μΩ～100μΩ	$U_{rel}=5\times10^{-3}$		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				100μΩ～1mΩ	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
				1mΩ～200Ω	$U_{rel}=4\times10^{-5}$		2026-08-11
		交流电阻		1μΩ～100μΩ(50Hz)	$U_{rel}=2\times10^{-2}$		2026-08-11
				100μΩ～1mΩ(50Hz)	$U_{rel}=5\times10^{-3}$		2026-08-11
				1mΩ～200Ω(50Hz)	$U_{rel}=2\times10^{-4}$		2026-08-11
		直流电流		(0.1 ～ 600)A	$U_{rel}=4\times10^{-5}$		2026-08-11
		交流电流		(0.1～600)A	$U_{rel}=2\times10^{-4}$		2026-08-11
34	电动汽车交流充电桩校验仪	电能	电动汽车交流充电桩校验仪检定规程 JJG1193	57.7V～380V；5mA～100A	$U_{rel}=0.012\%$		2026-08-11
		时间		50ns～99999s	U=0.1s		2026-08-11
35	直流标准电能表	电能	直流标准电能表检定规程 JJG1187	1mV～1000V；10mA～500A、5mV≤U_I≤4V	$U_{rel}=0.012\%$		2026-08-11
				1mV～1000V；U_{Imin}≤U_I＜5mV	$U_{rel}=0.024\%$		2026-08-11
36	电动汽车非车载充电机校验仪	电能	电动汽车非车载充电机校验仪检定规程 JJG1192	1mV～1000V；10mA～500A	$U_{rel}=0.013\%$		2026-08-11
		时间		50ns～99999s	U=0.1s		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
37	*电动汽车非车载充电机	电能	电动汽车非车载充电机检定规程（试行）JJG1149	30V～1000V；1A～250A	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		时间		50ns～99999s	U=1s		2026-08-11
38	*电动汽车交流充电桩	电能	电动汽车交流充电桩检定规程（试行）JJG1148	60V～240V；50mA～60A	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		时间		50ns～99999s	U=1s		2026-08-11
39	钳形表	直流电压	钳形电流表校准规范 JJF1075，数字多用表校准规范 JJF1587	0.2V～1000V	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		交流电压		0.2V～1000V(50Hz)	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		直流电流		1mA～1000A	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		交流电流		1mA～1000A(50Hz)	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		直流电阻		(10Ω～10MΩ)	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
40	直流电子负载	直流电压	直流电子负载校准规范 JJF1462	0.1V～1000V	$U_{rel}=5\times10^{-5}$		2026-08-11
		直流电流		1mA～100A	$U_{rel}=2\times10^{-4}$		2026-08-11
		直流电阻		0.1Ω～10kΩ	$U_{rel}=5\times10^{-4}$		2026-08-11
41	多功能标准源	直流电压	多功能标准源校准规范 JJF1638	10mV～200mV	U=0.0007%V_x+0.1μV		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				200mV～2V	U=0.0005%V_x+0.4μV		2026-08-11
				2V～20V	U=0.0005%V_x+4μV		2026-08-11
				20V～200V	U=0.0007%V_x+40μV		2026-08-11
				200V～1000V	U=0.0007%V_x+0.5mV		2026-08-11
		交流电压		20mV～100mV(40Hz～20kHz)	U=0.02%V_x		2026-08-11
				100mV～700mV(40Hz～20kHz)	U=0.01%V_x		2026-08-11
				700mV～220V(40Hz～20kHz)	U=0.005%V_x		2026-08-11
				220V～1000V(40Hz～20kHz)	U=0.01%V_xx		2026-08-11
		直流电流		100μA～20mA	U=0.005%I_x		2026-08-11
				20mA～20A	U=0.01%I_x		2026-08-11
		交流电流		100μA～200μA(40Hz～2kHz)	U=0.04%I_x		2026-08-11
				200μA～2mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.00005mA		2026-08-11
				2mA～20mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.0005mA		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				20mA～200mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.005mA		2026-08-11
				200mA～2A(40Hz～2kHz)	U=0.02%I_x		2026-08-11
				2A～20A(40Hz～2kHz)	U=0.03%I_x		2026-08-11
		直流电阻		10Ω～2MΩ	U=0.002%R_x		2026-08-11
				2MΩ～20MΩ	U=0.003%R_x+100Ω		2026-08-11
42	交直流电表校验仪	直流电压	交直流电表校验仪校准规范 JJF1284	10mV～200mV	U=0.0007%V_x+0.1μV		2026-08-11
				200mV～2V	U=0.0005%V_x+0.4μV		2026-08-11
				2V～20V	U=0.0005%V_x+4μV		2026-08-11
				20V～200V	U=0.0007%V_x+40μV		2026-08-11
				200V～1000V	U=0.0007%V_x+0.5mV		2026-08-11
		交流电压		20mV～100mV(40Hz～20kHz)	U=0.02%V_x		2026-08-11
				100mV～700mV(40Hz～20kHz)	U=0.01%V_x		2026-08-11
				700mV～220V(40Hz～20kHz)	U=0.005%V_x		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				220V～1000V(40Hz～20kHz)	U=0.01%V_x		2026-08-11
		直流电流		100μA～20mA	U=0.005%I_x		2026-08-11
				20mA～20A	U=0.01%I_x		2026-08-11
				20A～200A	U=0.01%I_x		2026-08-11
		交流电流		100μA～200μA(40Hz～2kHz)	U=0.04%I_x		2026-08-11
				200μA～2mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.00005mA		2026-08-11
				2mA～20mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.0005mA		2026-08-11
				20mA～200mA(40Hz～2kHz)	U=0.035%I_x+0.005mA		2026-08-11
				200mA～2A(40Hz～2kHz)	U=0.02%I_x		2026-08-11
				2A～20A(40Hz～2kHz)	U=0.03%I_x		2026-08-11
				20A～200A(40Hz～1kHz)	U=0.03%I_x		2026-08-11
		直流电阻		10Ω～2MΩ	U=0.002%R_x		2026-08-11
				2MΩ～20MΩ	U=0.003%R_x+100Ω		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
43	*直流电焊机焊接电源	直流电压	直流电焊机焊接电源校准规范 JJF1985	10V～141V	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		直流电流		20A～500A	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
44	*电池充放电测试仪	直流电压	电池充放电测试仪校准规范 JJF 2039	0.1V～1000V	U=0.005%V_x		2026-08-11
		直流电流		0.1A～0.2A	U=0.01%I_x		2026-08-11
				0.2A～20A	U=0.01%I_x		2026-08-11
				20A～200A	U=0.01%I_x		2026-08-11
				200A～1000A	U=0.01%I_x+0.03A		2026-08-11
45	电流互感器伏安特性测试仪	交流电压	电流互感器伏安特性测试仪校准规范 JJF 1584	(10～5000)V，50Hz	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		交流电流		(0.01～5)A，50Hz	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
46	电流传感器	直流电流比	电流传感器校准规范 JJF（军工）264	1 0A ～ 1 kA ；10:1～5000：1	U_{rel}=2×10 $^{-4}$		2026-08-11
		交流电流比		10A～ 1kA(50Hz～1kHz);10:1～ 5000：1	U_{rel}=8×10^{-4}		2026-08-11
		直流电流电压转换比		10A～1kA;-10V～+10V	U_{rel}=2×10^{-4}		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流电压转换比		10A～1kA(50Hz～1kHz)；0.1V～10V	U_{rel}=8×10^{-4}		2026-08-11
47	*电阻应变仪	应变	电阻应变仪检定规程 JJG 623	(0.1～100000) μ ε	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
48	电荷放大器	归一化	电荷放大器检定规程 JJG 338	(-2.00～2.00)%	U=0.06%		2026-08-11
		线性		(-1.00～1.00)%	U=0.06%		2026-08-11
		增益挡		(-5.00～5.00)%	U=0.08%		2026-08-11
		幅频特性		(-1.00～1.00)%	U=0.3%		2026-08-11
49	*磁轭式磁粉探伤机	磁化电流	磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF1458	（0.1～2000）A	U_{rel}=3.5%		2026-08-11
		提升力		（30～300）N	U_{rel}=4%		2026-08-11
50	安全栅	直流电流	安全栅检定规程 JJG(化工) 8	(4～20)mA	U_{rel}=0.011%		2026-08-11
		直流电压		(1～5)V	U=0.0003V		2026-08-11
6、无线电							
1	交流电桥	电感	交流电桥检定规程 JJG 441	100μH～10mH,1kHz	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
				10mH～1H,1kHz	U_{rel}=0.08%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电容		100pF～1μF,1kHz	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
				1μF~100μF(100Hz)	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		交流电阻		(0.1～1)Ω,1kHz	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				(1～10)Ω,1kHz	U_{rel}=0.12%		2026-08-11
				(10～100)Ω,1kHz	U_{rel}=0.04%		2026-08-11
				(100～1000)Ω,1kHz	U_{rel}=0.03%		2026-08-11
		损耗因数		0.0001～0.1	U=0.12%Rd+0.0001		2026-08-11
2	*电子电压表	交流电压	电子电压表检定规程 JJG 250	10mV～10V,(20Hz～500MHz)	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				(10～30)V,(20Hz～500MHz)	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
3	*数字存储示波器	Δt(时间)测量	数字存储示波器校准规范 JJF 1057	1ns～50s	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
		直流增益		1mV	U_{rel}=3%		2026-08-11
				2mV	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
				5mV	U_{rel}=0.7%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				10mV	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
				20mV	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
				50mV～200V	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		ΔV(幅度)测量		1mV(1MΩ/50Ω)	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
				2mV(1MΩ/50Ω)	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
				5mV～200V,(1MΩ)	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
				5mV～1V,(50Ω)	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		频带宽度		100mHz～6.4GHz	U_{rel}=4.7%		2026-08-11
		瞬态响应		上升时间:50ps～20ns	U_{rel}=5.3%		2026-08-11
				过冲:0～20%	U_{rel}=1%		2026-08-11
		校准信号频率		1kHz～1MHz	$U_{rel}=1\times10^{-7}$		2026-08-11
		校准信号幅度		20mV～2V	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		输入阻抗		电阻:50Ω,1MΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				电容:10pF～40pF	U_{rel}=1%		2026-08-11
4	*模拟示波器	扫描时间系数	模拟示波器检定规程 JJG 262	1ns～5s	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		垂直偏转系数		(1～2)mV	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
				(5～10)mV	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
				20mV～200V	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		频带宽度		100mHz～500MHz	U_{rel}=4.7%		2026-08-11
		脉冲瞬态响应		上升时间:50ps～20ns	U_{rel}=5.3%		2026-08-11
				上冲:0～20%	U_{rel}=1%		2026-08-11
		校准信号频率		1kHz～1MHz	U_{rel}=1×10^{-7}		2026-08-11
		校准信号幅度		20mV～2V	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		输入电阻		50Ω、1MΩ	U_{rel}=0.1%		2026-08-11
5	*频谱分析仪	频率读数	频谱分析仪校准规范 JJF 1396	3Hz～40GHz(SPAN:1kHz)	U=1.0Hz		2026-08-11
				3Hz～40GHz(SPAN:10kHz)	U=10Hz		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				3Hz～40GHz(SPAN:100kHz)	U=0.1kHz		2026-08-11
				3Hz～40GHz(SPAN:1MHz)	U=1.0 kHz		2026-08-11
				3Hz～40GHz(SPAN:10MHz)	U=10 kHz		2026-08-11
				3Hz～40GHz(SPAN:100MHz)	U=0.1MHz		2026-08-11
		扫频宽度		100Hz～40GHz	$U_{rel}=6\times10^{-4}$		2026-08-11
		分辨力带宽		1Hz～10MHz	U_{rel}=0.21%		2026-08-11
		参考电平		(-90～10)dBm,100kHz～40GHz	U=0.10 dB		2026-08-11
		垂直显示刻度		(0～100)dB	U=0.10 dB		2026-08-11
		分辨力带宽转换影响		(-3～3)dB,1Hz～10MHz	U=0.02 dB		2026-08-11
		参考频率		10MHz	$U_{rel}=5\times10^{-9}$		2026-08-11
		绝对幅度		（-30～10)dBm,(1MHz～6GHz)	U=0.24 dB		2026-08-11
		校准信号电平		（-30～0)dBm,(1MHz～1GHz)	U=0.24 dB		2026-08-11
		输入频响		（-10～10)dBm,(3Hz～40GHz)	U=0.28 dB		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		噪声边带		（-150～-20）dBc/Hz，偏置：100Hz～1MHz，(10MHz～40GHz)	U=1.8 dB		2026-08-11
		输入电压驻波比		1～3，9kHz～8.5GHz	U=0.03		2026-08-11
		扫描时间		1ms～1000s	U_{rel}=6×10^{-4}		2026-08-11
6	*电磁骚扰测量接收机	频率	电磁骚扰测量接收机校准规范 JJF 1144	9kHz～1GHz	U_{rel}=2×10^{-7}		2026-08-11
		6dB 带宽		200Hz～1MHz	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
		电压示值		（0～120）dBμV，(9kHz～1GHz)	U=0.3dB		2026-08-11
		指示线性		（0～30）dB ，(9kHz～1GHz)	U=0.2dB		2026-08-11
		衰减器		（0～110）dB，(9kHz～1GHz)	U=0.2dB		2026-08-11
		脉冲响应		(-20～40)dB，9kHz～1GHz	U=1.2dB		2026-08-11
		电压驻波比		1～3，9kHz～1GHz	U=0.03		2026-08-11
7	*射频与微波功率传感器	校准因子	射频与微波功率传感器校准规范 JJF 1887	70%～110%，100kHz～8.5GHz	U_{rel}=3.6%		2026-08-11
		反射系数		0～1，100kHz～8.5GHz	U=0.03		2026-08-11
8	*函数发生器	频率	函数发生器检定规程 JJG 840	0. 1Hz～250MHz	U_{rel}=8×10^{-9}		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		幅度		10mV～55V,(DC,1kHz)	U_{rel}=2×10^{-4}		2026-08-11
		正弦波幅度平坦度		100 mV～10 V（峰峰值）,1kHz～250MHz	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		上升时间		1 ns～10 μs	U_{rel}=7%		2026-08-11
		总谐波失真		0.02%～1.0%,10Hz～100kHz	U_{rel}=13%		2026-08-11
9	*信号发生器	频率	信号发生器校准规范 JJF 1931	10Hz～20GHz	U_{rel}=5×10^{-9}		2026-08-11
		功率		-140dBm～+30dBm	U=0.2 dB		2026-08-11
		调幅深度		5%～99%	U_{rel}=2.6%		2026-08-11
		调频频偏		50 Hz～500 kHz	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		调相相偏		0.1rad～500rad	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		载波剩余调幅		5%～99%	U=0.003%		2026-08-11
		载波剩余调频		50 Hz～500 kHz	U=0.05Hz		2026-08-11
		谐波		-130dB～+25dB	U=1.8dB		2026-08-11
		失真		0.01%～30%	U_{rel}=13%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		脉冲调制上升/下降时间		0.1ns～1 s	U_{rel}=10%		2026-08-11
		内调制发生器幅度		100mV～10V	U_{rel}=0.07%		2026-08-11
10	交流电阻箱	交流电阻	交流电阻箱校准规范 JJF1636	0.1Ω～1Ω(1kHz)	$U_{rel}=3\times10^{-3}$		2026-08-11
				1Ω～10Ω(1kHz)	$U_{rel}=3\times10^{-4}$		2026-08-11
				10Ω～1MΩ(1kHz)	$U_{rel}=2\times10^{-4}$		2026-08-11
11	标准电容器	电容	标准电容器检定规程 JJG183	100pF～1μF(1kHz)	$U_{rel}=3\times10^{-4}$		2026-08-11
12	标准电感器	电感	标准电感器检定规程 JJG726	100μH～1H(1kHz)	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
13	电感箱	电感	电感箱校准规范 JJF2238	1μH～1H(1kHz)	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
				1H～100H(100Hz)	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
14	电容箱	电容	电容箱校准规范 JJF2237	10pF～10μF(1kHz)	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
				10μF～100μF(100Hz)	$U_{rel}=4\times10^{-4}$		2026-08-11
15	*人工电源网络	分压系数	人工电源网络校准规范 JJF 1705	-15dB～0dB	U=0.33dB		2026-08-11
		阻抗相角		-90° ～90°	U=2.8°		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		阻抗模值		2Ω～60Ω	U_{rel}=6%		2026-08-11
7、时间和频率							
1	*用户电话交换机计时计费装置	时间	用户交换机电话计时计费装置检定规程 JJG(吉) 26	(1～2000)s	U=0.3s		2026-08-11
2	*电子测量仪器内石英晶体振荡器	相对频率偏差	电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范 JJF 1984	5MHz,10MHz	$U_{rel}=1.2\times10^{-11}$		2026-08-11
		开机特性		5MHz,10MHz	$U_{rel}=1.2\times10^{-12}$		2026-08-11
		日老化率		5MHz,10MHz	$U_{rel}=2.0\times10^{-10}$		2026-08-11
		1s 频率稳定度		5MHz,10MHz	$U_{rel}=9.6\times10^{-12}$		2026-08-11
		复现性		5MHz,10MHz	$U_{rel}=1.2\times10^{-12}$		2026-08-11
3	*秒表	时间间隔	秒表校准规范 JJF 2195	电子秒表:(0.1～86400)s	U=0.02s		2026-08-11
				电子式电秒表:(0.1～9999.9)s	U=0.02s		2026-08-11
				机械秒表:(0.1～3600)s	U=0.06s		2026-08-11
				机械式电秒表:(0.1～600)s	U=0.06s		2026-08-11
		日差		-9.99s~+9.99s	U=0.06s		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 实验室证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
4	*微波频率计数器	相对频率偏差	微波频率计数器检定规程 JJG 841	5MHz，10MHz	U_{rel}=1.2×10^{-11}		2026-08-11
		开机特性		5MHz，10MHz	U_{rel}=1.2×10^{-12}		2026-08-11
		日老化率		5MHz，10MHz	U_{rel}=2.0×10^{-10}		2026-08-11
		1s 频率稳定度		5MHz，10MHz	U_{rel}=9.6×10^{-12}		2026-08-11
		复现性		5MHz，10MHz	U_{rel}=1.2×10^{-12}		2026-08-11
		频率		100kHz～40GHz	U_{rel}=2×10^{-8}		2026-08-11
		输入灵敏度		20mV～300mV(100 kHz~1GHz)	U=5mV		2026-08-11
				-33dBm～-15dBm(1GHz～40GHz)	U=2dB		2026-08-11
5	*振弦式频率读数仪	频率	振弦式频率读数仪校准规范 JJF 1401	(300～6000)Hz	U=0.02 Hz		2026-08-11
8、光学							
1	标准色板	色度	标准色板检定规程 JJG 453	刺激值 Y：(0.1～100.0)	U=1.8		2026-08-11
				色坐标 x、y：(0～1.000)	U=0.005		2026-08-11
2	光谱光度计标准滤光器	波长	光谱光度计标准滤光器检定规程 JJG 1034	吸收型：(190～900)nm	U=0.3nm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				干涉：(360～900)nm	U=0.4nm		2026-08-11
		透射比		1%～60%	U=0.4%		2026-08-11
		吸光度		0～3	U=0.006		2026-08-11
3	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG 512	R_{457}:(50～95)	U=1.0		2026-08-11
				工作白板:R_{457}:(50～95)	U=1.8		2026-08-11
4	*测色色差计	色度	测色色差计检定规程 JJG 595	刺激值 Y:(0.1～100.0)	U=0.8		2026-08-11
				色坐标 x、y:(0～1.000)	U=0.006		2026-08-11
5	光照度计	光照度	光照度计检定规程 JJG 245	(10～1000)lx	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
				(1000～3000)lx	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
6	*澄明度检测仪	光照度	澄明度检测仪校准规范 JJF 1287	(100～3000)lx	U_{rel}=11%		2026-08-11
7	阿贝折射仪	折射率	阿贝折射仪检定规程 JJG 625	1.47～1.67	U=8.4×10^{-5}		2026-08-11
		平均色散		0.007～0.021	U=1.7× 10^{-4}		2026-08-11
8	*罗维朋比色计	色度（罗维朋）	罗维朋比色计检定规程 JJG 758	R、Y：(0.1～1.0)罗维朋单位	U=0.1 罗维朋单位		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				R、Y：(1.0～10.0)罗维朋单位	U=0.4 罗维朋单位		2026-08-11
				R、Y：(10.0～79.9)罗维朋单位	U=0.8 罗维朋单位		2026-08-11
9	紫外辐射照度计	紫外辐照度	紫外辐射照度计检定规程 JJG 879	UV-A1：(250～1000) μW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-08-11
				UV-365：(250～1000) μW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-08-11
				UV-254：(50～200) μW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-08-11
				UV-310：(50～200) μW/cm^2	U_{rel}=15%		2026-08-11
10	*林格曼黑度计	林格曼黑度	林格曼黑度计校准规范 JJF(吉) 54	林格曼黑度(1～5)	U_{rel}=3.8%(透射比)		2026-08-11
11	*漫透射视觉密度计	密度	漫透射视觉密度计检定规程 JJG 920	（0.01～2.00）	U=0.02		2026-08-11
				（2.00～4.00）	U=0.025		2026-08-11
				（4.00～5.00）	U=0.03		2026-08-11
12	*标准光源箱	光照度	标准光源箱校准规范 JJF(纺织) 055	D_{65}:(30～5000)lx	U_{rel}=4%		2026-08-11
		色温		(2300～3000) K	U_{rel}=1%		2026-08-11
				(3000～4000) K	U_{rel}=1.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(4000～8000) K	U_{rel}=2%		2026-08-11
13	*反射率测定仪	反射率	反射率测定仪校准规范 JJF 1232	反射率：50～95	U=1.8		2026-08-11
14	*镜向光泽度计	光泽度	镜向光泽度计和光泽度板检定规程 JJG 696	(2～100)GU	U=1.3GU		2026-08-11
15	*雾度计	雾度	雾度计校准规范 JJF 1303	0.5～30	U=0.12～0.30		2026-08-11
		透射比		0.9～0.95	U=0.01		2026-08-11
16	*红外波长标准滤光片	波数	红外标准滤光器校准规范 JJF 1750	(3500～900)cm^{-1}	U=0.80cm^{-1}		2026-08-11
17	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF 1689	(0.1～70)度	U_{rel}=2%		2026-08-11
18	亮度计	亮度	亮度计检定规程 JJG 211	(0.1～5)cd/m^2	U_{rel}=3.5%		2026-08-11
				(5～30000)cd/m^2	U_{rel}=2.5%		2026-08-11
19	辐射热计	辐照度	辐射热计校准规范 JJF 1572	(0.1～30)(kW/m^2)	U_{rel}=5%		2026-08-11
20	干涉滤光片	波长	干涉滤光片检定规程 JJG 812	(330～750)nm	U=0.5nm		2026-08-11
21	汽车检测设备用标准中性滤光片	透射比	汽车检测设备用标准中性滤光片校准规范 JJF 2046	0.01～1	U=0.005		2026-08-11
22	*铂-钴色度仪	铂-钴色度	铂-钴色度仪校准规范 JJF 1947	(0.1～500)PCU	U_{rel}=8.6%~2.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
9、化学							
1	*傅立叶变换红外光谱仪	波数	傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF 1319	(900～4000)cm^{-1}	U=0.60cm^{-1}		2026-08-11
2	*数字折光仪	糖度	数字折光仪校准规范 ZB/JLY(院) 05	0.1%～50%	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
		折射率		1.3330～1.6580	U_{rel}=0.02%		2026-08-11
3	*火焰光度计	检测限	火焰光度计检定规程 JJG 630	K：≤0.004mmol/L	U=0.001mmol/L		2026-08-11
				Na：≤0.008mmol/L	U=0.004mmol/L		2026-08-11
4	*测汞仪	检出限	测汞仪检定规程 JJG 548	吸收类仪器：≤1.0ng	U_{rel}=4.6%		2026-08-11
				荧光类仪器：≤0.1ng	U_{rel}=5.0%		2026-08-11
5	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG 939	砷：≤0.4ng	U=0.02ng		2026-08-11
				锑：≤0.4ng	U=0.04ng		2026-08-11
6	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694	火焰法测铜：≤0.020 μg/mL	U=0.005 μg/mL		2026-08-11
				石墨炉法测镉：≤4.0pg	U=0.3pg		2026-08-11
7	*紫外、可见、近红外分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178	(190～340)nm	U=0.4nm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(340～900)nm	U=0.5nm		2026-08-11
				(900～2600)nm	U=1.0nm		2026-08-11
		透射比		5%～35%	U=0.3%		2026-08-11
8	*旋光仪	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536	(-72～+72)°	U=0.004°	不做旋光糖量计	2026-08-11
9	手持糖量（含量）计及手持折射仪	糖度	手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 JJG 820	1%～60%	U_{rel}=2%		2026-08-11
		折射率		1.3330～1.5200	U=0.0030		2026-08-11
10	*色散型红外分光光度计	波数	色散型红外分光光度计检定规程 JJG 681	(900～2000)cm^{-1}	U=0.9 cm^{-1}		2026-08-11
				(2000～4000)cm^{-1}	U=1.7 cm^{-1}		2026-08-11
11	*发射光谱仪	检出限	发射光谱仪检定规程 JJG 768	ICP 光谱仪 Zn：≤ 0.01mg/L	U=0.0008 mg/L		2026-08-11
				ICP 光谱仪 Ni：≤ 0.03mg/L	U=0.0032 mg/L		2026-08-11
				ICP 光谱仪 Mn：≤ 0.005mg/L	U=0.0033 mg/L		2026-08-11
				ICP 光谱仪 Cr：≤ 0.02mg/L	U=0.0040 mg/L		2026-08-11
				ICP 光谱仪 Cu：≤ 0.02mg/L	U=0.0018 mg/L		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				ICP 光谱仪 Ba：≤0.005mg/L	U=0.0003 mg/L		2026-08-11
				直读光谱仪 C：≤0.02%	U=0.0008%		2026-08-11
				直读光谱仪 Si：≤0.02%	U=0.0021%		2026-08-11
				直读光谱仪 Cr：≤0.01%	U=0.0004%		2026-08-11
				直读光谱仪 Mn：≤0.02%	U=0.0005%		2026-08-11
				直读光谱仪 Ni：≤0.02%	U=0.0047%		2026-08-11
				直读光谱仪 V：≤0.02%	U=0.0021%		2026-08-11
12	*X 射线荧光光谱法黄金含量分析仪	含量	X 射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范 JJF 1133	Au:(37.52～99.89)%	U=(0.06～0.20)%		2026-08-11
				Ag:(0.10～2.53)%	U=(0.04～0.10)%		2026-08-11
13	*荧光分光光度计	波长	荧光分光光度计检定规程 JJG 537	(200～700)nm	U_{rel}=4%		2026-08-11
		检出极限		A 类，硫酸奎宁：≤5×10^{-10}g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-11
				B 类，硫酸奎宁：≤1×10^{-8}g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-11
14	*能量色散 X 射线荧光光谱仪	浓度	能量色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF 2024	Cd：(8.7～107)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				Cr：(97.3～1122)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-11
				Hg：(91.5～1096)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-11
				Pb：(93.1～1122)mg/kg	U_{rel}=11%		2026-08-11
15	*波长色散X射线荧光光谱仪	灵敏度	波长色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF 2251	P：≥0.01kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=7.6%		2026-08-11
				Si：≥ 0.01kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=8.0%		2026-08-11
				Ni：≥ 0.02kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=8.8%		2026-08-11
16	*X射线荧光测硫仪	浓度	X射线荧光测硫仪校准规范 JJF 1952	0.05%～1.5%	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
17	*凝胶色谱仪	分子量	凝胶色谱仪检定规程 JJG 342	葡聚糖:(10^3～5.56×10^5)g/mol	U_{rel}=8.6%		2026-08-11
18	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG 823	电导检测器(氯离子):≤0.02μg/mL	U=0.001μg/mL		2026-08-11
				电导检测器(锂离子):≤0.02μg/mL	U=0.001μg/mL		2026-08-11
				紫外可见检测器(亚硝酸根离子):≤0.02μg/mL	U=0.001μg/mL		2026-08-11
19	*薄层色谱扫描仪	浓度	薄层色谱扫描仪校准规范 JJF 1712	(0.01～0.05)mg/mL	U=0.0019mg/mL		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
20	*气相色谱仪	灵敏度	气相色谱仪检定规程 JJG 700	TCD：≥800 mV•mL/mg	U_{rel}=10%		2026-08-11
		检测限		FID ：≤0.5 ng/s	U_{rel}=8%		2026-08-11
				FPD(S)：≤5× 10^{-10}g/s	U_{rel}=8%		2026-08-11
				FPD(P)：≤1× 10^{-10}g/s	U_{rel}=8%		2026-08-11
				NPD(N)： ≤5×10^{-12} g/s	U_{rel}=8%		2026-08-11
				NPD (P)：≤1×10^{-11} g/s	U_{rel}=8%		2026-08-11
				ECD： ≤5 pg/mL	U_{rel}=10%		2026-08-11
21	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG 705	紫外检测器/二极管阵列检测器(萘-甲醇溶液)：≤ 5×10^{-8} g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-11
				示差折光率检测器(胆固醇/甲醇溶液)：≤ 5×10^{-6} g/mL	U_{rel}=6%		2026-08-11
				蒸发光散射检测器(胆固醇/甲醇溶液)：≤ 5×10^{-6} g/mL	U_{rel}=6%		2026-08-11
				荧光检测器(萘/甲醇溶液)：≤ 5×10^{-9} g/mL	U_{rel}=5%		2026-08-11
22	*白酒分析气相色谱仪	检测限	白酒分析气相色谱仪校准规范 JJF 2022	≤5×10^{-3} mg/mL	U_{rel}=19%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
23	*在线气相色谱仪	灵敏度	在线气相色谱仪检定规程 JJG 1055	TCD:≥1000 mV·mL/mg(正丁烷)	U_{rel}=2.5%		2026-08-11
		检测限		PID:≤5×10^{-12} g/mL(苯)	U_{rel}=4%		2026-08-11
24	*四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检出限	四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159	In：≤10ng/L	U=0.08ng/L		2026-08-11
				Bi：≤10ng/L	U=0.06ng/L		2026-08-11
				Be：≤30ng/L	U=1.0ng/L		2026-08-11
25	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1164	离子阱、单四极杆、三重四极杆：≥10:1	U_{rel}=15%		2026-08-11
				飞行时间、静电场轨道阱：≥ 50:1	U_{rel}=15%		2026-08-11
26	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF 1317	三重四极杆 ESI+：≥30	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				三重四极杆 ESI-：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				三重四极杆 APCI+：≥30	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				单四极杆 ESI+：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				单四极杆 ESI-：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				单四极杆 APCI+：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				离子肼 ESI+：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				离子肼 ESI-：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
				离子肼 APCI+：≥10	U_{rel}=9.8%		2026-08-11
27	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(5～15)mg/L	U=0.14 mg/L		2026-08-11
28	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF 1609	总余氯：(0.1～50)mg/L	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
				游离余氯：(0.1～10)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-08-11
29	*铜（铁）含量分析仪	浓度	铜（铁）含量分析仪校准规范 JJF(吉) 64	铜:(1～200)μg/L	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
				铁:(1～200)μg/L	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
30	*分光光度法流动分析仪	波长	分光光度法流动分析仪校准规范 JJF 1568	(190～1100)nm	U=0.6nm		2026-08-11
		检出限		水中挥发酚：≤0.002mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				六价铬：≤0.004mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				硫化物：≤0.005mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				总磷：≤0.01mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				总氮：≤0.04mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				氨氮：≤0.04mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				阴离子表面活性剂：≤0.05mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
				水中氰化物：≤0.002mg/L	U_{rel}=48%		2026-08-11
31	*气相分子吸收光谱仪	检出限	气相分子吸收光谱仪校准规范 JJF(吉) 113	氨氮：≤0.02 mg/L	U=0.003 mg/L		2026-08-11
				总氮：≤0.05 mg/L	U=0.005 mg/L		2026-08-11
				硝酸盐氮：≤0.006 mg/L	U=0.002 mg/L		2026-08-11
				亚硝酸盐氮：≤0.003 mg/L	U=0.002 mg/L		2026-08-11
				硫化物：≤0.005 mg/L	U=0.004 mg/L		2026-08-11
32	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG 821	无机碳:(0.05～1000)mg/L	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
				有机碳:(0.05～1000)mg/L	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
33	*甲醛测定仪	波长	甲醛测定仪检定规程 JJG(吉) 31	(200～1100)nm	U=0.7 nm		2026-08-11
		浓度		(0.02～1000) mg/L	U_{rel}=3.5%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
34	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(0～100)μg/L	U=2.3μg/L		2026-08-11
				(100～1000)μg/L	U=3.3μg/L		2026-08-11
35	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	(1～1000) mg/L	U_{rel}=0.4%～1.3%		2026-08-11
36	*化学需氧量(COD)测定仪	浓度	化学需氧量（COD）测定仪检定规程 JJG 975	(1～1000)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		温度		(100～200)℃	U=0.4℃		2026-08-11
37	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG 880	(0.1～400)NTU	U_{rel}=3.1%		2026-08-11
38	*水中油份浓度分析仪	浓度	水中油份浓度分析仪检定规程 JJG 950	(1～1000)mg/L	U_{rel}=3.1%		2026-08-11
39	*总磷总氮水质在线分析仪	浓度	总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG 1094	磷：(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				氮：(0.1～500)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
40	*全自动红外分光测油仪	浓度	全自动红外分光测油仪校准规范 JJF(吉) 152	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.7%		2026-08-11
		体积		(10～1000)mL	U=0.11mL		2026-08-11
41	*煤中水分测试仪	水分	煤中水分测试仪校准规范 JJF(湘) 21	全水分：1%～10%	U=0.28%		2026-08-11
				全水分：10%～30%	U=0.31%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				一般试验煤样水分：0.5%～5%	U=0.23%		2026-08-11
				一般试验煤样水分：5%～10%	U=0.25%		2026-08-11
				一般试验煤样水分：10%～30%	U=0.30%		2026-08-11
		温度		(105～110)℃	U=0.2℃		2026-08-11
		质量		(1～10)g	U=0.2mg		2026-08-11
42	*卡尔·费休库仑法微量水分测定仪	含水量	卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG 1044	(10～5000)μg	U_{rel}=1.8%		2026-08-11
43	*卡尔·费休容量法水分测定仪	含水量	卡尔•费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154	0.1%～5%	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
44	*烘干法水分测定仪	水分	烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658	94.5%～95.5%	U=0.08%		2026-08-11
		质量		(1～100)mg	U=(0.1～0.2)mg		2026-08-11
				100mg～10g	U=(0.1～0.2)mg		2026-08-11
				(10～500)g	U=(0.1～0.3)mg		2026-08-11
45	*电容法和电阻法谷物水分测定仪	水分	电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程 JJG 891	6%～40%	U=0.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
46	工作毛细管黏度计	黏度	工作毛细管黏度计检定规程 JJG 155	(2～1×10^5) mm^2/s	U_{rel}=0.3%～0.6%		2026-08-11
47	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计检定规程 JJG 1002	(2～10000) mPa·s	U_{rel}=1.1%		2026-08-11
48	流出杯式黏度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG 743	(10～1000) mm^2/s	U_{rel}=3%		2026-08-11
49	DIN 53211-4 涂料黏度计	修正系数	DIN 53211-4 涂料黏度计校准规范 JJF(吉) 114	0.95～1.05	U_{rel}=3%		2026-08-11
50	恩氏粘度计	时间	恩氏粘度计检定规程 JJG 742	(50～52)s	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
51	*熔体流动速率仪	温度	熔体流动速率仪检定规程 JJG 878	100℃～400℃	U=0.2℃		2026-08-11
		长度		0～150mm	U=0.05mm		2026-08-11
		熔体流动速率		MFR： (1～8)g/10min	U_{rel}=7.0%		2026-08-11
				MVR：(2～30)cm^3/10min	U_{rel}=8.2%		2026-08-11
52	*在线 pH 计	酸度	在线 pH 计校准规范 JJF 1547	电计 pH：0～14	U=0.01		2026-08-11
				仪器 pH：4～10	U=0.02		2026-08-11
		电压		（-2000～2000）mV	U=0.2mV		2026-08-11
53	*溴价溴指数测定仪	溴指数	溴价、溴指数测定仪校准规范 JJF 1569	(1～560)mg/100g	U=(0.9～28)mg/100g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		溴价		(1～120)g/100g	U=(0.8～6)g/100g		2026-08-11
54	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG 376	电子单元:(0.05～1×10^5) μS/cm	U=0.08%FS		2026-08-11
				仪器:100μS/cm～200mS/cm	U_{rel}=0.42%		2026-08-11
55	*实验室 pH(酸度)计	酸度	实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119	电计 pH: 0～14	U=0.0008		2026-08-11
				仪器 pH: 4～10	U=0.01		2026-08-11
		电压		(-2000～2000)mV	U=0.2mV		2026-08-11
56	*自动电位滴定仪	电位	自动电位滴定仪检定规程 JJG 814	(-2000～2000)mV	U=0.2mV		2026-08-11
		浓度		0.1mol/L	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
57	*实验室离子计	离子浓度	实验室离子计检定规程 JJG 757	电计:0～14	U=0.01		2026-08-11
				仪器:2～4	U=0.02		2026-08-11
		电位		(-2000～2000)mV	U=0.5mV		2026-08-11
58	pH 计检定仪	电压	pH 计检定仪检定规程 JJG 919	(-2000～2000)mV	U=0.004mV		2026-08-11
59	*电极式盐度计	盐度值	电极式盐度计检定规程 JJG 761	2～42	U=0.009		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
60	*感应式盐度计	盐度值	感应式盐度计检定规程 JJG 392	2～42	U=0.010		2026-08-11
		温度		(0～50)℃	U=0.30℃		2026-08-11
61	*一氧化碳报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG915	（1～1000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-11
62	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG1105	（1～100）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.2%		2026-08-11
63	臭氧气体分析仪	浓度	臭氧气体分析仪检定规程 JJG 1077	(0.10～1.00)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.5%		2026-08-11
				(1.00～400)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.7%		2026-08-11
64	*氯气检测报警仪	浓度	氯气检测报警仪校准规范 JJF1433	（1～100）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.8%		2026-08-11
65	粉尘浓度测量仪	浓度	粉尘浓度测量仪检定规程 JJG 846	(0.1～10) mg/m^3	U_{rel}=6.0%		2026-08-11
66	*激光粒度分析仪	粒径	激光粒度分析仪校准规范 JJF 1211	D_{50}:(1～20)μm	U_{rel}=3%		2026-08-11
67	气溶胶光度计	流量	气溶胶光度计校准规范 JJF 1800	(0.1～50)L/min	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
		质量浓度		(0.01～100) μg/L	U_{rel}=12%		2026-08-11
68	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG 968	CO:(1～900)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				NO:(5～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				SO_2:(1～900)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
				O_2: (1～30)%	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
69	甲醛气体检测仪	浓度	甲醛气体检测仪检定规程 JJG 1022	(0.02～1.50)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.2%		2026-08-11
70	*二氧化碳检测报警器	浓度	二氧化碳检测报警器校准规范 JJF(吉) 66	(0.1～90)%	U_{rel}=1.1%		2026-08-11
71	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG 680	(0.1～100) L/min	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
72	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG 520	(0.1～40) L/min	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
73	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG 956	(100～6000)mL/min	U_{rel}=1.5%		2026-08-11
74	*总悬浮颗粒物采样器	流量	总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943	(80～1200) L/min	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
75	*固定污染源烟气排放连续监测系统	颗粒物浓度	固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范 JJF 1585	(0～50)mg/m^3	U=1.1mg/m^3		2026-08-11
				(50～2500)mg/m^3	U_{rel}=3%		2026-08-11
		浓度		SO_2: (0～250) μmol/mol	U=2.1 μmol/mol		2026-08-11
				NO: (0～250) μmol/mol	U=2.1 μmol/mol		2026-08-11
				O_2: (0.5～25)%	U_{rel}=6%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		流速		(1～30)m/s	U_{rel}=3%		2026-08-11
		温度		(10～400)℃	U=0.6℃		2026-08-11
		湿度		(10%～95%)RH	U=6%RH		2026-08-11
		压力		(-2～2)kPa	U=0.010kPa		2026-08-11
76	*微粒检测仪	微粒计数	微粒检测仪校准规范 JJF 1290	(1000～3000)粒/毫升	U_{rel}=5.2%		2026-08-11
77	尘埃粒子计数器	粒子浓度	尘埃粒子计数器校准规范 JJF 1190	(1000～100000)个/28.3L	U_{rel}=10%		2026-08-11
		粒径分布		(1～100)%	U_{rel}=11%		2026-08-11
78	*氧气检测报警器	浓度	氧气检测报警器校准规范 JJF(吉) 65	(1～30)%	U_{rel}=1.7%		2026-08-11
79	*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635	CO：(1～900)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2%		2026-08-11
				CO：（0.1～6）%	U_{rel}=2%		2026-08-11
		浓度		CO_2：（0.1～90）%	U_{rel}=1.1%		2026-08-11
80	*二氧化硫气体检测仪	浓度	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG551	（1～900）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.5%		2026-08-11
				（0.1～5）%	U_{rel}=2.5%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
81	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695	(1～200)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-11
82	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693	甲烷、异丁烷、丙烷、氢气：(0.1～100)%LEL	U_{rel}=1.6%		2026-08-11
83	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF 1263	（1～1000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
84	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG 365	0.1%～30%	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
85	*丙烯腈气体检测仪	浓度	丙烯腈气体检测仪校准规范 JJF 2113	(0.1～100) μmol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
86	$PM_{2.5}$质量浓度测量仪	流量	$PM_{2.5}$质量浓度测量仪校准规范 JJF 1659	（5～80）L/min	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
		浓度		（10～1000） μg/m^3	U_{rel}=12%		2026-08-11
87	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF 1172	（0.1～2000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3%		2026-08-11
88	*一氧化氮、二氧化氮气体检测仪	浓度	一氧化氮、二氧化氮气体检测仪校准规范 JJF(吉) 111	(0.1～1000) μmol/mol	U_{rel}=2.2 %		2026-08-11
89	*开路式红外可燃气体探测器	积分浓度	开路式红外可燃气体探测器校准规范 JJF(石化) 085	(0.01～5)%LEL•m	U_{rel}=2.0%～3.4%		2026-08-11
90	*苯气体检测报警器	气体浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF 1674	(1～100) μmol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
91	*液体颗粒计数器	水介质类仪器颗粒	液体颗粒计数器检定规程 JJG 1061	粒径：(5～100) μm	U_{rel}=3%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		计数和粒径		颗粒计数：（1～3000 ）个/10mL	U_{rel}=10%		2026-08-11
		油介质类仪器颗粒计数		颗粒计数：（1～90000 ）个/10mL	U_{rel}=10%		2026-08-11
92	*氯化氢气体检测报警器	浓度	氯化氢气体检测报警器校准规范 JJF 1888	(0.1～100) μmol/mol	U_{rel}=2.0 %		2026-08-11
93	*矿用一氧化碳检测报警器	浓度	矿用一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 1093	(1～10000) μmol/mol	U_{rel}=2 %		2026-08-11
94	*动态光散射粒度分析仪检定规程	粒径	动态光散射粒度分析仪检定规程 JJG 1104	(70～800)nm	U=(1.5～6.5)nm		2026-08-11
		温度		(0.1～90)℃	U_{rel}=1%		2026-08-11
95	*化学发光法氮氧化物分析仪检定规程	浓度	化学发光法氮氧化物分析仪检定规程 JJG 801	(0.1～5000) μmol/mol	U=1.5%		2026-08-11
96	*催化燃烧式甲烷测定器检定规程	浓度	催化燃烧式甲烷测定器检定规程 JJG 678	(0.01～4)%	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
97	*便携式挥发性有机物泄漏检测仪（氢火焰离子法）	浓度	便携式挥发性有机物泄漏检测仪（氢火焰离子法）校准规范 JJF(石化) 033	(1～50000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
98	*聚合酶链反应分析仪	温度	聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527	（30～100）℃	U=0.40℃		2026-08-11
		浓度		(10～2.2×10^{10})copies/μL	U_{rel}=8.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
99	*抗生素效价测定仪	长度	抗生素效价测定仪校准规范 JJF 1614	(10.000～25.000)mm	U=0.036 mm	仅限管碟法	2026-08-11
100	*荧光定量 PCR 仪	阈值循环数	实时荧光定量 PCR 仪校准规范 ZB/JLY(院)18	0～45	U=0.8		2026-08-11
		温度		(30～100) ℃	U=0.40℃		2026-08-11
101	PCR 仪扩增光学模拟器	亮度	PCR 仪扩增光学模拟器校准规范 ZB/JLY(院) 19	(1～1000)cd/m^2	U_{rel}=5.3%		2026-08-11
		波长		(400～720)nm	U=1.6nm		2026-08-11
102	*便携式荧光免疫分析仪	浓度	便携式荧光免疫分析仪校准规范 JJF 2202	C-反应蛋白：(3～135)mg/L	U_{rel}=7%~12%		2026-08-11
				甲胎蛋白：25.6IU/mL	U_{rel}=7.6%		2026-08-11
103	*胶体金免疫层析分析仪	浓度	胶体金免疫层析分析仪校准规范 JJF 2201	C-反应蛋白：(3～135)mg/L	U_{rel}=7%~12%		2026-08-11
104	*时间分辨荧光免疫分析仪	浓度	时间分辨荧光免疫分析仪校准规范 JJF 2302	甲胎蛋白：25.6IU/mL	U_{rel}=7.6%		2026-08-11
		温度		(35～40)℃	U=0.5℃		2026-08-11
105	*快速核酸检测仪	温度	快速核酸检测仪校准规范 JJF(吉)105	(30～95)℃	U=(0.4～0.7)℃		2026-08-11
106	*溶出度仪	温度	溶出度仪校准规范 JJF(吉) 08	(15～45)℃	U=0.6℃		2026-08-11
		转速		(20～100)r/min	U=0.9 r/min		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
107	*热重分析仪	温度	热重分析仪检定规程 JJG 1135	熔点：(100～500)℃	U=1.4℃		2026-08-11
				居里点：(200～500)℃	U=3.0℃		2026-08-11
108	*崩解时限仪	温度	崩解时限测试仪校准规范 JJF 1449	37℃	U=0.4 ℃		2026-08-11
		时间		往返时间:60s	U_{rel}=0.8%		2026-08-11
				设定时间:(300～1000)s	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
				崩解时间:(300～1000)s	U_{rel}=13%		2026-08-11
		长度		55mm	U=0.6 mm		2026-08-11
109	氧弹热量计	热值	氧弹热量计检定规程 JJG 672	(5000～40000)J/g	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
110	*熔点测定仪	熔点	熔点测定仪检定规程 JJG 701	(30～300)℃	0.2℃/min：U=0.2℃；1.0℃/min：U=0.3℃		2026-08-11
111	*开口/闭口闪点测定仪	温度	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	(70.8～232.2)℃	U=4.6℃～8.2℃		2026-08-11
112	*示差扫描热量计	温度	示差扫描热量计检定规程 JJG 936	(156～575)℃	U=1.0℃		2026-08-11
		热量		(0～120)J/g	U=1.4J/g		2026-08-11
113	*天然气热值仪	热值	天然气热值仪校准规范 JJF（冀）207	（30～38）MJ/m³	U_{rel}=0.2%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
114	*石油产品倾点浊点测定仪	温度	石油产品倾点浊点测定仪校准规范 JJF 1869	倾点：(-55～0)℃	U=3.4 ℃		2026-08-11
				浊点：(-25～0)℃	U=2.0 ℃		2026-08-11
115	*关联法天然气发热量测定仪	发热量	关联法天然气发热量测定仪校准规范 JJF 2258	(30～50) MJ/m^3	U_{rel}=0.38%		2026-08-11
116	*灰熔融性测定仪	温度	灰熔融性测定仪校准规范 JJF(津)81	控温误差和稳定度:(1100~1500)℃	U=2.4℃		2026-08-11
				变形温度:(1000～1500)℃	U=33℃		2026-08-11
				软化温度:(1000～1500)℃	U=21℃		2026-08-11
				半球温度:(1000～1500)℃	U=20℃		2026-08-11
				流动温度:(1000～1500)℃	U=26℃		2026-08-11
117	*渗透压摩尔浓度测定仪	摩尔浓度	渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089	(100～310)mOsmol/kg	U=1.8 mOsmol/kg		2026-08-11
				(310～700)mOsmol/kg	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
118	*物理吸附仪	比表面积	物理吸附仪校准规范 JJF 2135	(1～500)m^2/g	U_{rel}=4.8%		2026-08-11
		孔容		(0.1～1.0)cm^3/g	U_{rel}=4.8%		2026-08-11
		孔径		(0.5～10) nm	U_{rel}=6.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
119	*紫外荧光测硫仪	浓度	紫外荧光测硫仪校准规范 JJF 1685	(0～9.9)mg/L	U=0.16mg/L		2026-08-11
				(10～100)mg/L	U_{rel}=3.6%		2026-08-11
				(100～1000)mg/L	U_{rel}=2.8%		2026-08-11
120	*元素分析仪	含量	元素分析仪校准规范 JJF 1321	凯氏定氮仪 N:(26.17～46.67)%	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
				煤 C:(50～85)%	U_{rel}=0.64%		2026-08-11
				煤 H:(0.1～5)%	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
				煤 N:(0.1～2)%	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				钢铁 O:(0.0008～0.0075)%	U_{rel}=6.5%		2026-08-11
				钢铁 N:(0.0049～0.034)%	U_{rel}=4.5%		2026-08-11
				钢铁 H:(0.00007～0.0054)%	U_{rel}=12%		2026-08-11
121	*工业分析仪	灰分含量	工业分析仪检定规程 JJG 1140	(0.5～15)%	U=0.11%		2026-08-11
				(15～30)%	U=0.17%		2026-08-11
				(30～35)%	U=0.21%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		挥发分含量		(0.5～20)%	U=0.25%		2026-08-11
				(20～40)%	U=0.35%		2026-08-11
		温度		(104～110)℃	U=0.5℃		2026-08-11
				(805～910)℃	U=0.9℃		2026-08-11
		质量		1g	U=0.2mg		2026-08-11
122	*定碳定硫分析仪	含量	定碳定硫分析仪检定规程 JJG395	C：(0.100～1.000)%	U=0.008%		2026-08-11
				C:(1.00～3.00)%	U=0.02%		2026-08-11
				S:(0.010～0.100) %	U=0.002%		2026-08-11
123	*煤中全硫测定仪	硫含量	煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006	(0.1～1.00)%	U=0.06%		2026-08-11
				(1.00～4.00)%	U=0.12%		2026-08-11
				(4.00～6.00)%	U=0.23%		2026-08-11
		温度		(1100～1500)℃	U=2.4 ℃		2026-08-11
124	*煤中氟/氯测定仪	含量	煤中氟/氯测定仪校准规范 JJF 1968	氟含量:(50～500) μg/g	U=20 μg/g		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				氟含量:(500～2000) μg/g	U_{rel}=3.1%		2026-08-11
				氯含量:(0.010～0.050)%	U=0.004%		2026-08-11
				氯含量:(0.050～0.300)%	U_{rel}=6%		2026-08-11
125	*氨基酸分析仪	检测限	氨基酸分析仪检定规程 JJG 1064	≤1 nmol	U_{rel}=6.8%		2026-08-11
10、电离辐射							
1	*X 射线探伤机	空气比释动能率	X 射线探伤机检定规程 JJG 40	5mGy/s～1Gy/min	U_{rel}=10%		2026-08-11
2	*医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源	剂量指数	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X 射线辐射源检定规程 JJG 961	(0.01～200)mGy	U_{rel}=8%		2026-08-11
3	*X 射线安全检查仪	泄漏辐射	X 射线安全检查仪校准规范 JJF 1275	(0.1～500) mGy/h	U_{rel}=15%		2026-08-11
4	*医用电子加速器辐射源	吸收剂量	医用电子加速器辐射源检定规程 JJG 589	(0.01～500)cGy	U_{rel}=3.5%		2026-08-11
5	*医用诊断 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断 X 射线辐射源检定规程 JJG 744	(0.01～200)mGy/min	U_{rel}=7%		2026-08-11
		电压		(40～150)kV	U_{rel}=5%		2026-08-11
6	*医用数字摄影(CR、DR)系统 X 射线辐射源	空气比释动能	医用数字摄影(CR、DR)系统 X 射线辐射源检定规程 JJG 1078	(0.01～100)mGy	U_{rel}=7%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电压		(40～150)kV	U_{rel}=5%		2026-08-11
7	*医用诊断数字减影血管造影 DSA 系统 X 射线辐射源	空气比释动能率	医用诊断数字减影血管造影 DSA 系统 X 射线辐射源检定规程 JJG 1067	(0.01～200)mGy/min	U_{rel}=7%		2026-08-11
		电压		(40～150)kV	U_{rel}=5%		2026-08-11
8	*低本底 α、β 测量仪	探测效率	低本底 α、β 测量仪检定规程 JJG 853	α：(2×10⁴～1.2×10⁵)(min•2πsr)⁻¹	U_{rel}=4%		2026-08-11
				β：(2×10⁴～1.2×10⁵)(min•2πsr)⁻¹	U_{rel}=4%		2026-08-11
9	*闪烁体探测器 γ 谱仪	活度	闪烁体探测器 γ 谱仪校准规范 JJF 1744	(10～1×10⁴)Bq	U_{rel}=5%	只做碘化钠探测器 γ 谱仪	2026-08-11
11、机动车专用							
1	*柴油车氮氧化物（NO_x）检测仪	浓度	柴油车氮氧化物（NO_x）检测仪校准规范 JJF 1873	NO：(230～4000)×10⁻⁶mol/mol	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
				NO_2：(40～1000)×10⁻⁶mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-08-11
				CO_2：(2.0～18.0)×10⁻²mol/mol	U_{rel}=1.4%		2026-08-11
2	*零气发生器	浓度	零气发生器校准规范 JJF 2159	NO：(0～20)×10⁻⁶ mol/mol	U=0.47×10⁻⁶mol/mol		2026-08-11
				CO：(0～20)×10⁻⁶ mol/mol	U=0.46×10⁻⁶mol/mol		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				NO_2:(0～20)×10^{-6} mol/mol	U=0.46×10^{-6}mol/mol		2026-08-11
				HC:(0～40)×10^{-6} mol/mol	U=0.5×10^{-6}mol/mol		2026-08-11
				CO_2:(0～40)×10^{-6} mol/mol	U=0.93×10^{-6}mol/mol		2026-08-11
				O_2:(0～25)×10^{-2} mol/mol	U=0.48×10^{-2}mol/mol		2026-08-11
3	*机动车前照灯检测仪	发光强度	机动车前照灯检测仪检定规程 JJG 745	(5～60)kcd	U_{rel}=6.4%		2026-08-11
		光轴偏移角		上 1° ～下 2°，左 2° ～右 2°	U=6′		2026-08-11
		高度		(0.3～1.5) m	U=0.003 m		2026-08-11
4	机动车方向盘转向力-转向角检测仪	角度	机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范 JJF 1196	0° ～1080°	U=1.0°		2026-08-11
		力值		(50～500)N	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		扭矩		(10～100)Nm	U_{rel}=0.7%		2026-08-11
5	*汽车侧滑检验台	侧滑量	汽车侧滑检验台检定规程 JJG 908	(-10～10)m/km	U=0.06 m/km		2026-08-11
6	*机动车综合性能测试仪	时间	机动车综合性能测试仪校准规范 JJF(机械) 1017	(1～100)s	U=0.02s		2026-08-11
		速度		(5～300)km/h	U=0.06km/h		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		长度		(100～500)m	U_{rel}=0.09%		2026-08-11
7	*汽车排放气体测试仪	浓度	汽车排放气体测试仪检定规程 JJG 688	HC:(50～3200)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
				CO:(0.4～5)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				CO_2:(2～16)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				NO:(300～3000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				O_2:(0.3～21)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
8	*汽车加载制动检验台	制动力	汽车加载制动检验台检定规程 JJG 1160	(1～50)kN	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
		质量		(20～15000)kg	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
		举升高度		(10～500)mm	U=0.4 mm		2026-08-11
9	汽车操纵稳定性测试仪	角度	汽车操纵稳定性测试仪校准规范 JJF(机械) 1045	-90° ～+90°	U=0.05°		2026-08-11
		角速度		-1000° /s～-0.1° /s	U_{rel}=0.16%		2026-08-11
				0.1° /s～1000° /s	U_{rel}=0.16%		2026-08-11
		加速度		（5～ 50）m/s^2	U_{rel}=0.20%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
10	汽车制动操纵力计	力值	汽车制动操纵力计校准规范 JJF 1169	100N～1000N	U_{rel}=0.9%		2026-08-11
11	机动车发动机转速测量仪	转速	机动车发动机转速测量仪校准规范 JJF 1375	(600～5000)r/min	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
12	碰撞试验用假人位移传感器	长度	碰撞试验用假人位移传感器校准规范 ZB/JLY(院)51	(0～500)mm	U=0.08%FS		2026-08-11
13	汽车碰撞试验用假人力传感器	力值	汽车碰撞试验用假人力传感器校准规范 JJF(机械) 1081	100N～30kN	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
14	碰撞试验用假人数字式加速度传感器	加速度	碰撞试验用假人数字式加速度传感器校准规范 ZB/JLY（院） 49	16Hz/160Hz(参考点): (1～300)m/s^2	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
				(0.02～5000)Hz: (0.01～300)m/s^2	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
				(5～10)kHz: (1～300)m/s^2	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				(10～20)kHz: (1～300)m/s^2	U_{rel}=5.0%		2026-08-11
15	轮胎花纹深度尺	长度	轮胎花纹深度尺校准规范 JJF 1477	数显(0～30)mm	U=0.02mm		2026-08-11
				游标(0～50)mm	U=0.03mm		2026-08-11
12、气象、海洋专用							
1	热式风速仪	风速	热式风速仪校准规范 JJF 1939	0.2m/s～3m/s	U=0.12m/s		2026-08-11
				3m/s～30m/s	U=0.36m/s		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	轻便三杯风向风速表	风速	轻便三杯风向风速表检定规程 JJG 431	(0.8～10)m/s	U=0.24m/s		2026-08-11
				(10～15)m/s	U=0.26 m/s		2026-08-11
				(15～20)m/s	U=0.30 m/s		2026-08-11
				(20～25)m/s	U=0.37m/s		2026-08-11
				(25～30)m/s	U=0.43m/s		2026-08-11
3	叶轮式风速计	风速	叶轮式风速计校准规范 JJF 1971，叶轮式数字风速仪检定规程 JJG 1194	1m/s～5m/s	U=0.24m/s		2026-08-11
				5m/s～30m/s	U=0.5m/s		2026-08-11
4	超声波风向风速测量仪器	风速	超声波风向风速测量仪器校准规范 JJF 1934	2m/s～30m/s	U=0.36m/s		2026-08-11
		风向		(0～360)°	U=0.72°		2026-08-11
5	风电场用磁电式风速传感器	风速	风电场用磁电式风速传感器校准规范 JJF 1431	3m/s～30m/s	U=0.6m/s		2026-08-11
13、医学专用							
1	*半自动生化分析仪	吸光度	半自动生化分析仪检定规程 JJG 464	0.5～1.0	U=0.01		2026-08-11
2	*肺功能仪	容量	肺功能仪校准规范 JJF 1213	肺活量:(2～8)L	U_{rel}=1.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				用力肺活量：(2～8)L	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
		呼气峰值流量		(4～14)L/s	U_{rel}=3%		2026-08-11
		最大分钟通气量		(0.5～250)L/min	U_{rel}=3%		2026-08-11
		浓度		氧分析器:1%～30%	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
				二氧化碳分析器:1%～20%	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
3	*高频电刀	功率	高频电刀校准规范 JJF 1217	(10～50)W	U=6W		2026-08-11
				(50～400)W	U_{rel}=6%		2026-08-11
4	*呼吸机	潮气量	呼吸机校准规范 JJF 1234	(50～1000)m L	U_{rel}=5%		2026-08-11
		呼吸频率		(10～40) 次/分	U_{rel}=3%		2026-08-11
		压力		气道峰压:(1.0～3.0) kPa	U_{rel}=4%		2026-08-11
				呼气末正压:(0.2～2.0)kPa	U_{rel}=5%		2026-08-11
		氧浓度		21%～100%	U=2%		2026-08-11
5	*心脏除颤器	释放能量	心脏除颤器校准规范 JJF 1149	(2～20)J	U_{rel}=14%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(20～360)J	U_{rel}=6%		2026-08-11
		脉冲频率		(30～100)次/分	U=2 次/分		2026-08-11
				(100～200)次/分	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
		心率		(30～200)次/分	U_{rel}=1.2%		2026-08-11
6	*血液透析装置	电导率	血液透析装置校准规范 JJF 1353	(12.5～15.5)mS/cm	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		温度		(30～40)℃	U=0.2℃		2026-08-11
		静(动)脉压力		(-40～60)kPa	U=0.4kPa		2026-08-11
		透析液流量		(250～750)mL/min	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
7	*医用磁共振成像(MRI)电磁辐射源	磁场强度	医用磁共振成像(MRI)电磁辐射源校准规范 JJF(吉) 48	(0.2～3)T	U_{rel}=3%		2026-08-11
8	*婴儿培养箱	温度	婴儿培养箱校准规范 JJF 1260	32℃、36℃	U=0.3℃		2026-08-11
		相对湿度		40%～70%	U=4%		2026-08-11
		氧浓度		30%～40%	U=2%		2026-08-11
9	*酶标分析仪	吸光度	酶标分析仪检定规程 JJG 861	0.2～1.5	U=0.010		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		波长		(405～780)nm	U=1.0nm		2026-08-11
10	*血细胞分析仪	浓度	血细胞分析仪检定规程 JJG 714	红细胞:(2～6)×10^{12}个/升	U_{rel}=3.4%		2026-08-11
				白细胞:(2～19)×10^{9}个/升	U_{rel}=3.4%		2026-08-11
				血红蛋白: (60～160)g/L	U_{rel}=3.4%		2026-08-11
				血小板:(90～500)×10^{9}个/升	U_{rel}=3.4%		2026-08-11
11	*尿液分析仪	pH	尿液分析仪校准规范 JJF 1129	6.0～8.0	U_{rel}=7.9%		2026-08-11
		浓度		尿蛋白:(0.01～1.94)g/L	U_{rel}=7.9%		2026-08-11
				尿糖:(0.1～40.5)mmol/L	U_{rel}=7.9%		2026-08-11
		相对密度		1.005～1.025	U_{rel}=7.9%		2026-08-11
12	*电解质分析仪	浓度	电解质分析仪检定规程 JJG 1051	K^{+}:(1.50～7.50)mmol/L	U_{rel}=2.6%		2026-08-11
				Na^{+}:(100.0～180.0)mmol/L	U_{rel}=2.2%		2026-08-11
				Cl^{-}:(80～160)mmol/L	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
				Li^{+}:(0.40～2.00)mmol/L	U_{rel}=4.0%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				iCa^{2+}:(0.50～2.50)mmol/L	U_{rel}=4.0%		2026-08-11
13	*医用离心机	转速	医用离心机校准规范 JJF 2004	(20～30000)r/mim	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		时间		(5～3600)s	U=1s		2026-08-11
		温度		(-60～300)℃	U=0.6℃		2026-08-11
14	*（自动）核酸提取仪	温度	（自动）核酸提取仪校准规范 JJF 1874	(30～100)℃	U=0.3℃		2026-08-11
		频率		(0.5～10)Hz	U=0.18Hz		2026-08-11
		体积		(50～200) μL	U=1.2 μL		2026-08-11
		浓度		(1020～1030)ng/μl	U_{rel}=1.9%		2026-08-11
15	*恒温扩增核酸分析仪	温度	恒温扩增核酸分析仪校准规范 JJF 2301	(30～95)℃	U=0.2℃		2026-08-11
16	*浮标式氧气吸入器	流量	浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913	(1～10)L/min	U=0.3L/min		2026-08-11
		压力		(2～15)MPa	U=0.2MPa		2026-08-11
17	尿比重计	尿比重	尿比重计校准规范 JJF(吉) 124	1.000～1.050	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
18	心、脑电图机检定仪	电压	心、脑电图机检定仪检定规程 JJG 749	0.5mV～10V	U_{rel}=0.3%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		(0.1～200)Hz	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
		时间		(0.01～10)s	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
19	*医用注射泵和输液泵	流量	医用注射泵和输液泵校准规范 JJF1259	(5～20)mL/h	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
				(20～200)mL/h	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
				(200～1000)mL/h	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
14、建筑、交通专用							
1	*水泥混凝土稠度试验仪	振幅	水泥混凝土稠度试验仪校准规范 JJF(苏) 50	0.5mm	U_{rel}=4.2%		2026-08-11
		频率		50Hz	U_{rel}=1.0%		2026-08-11
		长度		(0～301)mm	U=0.06mm		2026-08-11
				(301～1000)mm	U=0.3mm		2026-08-11
		质量		(2.7～2.8)kg	U=2g		2026-08-11
				(7.4～35)kg	U=0.02kg		2026-08-11
2	*水泥胶砂流动度测定仪	时间	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通) 096	25s	U=0.2s		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		质量		(4.2～4.5)kg	U=2g		2026-08-11
		长度		(60～300)mm	U=0.05mm		2026-08-11
3	*水泥胶砂振动台	振幅	水泥胶砂振动台校准规范 JJF 1867	0.75mm	U_{rel}=4.4%		2026-08-11
		频率		(46.7～50)Hz	U_{rel}=1.3%		2026-08-11
		长度		(40～160)mm	U=0.05mm		2026-08-11
		质量		(2～6.5)kg	U=1.9g		2026-08-11
4	水泥软练设备测量仪	频率	水泥软练设备测量仪检定规程 JJG 974	(20～100)Hz	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		振幅		(0.1～1)mm，(40～100)Hz	U_{rel}=2.0%		2026-08-11
		转速		（50～1000）r/min	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
5	*水泥净浆搅拌机	转速	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF(吉) 85	(60～300)r/min	U=0.7r/min		2026-08-11
		时间		（10～130）s	U=0.2s		2026-08-11
		长度		（0.8～165）mm	U=0.05mm		2026-08-11
6	*行星式水泥胶砂搅拌机	转速	行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 JJF 2094	(60～288)r/min	U=0.7r/min		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		（29～91）s	U=0.2s		2026-08-11
		长度		（4～9）mm	U=0.05mm		2026-08-11
7	*马歇尔稳定度试验仪	力值	马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通) 066	(0.1～100)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		长度		（0.5～10）mm	U=0.01mm		2026-08-11
		速率		50mm/min	U=0.2mm/min		2026-08-11
8	贯入式砂浆强度检测仪	长度	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	(3.5～40)mm	U=0.03mm		2026-08-11
		力值		(780～820)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
9	*沥青混合料拌和机	转速	沥青混合料拌和机检定规程 JJG(交通) 064	(45～75)r/min	U=0.4r/min		2026-08-11
		时间		180s	U=0.2s		2026-08-11
		温度		（140～200）℃	U=1℃		2026-08-11
10	*砂当量试验仪	振荡频次	砂当量测定仪检定规程 JJG(交通) 137	(178～182)次/min	U=0.6 次/min		2026-08-11
		长度		（10～150）mm	U=0.04mm		2026-08-11
				（150～500）mm	U=0.07mm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				振荡距离(202～204)mm	U=0.3mm		2026-08-11
		时间		（29～31）s	U=0.2s		2026-08-11
		质量		(995～1005)g	U=0.7g		2026-08-11
11	*洛杉矶磨耗试验机	转速	洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG(交通) 108	(30～33)r/min	U=0.5r/min		2026-08-11
		长度		(44～50)mm	U=0.06mm		2026-08-11
				(95～715)mm	U=0.3mm		2026-08-11
		质量		(0.3～5.1)kg	U=2g		2026-08-11
12	*混凝土贯入阻力测定仪	力值	混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通) 095	(0.1～1)kN	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
		尺寸		(5～12)mm	U=6μm		2026-08-11
				(23～161)mm	U=0.05mm		2026-08-11
13	*混凝土含气量测定仪	压力	混凝土含气量测定仪校准规范 JJF 2332	(0～250)kPa	U=0.3kPa		2026-08-11
		容量		(6～7)L	U=12mL		2026-08-11
		含气量		0%～8%	U=0.02%～0.1%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
14	*水泥胶砂试体成型振实台	时间	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF(建材) 124	60s	U=0.2s		2026-08-11
		质量		12.57kg	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
15	*回弹仪校验钢砧	硬度	回弹仪率定钢砧校准规范 JJF(湘) 56	（58～62）HRC	U=0.8HRC		2026-08-11
		质量		(15～50)kg	U=0.05kg		2026-08-11
16	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	(0.040～4)mm	U=4μm		2026-08-11
				(4～125)mm	U=0.04mm		2026-08-11
17	漆膜划格器	长度	漆膜划格器校准规范 JJF 2163	(1～3)mm	U=3μm		2026-08-11
		角度		20°～31°	U=6.2′		2026-08-11
18	*试模	长度	试模校准规范 JJF 1307	(40～300)mm	U=0.05mm		2026-08-11
19	*动力触探仪	质量	动力触探仪检定规程 JJG(交通) 169	（10～120）kg	U=0.06kg		2026-08-11
		长度		（38～230）mm	U=0.06mm		2026-08-11
		角度		59°～61°	U=0.2°		2026-08-11
20	*沥青黏韧性试验仪	力值	沥青黏韧性试验仪检定规程 JJG(交通) 118	（0.1～1.5）kN	U_{rel}=0.12%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		位移		（30～1000）mm	U_{rel}=0.2%		2026-08-11
		速度		500mm/min	U=2mm/min		2026-08-11
21	*轮碾成型机	力值	轮碾成型机检定规程 JJG(交通) 200	9kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		温度		100℃	U=4℃		2026-08-11
		频率		(4～15)次/min	U=0.3 次/min		2026-08-11
22	*突起路标耐冲击性能测试仪	长度	突起路标耐冲击性能测试仪检定规程 JJG(交通) 080	1000mm	U=1mm		2026-08-11
		质量		1040g	U=0.4g		2026-08-11
23	*反光膜附着性能测定仪	质量	反光膜附着性能测定仪校准规范 JJF 2010	800g	U=0.2g		2026-08-11
24	*振筛机	长度	振筛机校准规范 JJF(津) 126	12.5mm	U=0.04mm		2026-08-11
		频率		（137～231）次/min	U=1.6 次/min		2026-08-11
		时间		(100～150)s	U_{rel}=0.3%		2026-08-11
25	*路面材料强度试验仪	力值	路面材料强度试验仪校准规范 JJF(鄂) 143	（0.5～300）kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		长度		（0.5～20）mm	U=0.02mm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		速度		1mm/min	U=0.03mm/min		2026-08-11
				50mm/min	U=0.2mm/min		2026-08-11
26	*击实仪	质量	击实仪检定规程 JJG(吉) 18	(2.5～10.5)kg	U=2g		2026-08-11
		长度		(50～155)mm	U=0.04mm		2026-08-11
				(300～456)mm	U=0.4mm		2026-08-11
		频率		60 次/分	U=1 次/分		2026-08-11
27	落锤式弯沉仪	力值	落锤式弯沉仪检定规程 JJG(交通) 133	(10～150)kN	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		弯沉值		(10～2000) μm	U_{rel}=3.0%		2026-08-11
		温度		(-10～80)℃	U=1.2℃		2026-08-11
28	*锚杆拉拔仪	力值	锚杆拉拔仪校准规范 JJF(辽) 298	(0.5～1000)kN	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
29	钢筋保护层、楼板厚度测量仪	长度	钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224	钢筋保护层厚度测量仪(6～100)mm	U=1mm		2026-08-11
				钢筋直径(10～20)mm	U=1mm		2026-08-11
				楼板厚度测量仪(10～400)mm	U=1mm		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
30	*摩擦系数测定仪	质量	摩擦系数测定仪校准规范 JJF(浙) 1208	(100～1000)g	U=0.2g		2026-08-11
		摩擦系数		0.2～1	U_{rel}=0.5%		2026-08-11
31	*沥青混合料理论最大相对密度仪	压力	沥青混合料理论最大相对密度仪校准规范 JJF 2117	3.7kPa abs	U=0.1kPa		2026-08-11
32	*建筑外门窗物理性能检测设备	压力	建筑外门窗物理性能检测设备校准规范 JJF 2219	(-10～10)kPa	U=0.02kPa		2026-08-11
		位移		(0～100)mm	U=0.02mm		2026-08-11
33	*水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机	转速	水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机检定规程 JJG(交通) 097	(17～630)r/min	U_{rel}=0.6%		2026-08-11
		力值		(200～400)N	U_{rel}=0.4%		2026-08-11
		长度		(2～25)mm	U=6μm		2026-08-11
				(25～135)mm	U=0.04mm		2026-08-11
34	楔形塞尺	长度	楔形塞尺校准规范 JJF 1548	Ⅰ型:(0.05～60)mm	U=9μm		2026-08-11
				Ⅱ型:(0.05～15)mm	U=11μm		2026-08-11
				数显:(0.05～40)mm	U=10μm		2026-08-11
15、电工电子电器专用							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	电缆故障闪测仪	长度	电缆故障闪测仪校准规范 ZB/JLY（院） 30	50m～50km	U_{rel}=0.4%		2026-08-11

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证